

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1722241599138 din 29.07.2024
Obiectul achiziției: Reagenți chimici, materiale de referință și consumabile de laborator

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
69. Acetilene	Acetilena dizolvata	România	Linde Gaz	Puritatea \geq 99,999% , bucata =Butelie de 40 L, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total	Acetilena dizolvata special pentru laborator, calitate/puritate: min. 99,996 %; tip butelie: 40L/16bar/ 6kg, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total	
70. Argon	Gaz Argon Puritate 99,998 %	România	Linde Gaz	calitate/puritate : 99,998 %; bucata =tip butelie: 50L//200 bar/ 10.7 Nmc, certificat de calitate original de la producător, termenulvalabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total	Gaz Argon special pentru laborator, calitate/puritate: min. 99,998 %; tip butelie: 50L/200bar/9,6Nmc, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total	
71.Gaz de calibrare pu analizorul de NO/NO2/NOx	Gaz etalon de calibrare pu analizorul de NO/NO2/NOx	România	Linde Gaz	Compozitie:500 ppb vol. NO rest Azot. Stabilitate: 48 luni. 10litri/150bar/1,5 NMC. Certificat de calitate original de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total, bucata= butelie	Gaz etalon de calibrare pu analizorul de NO/NO2/NOx 500 ppb vol. NO rest Azot. Stabilitate: 48 luni. 10litri/150bar/1,5 NMC. Certificat de calitate original de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total	

72.Gaz de calibrare pentru analizor CO	Gaz etalon de calibrare pentru analizor CO	România	Linde Gaz	Compozitie: 3000 ppm vol. CO rest Aer Sintetic. Stabilitate: 48 luni. 10litri/150bar/1,5 NMC. Certificat de calitate original de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total, bucata= butelie	Gaz etalon de calibrare pentru analizor CO	3000 ppm vol. CO rest Aer Sintetic. Stabilitate: 48 luni. 10litri/150bar/1,5 NMC. Certificat de calitate original de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Galbur Igor În calitate de: manager vanzari

Ofertantul: **ACSEAL GAZ SRL** Adresa: mun.Chisinau str. Padurii 13

19.08.2024