

Specificații tehnice								
Numărul licitației: 21208037/ ocde-b3wdp1-MD-1712842954766 din 19.04.2024								
Denumirea licitației: Proteze traumatologie (pina la rezultatele CAPCS) pentru anul 2024								
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Lot Nr. 1 Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabi-litate completa						
33100000-1	1.1	Componenta femurala primara	U2, PS FEMORAL COMPONENT 2103-3110 ->2103-3170; 2103-3210-> 2103-3270	TAIWAN	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	Sa fie confectionata din aliaj de CoCr; - Sa fie disponibila varianta cu posterostabilizare; - Modalitatea de implantare: cimentata; - Sa prezinte 3 raze de curbura; - Sa prezinte minim 8 dimensiuni stanga / dreapta - Suprafata interna sa prezinte o textura speciala pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzatoare; - Santul patellar extins; - Suprafata articulara lustruita; - Sa permita flexia de cel putin 1500; - Dimensiunea notch-ului sa fie constanta pentru toata gama de dimensiuni; - Sa permita combinarea unei marimi de femur cu cel putin 6 marimi de tibie; - Sa fie sterila.	Confectionata din aliaj de CoCr; U2 KNEE BROCHURE PG 4 - Disponibila varianta cu posterostabilizare; U2 KNEE BROCHURE NEW PG 8 - Modalitatea de implantare: cimentata; U2 KNEE ST 2023 PG 34 - Prezinta 3 raze de curbura; 3 RAZE FEMUR - Prezinta 13 dimensiuni stanga / dreaptaU2 KNEE BROCHURE NEW PG 8 - Suprafata interna prezinta o textura speciala pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzatoare;U2 KNEE BROCHURE PG 4 FOTO - Santul patellar extins;U2 KNEE BROCHURE NEW PG 4 - Suprafata articulara lustruita; U2 KNEE BROCHURE NEW PG 4 FOTO - Permite flexia de cel putin 150 grade; U2 KNEE FAMILY PG 7 - Dimensiunea notch-ului constanta pentru toata gama de dimensiuni; U2 KNEE BROCHURE PG 2 - Permite combinarea unei marimi de femur cu cel putin 6 marimi de tibie; U2 KNEE BROCHURE PG 2, DECLARATIE CORESPONDENTA MARIMI - Sterila.	DM000392993; DM000393000; DM000392994; DM000393001; DM000392995; DM000393002; DM000392996; DM000393003; DM000392997; DM000393004; DM000392998; DM000393005; DM000392999; DM000393006; DM000393013; DM000393007; DM000393014; DM000393008; DM000393015; DM000393009; DM000393016; DM000393010; DM000393017; DM000393011; DM000393018; DM000393012.
33100000-1	1.2	Componenta Tibiala Primara	CMA BASE PLATE 2203-3200 -> 2203-3270	TAIWAN	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	Sa fie confectionata din aliaj de titan; - Modalitatea de implantare: cimentata; - Sa prezinte minim 7 dimensiuni universale; - Pe suprafata inferioara sa prezinte o textura speciala pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzatoare; - Sa permita combinarea unei marimi de tibie cu cel putin 6 marimi de femur - Sa prezinte sistem de prindere periferica a insertului; - Sa fie sterila.	Confectionata din aliaj de titan; CMA BASEPLATE PG 2 - Modalitatea de implantare: cimentata; CMA BASEPLATE PG 3 - Prezinta 8 dimensiuni universale; CMA BASEPLATE PG 3 - Pe suprafata inferioara prezinta o textura speciala pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzatoare; CMA BASEPLATE PG 3 - Permite combinarea unei marimi de tibie cu cel putin 13 marimi de femur U2 KNEE BROCHURE PG 2, DECLARATIE CORESPONDENTA MARIMI - Prezinta sistem de prindere periferica a insertului; CMA BASEPLATE PG 3 FOTO - Sterila.	DM000393025; DM000393026; DM000393027; DM000393028; DM000393029; DM000393030; DM000393031; DM000393032.

33100 000-1	1.3	Insertul Tibial Primar	TIBIAL INSERT PS U2 2303-3001 -> 2303-3075	TAIWAN	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	Confectionat din polietilena ultradensa UHMWPE; - Sa prezinte varianta cu posterostabilizare; - Pintenul de posterostabilizare sa aiba dimensiune constanta pentru toata gama de marimi; - Muchiile pintenului de posterostabilizare sa fie rotunjite; - Sa aiba marginea anterioara inclinata pentru evitarea impingement-ului la nivelul tendonului patelar; - Fiecare dimensiune de insert sa poata fi combinata cu cel putin 6 dimensiuni de femur; - Sa fie disponibile minim 7 dimensiuni; - Sa fie disponibile minim 5 grosimi pentru fiecare dimensiune; - Sa prezinte panta posterioara inclusa; - Sa fie steril.	Confectionat din polietilena ultradensa UHMWPE; U2 KNEE BROCHURE NEW PG 9 - Prezinta varianta cu posterostabilizare; U2 KNEE BROCHURE NEW PG 9 - Pintenul de posterostabilizare are dimensiune constanta pentru toata gama de marimi; U2 KNEE BROCHURE PG 2 - Muchiile pintenului de posterostabilizare rotunjite; U2 KNEE BROCHURE PG 2 foto - Marginea anterioara inclinata pentru evitarea impingement-ului la nivelul tendonului patelar; U2 KNEE BROCHURE NEW PG 6 - Fiecare dimensiune de insert ea poate fi combinata cu 13 dimensiuni de femur; U2 KNEE BROCHURE PG 2, DECLARATIE CORESPONDENTA MARIMI - Disponibile 8 dimensiuni; U2 KNEE BROCHURE NEW PG 9 - Disponibile 5 grosimi pentru fiecare dimensiune; U2 KNEE BROCHURE NEW PG 9 - Prezinta panta posterioara inclusa; U2 KNEE BROCHURE PG 2 - Steril.	DM000393196; DM000393195; DM000393198; DM000393200; DM000393194; DM000393197; DM000393193; DM000393199; DM000393202; DM000393201; DM000393212; DM000393206; DM000393211; DM000393205; DM000393210; DM000393204; DM000393203; DM000393207; DM000393207; DM000393208; DM000393214; DM000393220; DM000393222; DM000393215; DM000393218; DM000393216; DM000393219; DM000393221; DM000393213; DM000393217; DM000393217; DM000393230; DM000393227; DM000393228; DM000393226; DM000393223; DM000393231; DM000393232; DM000393225; DM000393229; DM000393241; DM000393235; DM000393239; DM000393242; DM000393236; DM000393234; DM000393240; DM000393233; DM000393237; DM000393238; DM000393249; DM000393252; DM000393248; DM000393251; DM000393247; DM000393243; DM000393250; DM000393246; DM000393245; DM000393244; DM000393259; DM000393255; DM000393260; DM000393256; DM000393254; DM000393258; DM000393261; DM000393262; DM000393262; DM000393257; DM000393269; DM000393271; DM000393271; DM000393267; DM000393272; DM000393265; DM000393265; DM000393266; DM000393270;
33100 000-1	1.4	Set de instrumente în custodie	U2 PS PRIMARY KNEE INSTRUMENT S SET	TAIWAN	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau re-utilat la uzina producator. - 5. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau re-utilat la uzina producator. - 5. În caz de defecțiune, ne obligam să reparăm sau să înlocuim utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului	DM000633525
33100 000-1	1.5	Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie	RJ-0410/NS- 1011	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) sau re-utilat la uzina producator. - 5. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. Ferestrau oscilator 1 unitate si burghiu pentru alezaj în custodie 1 unitate	1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) sau re-utilat la uzina producator. - 5. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. Ferestrau oscilator 1 unitate si burghiu pentru alezaj în custodie 1 unitate	DM000431016 DM000431018
33100 000-1	1.6	Lame pentru motor oscilant	RJ-0310 saw blades	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant	DM000431017

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Natalia Chicu În calitate de: Director

Ofertantul: Intermed, Adresa:mun. Chişinău, str. Albisoara, 64/2□