

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: 21006151

din 03.04.2019

Denumirea licitației: Filme și consumabile radiologice
Conform necesitatilor IMSP CRDM

Alternativa nr.

Lot: conform listei solicitate

Pagina 1 din 1

Valuta, lei MDL

Codul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 4						
33141310-6	ANGIOGRAPHIC SYRINGE CT-100-NE	42.16.30000	China	SCW Medicath Ltd	angio compatibile cu injectomatul Nemoto 100ml;	1. Corpul de curățare Oferă o clarificare excelentă și netedă, cum ar fi sticlă, ar putea vedea balon de aer și mediu de contrast 2. Ar putea fi utilizat pentru scanarea tomografică computerizată, angiografie, rezonanță magnetică nucleară și imagistică 3. Mare Varietate de seringi, ar putea potrivi atât de multe injectoare Folosit pentru Nemoto Kyorindo SIRING Volum (ml) - 100. Modele - Single. Kit- SIRING 1 buc, J tub 1 buc, Conector tub 1 buc	CE
	Total lot 4						
33141200-2	PERFULINE	50150	Germania	Dispomed Witt oHG	pentru pompa angio, rezistente la presiune inalta, 1.5m	Tub prelungitor rezistent la presiune (6 bari), de 150 cm, conectare „luer lock”, PVC, Φ 1,5 × 2,6 mm. Sterile.	CE
	Lotul 7						
	Total lot 7						
33141200-2	Connecting Tubing (300PSI)	42.02.90003	China	SCW Medicath Ltd	pentru angio, forma Y;	Y- tube cu o supapă de reținere. Lungime (cm) - 150 ID (mm) - 1,8 OD (mm) - 3,6	CE
	Lotul 8						
	Total lot 8						
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str. Cuza Voda 30/1**, tel. 022 00 08 24, fax. 022 00 08 23

