

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1557485036371	Data: 03.06.2019	Alternativa nr.:
Denumirea licitației: "Renovarea capitală a secției chirurgie IMSP Spitalul Raional Cimișlia (dotarea cu utilaje, dispozitive medicale)"	Lot:13.	Pagina: 1 din 2.

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul 13: Sterilizator 80 L							
13.1	33100 000-1	Sterilizator 80 L	ГП-80	Ucraina	Миз-ма	Sterilizator 80 L Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale cu construcție interioară din oțel inox Parametrul Specificația Ventilație forțată, controlată electronic Construcție interioară oțel inox Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Regimuri de sterilizare programabile Protecție la supraîncălzire analogical digitală Alarmer acustică vizuală Diagnostic automat cu afișarea codului erorii Volumul 80 l, ± 10 l Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior Temperatura 50 - 200°C Abaterea temperatură nu mai mare de	Sterilizator 80 L Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale cu construcție interioară din oțel inox Parametrul Specificația Ventilație forțată, controlată electronic Construcție interioară oțel inox Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Regimuri de sterilizare programabile Protecție la supraîncălzire analogical digitală Alarmer acustică vizuală Diagnostic automat cu afișarea codului erorii Volumul 80 l, ± 10 l Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior Temperatura 50 - 200°C Abaterea temperatură nu mai mare de

						3°C Abatere timp ≤ 1 min Timp de încălzire pînă la 180°C ≤ 35 min Regim de sterilizare prestabilite 180°C, 60 min 160°C, 150 min 120°C, 45 min Timpul de răcire ≤ 35 min, pînă la 75°C Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235°C Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore Rafturi ≥ 3 Alimentare 200-240V, 50 Hz	3°C Abatere timp ≤ 1 min Timp de încălzire pînă la 180°C- 35 min Regim de sterilizare prestabilite 180°C, 60 min 160°C, 150 min 120°C, 45 min Timpul de răcire ≤ 35 min, pînă la 75°C Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235°C Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore Rafturi - 4 Alimentare 200-240V, 50 Hz
--	--	--	--	--	--	--	---

Semnat electronic

Numele, Prenumele: Țurcanu Ștefan

În calitate de: Administrator

Ofertantul: ROMEDCOM SRL

Adresa: Mun. Chișinău, str.Sciuseva 16, of.6