

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1716199428808 din 20.05.2024						
Obiectul achiziției: Utilaj medical						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<u>Lot nr 34.</u> Doppler vascular	Doppler vascular Model SD3	China	EDAN INSTRUMENTS, INC.	Sonde-4MHz, 5Mhz si 8MNz Afisaj-tip LCD Mono Difuzor-1,2W Fregventa ultrasunete-4,5,8 MHz Interval ritmcardiac 50-240+/-2% Impermeabilitatea de sonde IPX2 Protective impotriva picaturilor de apa ce curg orizontal Oprire automata Alimentare bateri Termen de garantie-12 luni	<u>Doppler vascular</u> Sonde - 4MHz, 5Mhz și 8MNz - DA ; Afisaj-tip OLED Double Color Screen - DA ; Difuzor - 2W; Fregvența ultrasunete - 4,5,8 MHz - DA ; Interval ritmcardiac 50bpm - 240bpm - DA ; Impermeabilitatea de sonde IPX8 Protective impotriva picaturilor de apă ce curg orizontal - DA ; Oprire automată - DA (1 min) ; Alimentare bateri - (AAA) - DA ; Termen de garanție-12 luni - DA ;	
TOTAL						

Semnăt: _____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica
În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Aelo Grup” SRL
Adresa: Mun.Chișinău, str.Petru Movilă 23/5,ap (of)3