

Anexa Nr 1 la F4.1

55	55	Dispozitiv de reprocesarea automata a doua endoscoape cu uscarea canalelor	Bucată	1.00	"Dispozitiv de reprocesarea automata a doua endoscoape cu uscarea canalelor Cod 290430 Descriere Concepute pentru curățarea (spalare) și sterilizarea chimică endoscoapelor flexibile, folosind un sistem automatizat Parametru Specificația	Advantage Plus, Medivators, SUA
					Configuratie Static pe podea sau masă	da
					Endoscoape per ciclu ≥ 2	2
					Ecran LCD	da, 17"
					Numărul de canale de conectare ≥ 5	da, 7 pentru fiecare endoscop
					Un ciclu deplin să conțină următoarele etape: Controlul ermetizmului endoscopului ≤ 30 min.	Da
					Curățare / Spalare	da
					Sterilizarea	da
					Clătire	da
					Uscare canalelor cu aer sau cu alcool	da
					În caz de necesitate să fie posibil adăugarea a unei etape adiționale de Curățare / Spalare	da
					Monitorizarea și controlul fluxului soluții pe fiecare canal separat	da
					Monitorizarea nivelului de agenți	da
					Compatibil cu următoarele tipuri de endoscoape: Olympus da Fujifilm da Pentax da Storz da	da
					Alți producători indicați producătorii oferiți	Da
					Tipuri agenti antimicrobieni Chimici (peracetic acid, glutaraldehyde/aldehyde, chlorinedioxide) cu efect virucid, bactericid, fungicid, sporicid	Da, Acid peracetic
					Reservor, l ≥ 15 litri	2 rezervoare 10L, asinhron
					Detectarea automata a scurgerilor endoscopului pe parcursul întregului ciclu de dezinfecție sau la inceputul ciclului	da

				Variația de temperatură ≤ 55 grade	Da, 20-45 grade
				Dozarea automată a agenților de dezinfectare da	da
				Dozarea automată a agenților de curățare da	da
				Alarma Automată	da
				Stand pe roți da	da
				Autodezinfectare da	da
				Sistem de prefiltare si filtrare a apei min. 0,2 microni	Da 0.4, 0.1 cu sistem aditional de prefiltrare
				Soluțiile folosite nu sunt permise la utilizare repetată (sunt evacuate după fiecare etapa a ciclului) da	da
				Să fie certificat după standardele de igienă: ISO 15883 da	Da
				Accesorii și consumabile:	
				Adaptoare de conectare pentru: Olympus da	da
				Fujifilm da	da
				Pentax da	da
				Storz da	da
				Alți producători indicați producătorii oferți	Se decide la momentul livrării conform listei de endoscoape existenta in institutie
				Set inclus de filtre antibacteriale de apă pentru buna funcționare a dispozitivului pentru o perioadă de: minim 2 ani	Da 3 seturi filtre pentru 2 ani
				acestea să fie livrate beneficiarului la momentul instalării dispozitivului	da
				Soluție de spălare (detergent) - recomandate de producator min. 100 cicluri	Da 2xRAPICIDE PA - 104 dezinfectii
				Soluție de dezinfectare/sterilizare - recomandate de producator min. 100 cicluri	Da 1xINTERCEPT - 300 dezinfectii
				Impimanta pentru tichete de confirmare da	da
				Hirtie pentru imprimanta 5 buc	da