

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: COP nr. 21180196 / ocds-b3wdp1-MD-1709201637519 din 29.02.2024

Obiectul achiziției: Sonde pentru ecograful Logiq S8

Denumirea Bunurilor/ Serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatprul economic	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	
Bunuri/servicii							
Sonde pentru ecograful Logiq S8; Producător GE Healthcare							
Cod CPV 33110000-4	Sondă Liniară Model: 9L-D	Sondă Liniară Model: 9L-D PN: H40442LM / 5499510	KOREA si Franta	GE Healthcare/ GE Ultrasound Korea si GE Medical Systems	Caracteristici: -Frecvența de lucru 2 - 8 MHz -Unghiul de vedere/FOV 44 mm -Aplicații: Vascular, Părți Moi, Pediatică, Abdomen	Caracteristici: - DA Frecvența de lucru 2 - 8 MHz - DA Unghiul de vedere/FOV 44 mm -Aplicații: DA Vascular, Părți Moi, Pediatică, Abdomen pag. 3 din Transducer Guide LOGIQ S8 Garantia 24 luni	CE/EEC
Cod CPV 33110000-4	Sondă Liniară Model: L8-18i-D	Sondă Liniară Model: L8-18i-D PN: H40452LL /5499594	KOREA si Franta	GE Healthcare/ GE Ultrasound Korea si GE Medical Systems	Caracteristici: -Frecvența de lucru 4-15 MHz -Unghiul de vedere/FOV 25 mm -Aplicații: Părți Moi, Vascular, Intra operativă	Caracteristici: - DA Frecvența de lucru 4-15 DA MHz -Unghiul de vedere/FOV 25 mm - DA Aplicații: Părți Moi, Vascular, Intra operativă pag. 3 din Transducer Guide LOGIQ S8 Garantia 24 luni	CE/EEC

Cod CPV 33110000-4	Sondă Sectorială/ cardiacă Model: M5s-D	Sondă Sectorială/ cardiacă Model: M5s-D PN:H45551NH /GE- 3MIX-R	KOREA si Franta	GE Healthcare/ GE Ultrasound Korea si GE Medical Systems	Caracteristici: -Frecvența de lucru 1-5 MHz -Unghiul de vedere/FOV 120 ° -Aplicații: Cardiac, Transcranial -Produs refrișate	Caracteristici: -DA Frecvența de lucru 1-5 MHz -DA Unghiul de vedere/FOV 120 ° -DA Aplicații: Cardiac, Transcranial pag. 3 din Transducer Guide LOGIQ S8 -DA Produs refrișate Garantia 24 luni	CE/EEC
-----------------------	--	--	--------------------	---	---	--	---------------

Semnat: _____ Numele, prenumele: Natalia Chicu În calitate de: Administrator

Ofertantul: „**Intermed**” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albișoara, 64/2