

Licitatie deschisa nr. ocds-b3wdp1-MD-1614693793223					Data: „04” Aprilie 2021	Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitatiei:	"Reactive si consumabile de laborator pentru anul 2021"				Lot: _____	Pagina: __ din __	
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8	9
<b>LOT 3 Analizator de coagulare Helena</b>							
33696500-0	Tromboplastin	735	Federația Rusă	Tehnology-Standart	CE,amestec de tromboplastină cu clorură de calciu, liofilizat, solubil in solventul producătorului, cu activitatea 11-14 sec ISI 1-1,1, pentru determinarea indecelui de protrombină,protrombinei după Quick in plasma,INR, set cu 1000 teste	CE,amestec de tromboplastină cu clorură de calciu, liofilizat, solubil in solventul producătorului, cu activitatea 11-14 sec ISI 1-1,1, pentru determinarea indecelui de protrombină,protrombinei după Quick in plasma,INR, set cu 1000 teste	Certificat CE, ISO
33696500-0	Determinarea timpului de tromboplastină partial activat	652	Federația Rusă	Tehnology-Standart	CE,Reagent APTT liofilizat, srandardizat cu acid elagic și fosfolipidă din soe, gata de lucru cu excluderea etapei de diluție și pregătirea pentru lucru, posibilitatea de a efectua testele la toate tipurile de coagulometre. Set 100 teste	CE,Reagent APTT liofilizat, srandardizat cu acid elagic și fosfolipidă din soe, gata de lucru cu excluderea etapei de diluție și pregătirea pentru lucru, posibilitatea de a efectua testele la toate tipurile de coagulometre. Set 100 teste	Certificat CE, ISO
33696500-0	Determinarea timpului de trombină	609	Federația Rusă	Tehnology-Standart	CE,reagent liofilizat, prezentat set 4flx3 ml, pentru 50 teste	CE,reagent liofilizat, prezentat set 4flx3 ml, pentru 50 teste	Certificat CE, ISO
33696500-0	Determinarea fibrinogenului după Clauss cu plasma calibrator	094	Federația Rusă	Tehnology-Standart	Ce,reagent thrombin liofilizat,uscat,soluție tampon imidazole concentrate,plasma calibrator liofilizat uscat, set-21 ml pentru 100teste.	Ce,reagent thrombin liofilizat,uscat,soluție tampon imidazole concentrate,plasma calibrator liofilizat uscat, set-21 ml pentru 100teste.	Certificat CE, ISO
33696500-0	Control plasma cu nivel normal	774	Federația Rusă	Tehnology-Standart	CE,plasma cu valori predeterminate cu limite ce defines variația așteptată in domeniul normal, cu o stabilitate bună in timp și o variabilitate mica de la flacon la flacon.Flacoane cu volum 1 ml	CE,plasma cu valori predeterminate cu limite ce defines variația așteptată in domeniul normal, cu o stabilitate bună in timp și o variabilitate mica de la flacon la flacon.Flacoane cu volum 1 ml	Certificat CE, ISO
33696500-0	Control plasma cu nivel crescut	775	Federația Rusă	Tehnology-Standart	CE,plasma cu valori predeterminate cu limite ce defines variația așteptată in domeniul crescut, cu o stabilitate bună in timp și o variabilitate mica de la flacon la flacon.Flacoane cu volum 1 ml	CE,plasma cu valori predeterminate cu limite ce defines variația așteptată in domeniul crescut, cu o stabilitate bună in timp și o variabilitate mica de la flacon la flacon.Flacoane cu volum 1 ml	Certificat CE, ISO
<b>Lot nr.10 Teste pentru analiza chimica a urinei la analisatorul Mission U 120 "sau echivalentul"</b>							
33696500-0	Stripuri pentru determinarea a 2 parametri in urină	Mission 2K	SUA	ACON	Teste pentru determinarea glucozei și corpiilor cetonici in urină	Teste pentru determinarea glucozei și corpiilor cetonici in urină	Certificat CE, ISO
33696500-0	Stripuri pentru determinarea a 11 parametri in urină	Mission 11A	SUA	ACON	Teste pentru determinarea singe,urobilogen,bilirubin,protein,densitatea,PH,gluc oza,nitriti,leucocite,compatibile cu analizatorul	Teste pentru determinarea singe,urobilogen,bilirubin,protein,densitatea,PH,gluc oza,nitriti,leucocite,compatibile cu analizatorul	Certificat CE, ISO
33696500-0	Hirtie termică	Hirtie termică	SUA	ACON	Compatibilă cu analizatorul	Compatibilă cu analizatorul	Certificat CE, ISO
<b>Lot nr.24 Teste pentru analizatorul imunologic cantitativ Getein FIA 1000, de tip inchis</b>							
33696500-0	D-dimeri	IF1006	CHINA	Getein Biotech	Test pentru determinarea cantitativă a D-dimerilor	Test pentru determinarea cantitativă a D-dimerilor	Certificat CE, ISO
33696500-0	CK-MB/CTnI/MYO	IF1005	CHINA	Getein Biotech	Test pentru determinarea cantitativă a markerilor cardiaci	Test pentru determinarea cantitativă a markerilor cardiaci	Certificat CE, ISO
33696500-0	Troponine I	IF1001	CHINA	Getein Biotech	Test pentru determinarea cantitativă a troponinei TI	Test pentru determinarea cantitativă a troponinei TI	Certificat CE, ISO

33696500-0	Hirtie	Hirtie	CHINA	Getein Biotech	Compatibil cu analizatorul	Compatibil cu analizatorul	Certificat CE, ISO
33696500-0	Hemoglobina glicozilata	IF1017	CHINA	Getein Biotech	Compatibil cu analizatorul	Compatibil cu analizatorul	Certificat CE, ISO
33696500-0	<b>Lot nr.28 Vopsea dupa Gram</b>	K001	INDIA	HiMedia	Set de reagent pentru vopsirea frotiurilor dupa Gram	Set de reagent pentru vopsirea frotiurilor dupa Gram set.4fl.125ml	Certificat CE, ISO
33696500-0	<b>Lot nr.40 ASLO</b>	8.00.02.0.0100	Jordan	Atlas Medical	Determinare latex, pentru 100 teste, cu material de control pozitiv, negativ	Determinare latex, pentru 100 teste, cu material de control pozitiv, negativ	Certificat CE, ISO
33696500-0	<b>Lot nr.41 CRP</b>	8.00.00.0.0100	Jordan	Atlas Medical	Determinare latex, pentru 100 teste, cu material de control pozitiv, negativ	Determinare latex, pentru 100 teste, cu material de control pozitiv, negativ	Certificat CE, ISO
33696500-0	<b>Lot nr.42 RF</b>	8.00.04.0.0100	Jordan	Atlas Medical	Determinare latex, pentru 100 teste, cu material de control pozitiv, negativ	Determinare latex, pentru 100 teste, cu material de control pozitiv, negativ	Certificat CE, ISO

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chişinău, str. A. Corobceanu 7A, ap.9