

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1682419878316 din 10.05.2023
Obiectul achiziției: Utilaj specializat pentru laboratorul ADN al Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare	

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1 Congelator de laborator, să nu fie NO FROST!	EE 300	Turcia	Emsas	Conform caietului de sarcini	Pe picioare / role: 2 picioare montate în partea din față reglabile pe înălțime pentru nivelare, și 2 rotite montate în partea din spate, pentru a ușura orice mutare necesară. Congelator vertical. nu se depune zăpada sau gheața pe interiorul ușii. Domeniu de temperatură: Minim -20 °C; Acuratețe: 1°C; Capacitate: 402 lit; Material: oțel inoxidabil cu pulbere electrostatică (exterior)/oțel inoxidabil (interior); Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz Controler integrat; Ecran digital; Alarmer de temperatură ridicată și joasă; Agenți frigorifici de hidrocarburi; Izolație fără HCFC și CFC; Rafturi; Congelator fara functia „No frost“	Certificat CE
Lot 2 Centrifuga pentru plăci PCR.	K2015 + Rotor BRK5424 + Rotor BRK5740	Marea Britanie	Centurion Scientific	Conform caietului de sarcini	Tip rotor – pentru plăci - cod BRK5740; Pentru tuburi PCR 2.0 ml(24x2 ml) – cod BRK5424; Turație reglata pana la axim 15000 rpm (in dependenta de rotor); Capacitate: 2 plăci PCR in format de 96 godeuri;	Certificat CE

					Adaptor accesorii pentru benzi (cod BRK5494) și plăci PCR; Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz	
Lot 3 Soluție de decontaminare	AM9890	Lituania	ThermoFisher	Conform caietului de sarcini	Degradează complet ADN-ul și ARN-ul contaminant la nivelul sensibilității PCR; Lucrează la contact; Poate fi utilizat pentru curățarea tuburilor PCR, a suprafețelor echipamentelor PCR, a pipetelor, etc. Volum 500 ml	Certificat de analiza
Lot 6 Stativ/separator magnetic	12321D	SUA	ThermoFisher	Conform caietului de sarcini	Volum de lucru optim: 10–2.000 µL; Conține până la 16 tuburi standard de microcentrifugă de 1,5–2 ml în spații numerotate; Control bun și vizibilitate a eșantionului; Raftul superior poate fi îndepărtat rapid de pe magnetul din bază, gata pentru resuspendare, agitare în vortex, rotație sau agitare manuală a probei.	Manual operare

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau