

**Biosigma SpA****a Dominique Dutscher Company**

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228

E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |**M521D**Ultimo aggiornamento
14/04/2023**SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET****BSP074**Provetta conica 10 ml
Conical test tube 10 ml
Conf. 2.000 pz/pcs.**BSP075**Provetta conica 10 ml - etichettata
Conical test tube 10 ml - with label
Conf. 2.000 pz/pcs**PROVETTE PER URINA**Per M.T.System e strumenti automatici.
Compatibili con Superaution®, Supertron®, Atlas®**URINE TEST-TUBES***For M.T.System and utilizable on automatic instruments
such as Superaution®, Supertron®, Atlas®.*

Altezza provetta	100 mm	<i>Tube height</i>
Diametro provetta	16 mm	<i>Tube diameter</i>
Volume	10 ml	<i>Volume</i>
Gradazione	SI / YES 0,5 / 1 / 2,5 / 5 / 10 ml	<i>Scale area</i>
Tappata	NO	<i>With cap</i>
Materiale	PS	<i>Raw material</i>
Sterile	NO	<i>Sterile</i>
Confezionamento	2000 pz/pcs	<i>Package</i>
velocità in centrifuga (max 30 minuti)	2.000 rpm	<i>centrifuge rotation speed (max 30 minutes)</i>

Destinato esclusivamente ad uso professionale

- Destinato ad usi generici di laboratorio
- In caso di fuoriuscita del contenuto usare i guanti: pericolo di contaminazione
- Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare
- Non utilizzare il prodotto scaduto
- Prodotto non adatto ai bambini
- Conservare in luogo asciutto, temperatura min - 10 °C max + 50 °C
- Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I. e smaltire secondo la normativa vigente

for professional use only

- *For general laboratory use*
- *Use gloves: contamination risk if contents leaks*
- *Keep out of flame or heat sources which might damage the product*
- *Do not use after expiry date*
- *Keep out of reach of children*
- *Store in dry place, temperature range: min. - 10°C max 50°C*
- *Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations*

BIOSIGMA S.p.A.

Via Valletta, 6 – 30010 - Cantarana di Cona (VE) - ITALY

Tel. +39.0426.302224 - Fax +39.0426.302228

E-mail: info@biosigma.com - www.biosigma.it ; www.biosigma.com