




技术要求

1. 膜袋采用压延膜，软管规格为Φ3.0X0.75，软管长度见标识。
2. 滤器采用全血型软芯滤器。
3. 产品有效期24个月。
4. 纸箱大小440*310*240，装箱数25具/箱。

实施日期：2019.1.20

					一次性使用去白细胞采输血器 三连袋	N151. T-00 (TD-190103)				
							图样标记数量		重量	比例
										1: 2
							共 1 张		第 1 张	
标 记 处 数	更 改	文 件 号	签 名	日 期		四川南格尔生物科技有限公司				
设 计	任金胜		工 艺	李小莉/王静						
制 图	任金胜		标 准 化	刘琴玲						
校 对			批 准	孟德颖						
审 核	李 勤		日 期	2019.1.17						

四川南格尔生物科技有限公司