

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție 21081255 din 26 mai 2023

Obiectul achiziției: Debitmetre ultrasonice						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Debitmetre ultrasonice	Debitmetru ultrasonic clamp-on cu 2 canale Prosonic Flow P 500	Elveția	Endress+Hauser	Conform Caietului de sarcini	<p><b>Debitmetru ultrasonic clamp-on cu 2 canale Prosonic Flow P 500</b></p> <p>[AA] Certificare; traductor; senzor: Mediu neexplosiv            [I] Alimentare: 100-230VAC/24VDC            [BA] Iesire; intrare 1: 4-20mA HART            [B] Iesire; intrare 2: 4-20mA            [E] Iesire; intrare 3: Iesire puls/frecv./contact            [F] Display; operare: 4 linii iluminate; touch control            [9] Integrat ISEM Electronic: Versiune speciala 71554087            Senzor (versiunea digitală)            [9] Carcasa transmiter: Versiune speciala 71554082            Cutie de jonctiune senzor: turnat, inoxidabil;            Carcasă emițător: acoperit cu aluminiu, versiune digitală            [A] Conexiune electrica: Presetupa M20            [AC] Versiune senzor: C-100 (1 MHz)            [A] Temperatura proces: -20...80°C, -4...176°F            [AA] Cablu: 5m, -40...80°C, -40...176°F            [AE] Set montaj: DN200-DN600, 8"-24" + DN600-DN2000, 24"-80"            [A2] Aparat Model: 2            [AI] &gt;Limba de operare Display: Rusa            [EA] &gt;&gt;Pachet aplicatie: HISTOROM extins            [EB] Heartbeat verificare + Monitoring            [IF] &gt;&gt;Service: Verificare            [P9] &gt;&gt;Accesorii anexate: Versiune speciala 71582868            Cablu 50m, -40...80°C, -40...176°F</p>	
<b>TOTAL</b>						

Semnat:

Numele, Prenumele: BURDILA George

În calitate de: director

Ofertantul: Techno Test S.R.L.

Adresa: Chișinău, Eminescu, 66

