

Specificații tehnice (F4.1)								
Numărul licitației: 21043343						din 24.08.2021		Alternativa nr.
Denumirea licitației:Articole de uz medical și paramarmaceutice. Conform necesitatilor IMSP Institutul de Cardiologie						Lot: conform listei solicitate		Pagina 1din 1
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
33100000-1		Lotul 2						
		Robinet 3/directional Rezistentla influenta chimica a medicamentelor, la dezinfectant pe baza de alcool, rotatie robinetului 360 grade, rezistent la presiune, steril;	CHW002	Slovakia	CHIRANA T.Injecta, a.s.	Robinet 3/directional Rezistentla influenta chimica a medicamentelor, la dezinfectant pe baza de alcool, rotatie robinetului 360 grade, rezistent la presiune, steril;	CHIRAWAY Rezistent la lipide presiune maximă 5,5 bar steril;	CE
		Total lot 2						
		TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23

