

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

Numărul procedurii de achiziție:		ocds-b3wdp1-MD-1750255607628 / 21435417 din 22.07.2025							pag.1 din 1
Denumirea procedurii de achiziție:		Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.16)							Lot : 4
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33100000-1	4	Centrifugă de laborator (32 tuburi)	Centrifugă de laborator (32 tuburi)	DM0636 Nr.catalogului 9015001123 Rotor A30-15 , nr.catalog 19400040	CHINA	DLAB	"Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 3500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 32 unități Timer Diapazon minim de timp 1 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu Indicatori Indicatori vizual și acustic obligatoriu Debalansare obligatoriu Pornire/oprire obligatoriu Capac deschis obligatoriu Display Digital obligatoriu Nivelul de zgomot ≤ 65 dB obligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standardelor în vigoare. obligatoriu "	Centrifuga de laborator DM0636 - Catalog.pag 99 Este folosită pentru separarea centrifugala a singelui uman sau probelor de urina in rotor- Camera interioara din inox Parametrul Specificația Viteza de rotație reglabila,-Minimala de la 300 rpm,Maximala 6000 rpm , increment 10rpm- User manual pag.10 , Catalog pag. 99 Rotor pentru 30 eprubete (Aluminium Rotor A30-15 : 15 ml x 30 - Nr.catalog 19400040 - User manual pag .29 Tabel 11.1 , Catalog pag.101 Diapazon minim de timp -30 sec pina la 99 min Incrementarea - 10 rpm Sistem de blocare a capacului în timpul funcționării.-DA- User manual pag.14 punctul 5. Structura -lacet electronic care se blochează odata cu începerea regimului de lucru ; la finisarea regimului de lucru se aude signalul sonor si capacul se deschide automat) Protecție la debalansare- DA Indicator de debalansare si functie de autodiagnosticare - User manual pag.10 - tabel specificatii Aceasta centrifuga are o functie de autodiagnosticare.Daca apare o problema pe ecran apare un cod de eroare /avertizare cu Litera E si operatorul poate determina o defectiune dupa codul de avertizare aparat - User manual pag .26 In plus centrifuga dispune de 4 picioare anti-alunecare de silicon care se lipeasc de suprafata mesei pe care este amplasata,ceea ce nu permite debalansarea si vibrarea Capac deschis obligatoriu - DA User manual pag .26 (apare un signal sonor si un cod de avertizare pe ecran) Display Digital obligatoriu DA Viteză decelerare ajustabilă -Da 97/101 (decelerare 10: frânare liberă) - Manual de utilizare pag.10 - Tabel Specificatii , Catalog pag.99 Timp funcționare: 30 sec-99 min și continuu- DA - Manual de utilizare pag.10 - Tabel Specificatii , Catalog pag.99 Nivel Zgomot - 62dB(A) - Manual de utilizare pag.10 - Tabel Specificatii , Catalog pag.99 . Capacul dotat cu fereastra pentru efectuarea procedurii de verificare periodică a turărilor, conform normelor și standardelor în vigoare - DA - User manual pag.14 figura 5.2	Declarația de Conformitate CE pentru echipament electronic; ISO; CE

Nume: Varman Irina În calitate de: Director_
Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinău, str. Dokucaev, 6
semnat electronic