

Specificații Tehnice									
Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1767096515810 din 12.02.2026									
Obiectul de achiziție: Achiziționarea investigațiilor urinare pentru analizoare conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026									
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	1	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U120, Urine Analyzer)	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U120, Urine Analyzer)	U031-111 (11A)	SUA	ACON LABORATORIES INC.	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare Acon Laboratories, Mission U120, Urine Analyzer, sau cu analizator în comodat. Minim parametri examinați: Leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO). Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare Acon Laboratories, Mission U120, Urine Analyzer . Parametri examinați: Leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO). Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului. Instrucțiunea și broșura se anexează.	DM000358199
33100000-1	1	Analizator în comodat	Analizator în comodat						
33100000-1	2	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U500, Urine Analyzer)	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U500, Urine Analyzer)	U031-111 (11A)	SUA	ACON LABORATORIES INC.	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare Acon Laboratories, Mission U500, Minim parametri examinați: LEU, NIT, URO, PRO, pH, BLD, SG, KET, BIL, GLU, VC Urine Analyzer, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare Acon Laboratories, Mission U500, Urine Analyzer . Parametri examinați: LEU, NIT, URO, PRO, pH, BLD, SG, KET, BIL, GLU, VC Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului. Instrucțiunea și broșura se anexează.	DM000358199
33100000-1	2	Analizator în comodat	Analizator în comodat						
33100000-1	3	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Cybow, Reader 300, Reflectance Photometer)	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Cybow, Reader 300, Reflectance Photometer)	U031-111 (11A)	SUA	ACON LABORATORIES INC.	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare Cybow, Reader 300, Reflectance Photometer, sau cu analizator în comodat. Minim 11 parametri examinați: eucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilogen (Urobilinogen, URO) și sânge (Blood, BLO). Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din comodat, Reflectance Photometer, sau cu analizator în comodat Mission® U120 Urine Analyzer (U117-101) . 11 parametri examinați: eucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilogen (Urobilinogen, URO) și sânge (Blood, BLO). Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului. Instrucțiunea și broșura se anexează.	DM000358199
33100000-1	3	Analizator în comodat	Analizator în comodat	ANALIZATOR DE URINĂ Mission® U120 Urine Analyzer (U117-101)	SUA	ACON LABORATORIES INC.	Analizator de ultima generație, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip analizator Analizator biochimic de urină (semi-automat) Metoda de analiză Reflectometrică, fotometrie cu LED Parametri analizați 11-14 parametri: Leucocite (LEU), Nitriți (NIT), Urobilogen (URO), Proteine (PRO), pH, Sânge (BLO), Densitate specifică (SG), Cetone (KET), Bilirubină (BIL), Glucoză (GLU), Acid ascorbic/Vitamina C (ASC), Creatinină (CRE), Calciu (Ca), Albumină (ALB), (în funcție de tipul benzii utilizate) Capacitate de lucru ≥ 60 teste/oră (introducere manuală a benzilor) Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată Reagenți utilizați Benzi de test (Strip) Greutate ≤ 5,0 kg Calibrare Calibrare automată la pornire; verificare automată a sistemului optic Imprimantă Imprimantă termică integrată; opțiune de conectare la imprimantă externă prin USB Conectare LIS Memorie rezultate 1000-2000 rezultate stocate intern	Analizator de ultima generație, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip analizator Analizator biochimic de urină (semi-automat) Mission® U120 Urine Analyzer (U117-101) Metoda de analiză Reflectometrică, fotometrie cu LED - manual, p.40 Parametri analizați 14 parametri: Leucocite (LEU), Nitriți (NIT), Urobilogen (URO), Proteine (PRO), pH, Sânge (BLO), Densitate specifică (SG), Cetone (KET), Bilirubină (BIL), Glucoză (GLU), Acid ascorbic/Vitamina C (ASC), Creatinină (CRE), Calciu (Ca), Albumină (ALB), (în funcție de tipul benzii utilizate) - manual, p.43-44 Capacitate de lucru 120 teste/oră (introducere manuală a benzilor) - manual, p.40 Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată - manual, p.22 Display LED sau LCD, cu comandă prin butoane sau ecran tactil - manual, p.4,40 ; porturi RS-232 și USB - manual, p.40 ; afișare cod pacient și rezultate detaliate - manual, p.29 Reagenți utilizați Benzi de test (Strip) - manual, p.3 Greutate 1,85 kg - manual, p.40 Calibrare Calibrare automată la pornire; verificare automată a sistemului optic - manual, p.40 Imprimantă Imprimantă termică integrată; opțiune de conectare la imprimantă externă prin USB - manual, p.40 Conectare LIS - manual, p.40 Memorie rezultate 1000-2000 rezultate stocate intern - manual, p.40. Manualul de utilizare se anexează.	DM000400240
33100000-1	5	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Dirui, H-100, Urine Analyzer)	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Dirui, H-100, Urine Analyzer)	U031-111 (11A)	SUA	ACON LABORATORIES INC.	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare Dirui, H-100, Urine Analyzer, sau cu analizator în comodat. Minim 11 parametri examinați: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO) Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul în comodat, sau cu analizator în comodat Mission® U120 Urine Analyzer (U117-101) . 11 parametri examinați: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO) Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului. Instrucțiunea și broșura se anexează.	DM000358199

33100000-1	5	Analizator în comodat	Analizator în comodat	ANALIZATOR DE URINĂ Mission® U120 Urine Analyzer (U117-101)	SUA	ACON LABORATORIES INC.	Analizator de ultima generație, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip dispozitiv Analizator biochimic de urină (semi-automat) Tehnologie, metoda de analiză Reflectometrică (fotometrie cu LED) Parametri analizați 11–14 parametri: LEU, NIT, URO, PRO, pH, BLD, SG, KET, BIL, GLU, VC. Capacitate de lucru Aproximativ 60–120 teste/oră Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată Interfață / Ecran LCD color, butoane tactile, porturi RS-232 și USB Reagenți utilizați Benzi de test (strip) Greutate ≤ 5,0 kg Caracteristici speciale Calibrare automată; imprimantă termică integrată; conectare LIS; memorie internă pentru 1000 rezultate.	Analizator de ultima generație, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip dispozitiv Analizator biochimic de urină (semi-automat) Mission® U120 Urine Analyzer (U117-101) Tehnologie, metoda de analiză Reflectometrică (fotometrie cu LED) - manual, p.40 Parametri analizați 14 parametri: LEU, NIT, URO, PRO, pH, BLD, SG, KET, BIL, GLU, VC. - manual, p.43-44 Capacitate de lucru 120 teste/oră - manual, p.40 Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată - manual, p. 22 Interfață / Ecran LCD color, butoane tactile - manual, p.4,40; porturi RS-232 și USB - manual, p.40 Reagenți utilizați Benzi de test (strip) - manual, p.3 Greutate 1,85 kg - manual, p.40 Caracteristici speciale Calibrare automată - manual, p.24; imprimantă termică integrată; conectare LIS - manual, p.40; memorie internă pentru 1000 rezultate - manual, p.40. Manualul de utilizare se anexează.	DM000400240
33100000-1	6	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Dirui, H-500, Urine Analyzer)	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Dirui, H-500, Urine Analyzer)	U031-111 (11A)	SUA	ACON LABORATORIES INC.	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare Dirui, H-500, Urine Analyzer, sau cu analizator în comodat. Minim 11 parametri examinați: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO) Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul în comodat Mission® U500 Urine Analyzer (U211-101) 11 parametri examinați: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO) Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului. Instrucțiunea și broșura se anexează.	DM000358199
33100000-1	6	Analizator în comodat	Analizator în comodat	ANALIZATOR DE URINĂ Mission® U500 Urine Analyzer (U211-101)	SUA	ACON LABORATORIES INC.	Analizator de ultima generație, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip analizator Analizator biochimic de urină semi-automat Metoda de analiză Reflectometrică (fotometrie cu sursă LED și senzor de culoare de înaltă precizie) Parametri analizați 11–14 parametri (LEU, NIT, URO, PRO, pH, BLD, SG, KET, BIL, GLU, VC.), în funcție de tipul benzii utilizate Capacitate de lucru Până la 500–600 teste/oră (flux automat de benzi și probe) Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată Interfață / Ecran color LCD; porturi USB, RS-232; opțiune de coduri de bare pentru identificarea probelor Reagenți utilizați Benzi de test (Strip) Greutate ≤ 10 kg Calibrare Calibrare automată Imprimantă Termică integrată, Conectare LIS Suport (RS-232 sau LAN) Memorie rezultate Memorie internă pentru cel puțin 3000 rezultate testate, cu identificare pacient și control calitate	Analizator de ultima generație, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip analizator Analizator biochimic de urină semi-automat Mission® U500 Urine Analyzer (U211-101) Metoda de analiză Reflectometrică (fotometrie cu sursă LED și senzor de culoare de înaltă precizie) - manual, p. 32 Parametri analizați 14 parametri (LEU, NIT, URO, PRO, pH, BLD, SG, KET, BIL, GLU, VC.), în funcție de tipul benzii utilizate - broșura, p.1 Capacitate de lucru 500 teste/oră (flux automat de benzi și probe) - manual, p.32 Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată - manual, p.16 Interfață / Ecran color LCD - manual, p.2; porturi USB, RS-232 - manual, p.32; opțiune de coduri de bare pentru identificarea probelor - manual, p.32 Reagenți utilizați Benzi de test (Strip) - manual, p.2 Greutate 4kg - manual, p.32 Calibrare Calibrare automată - manual, p.2 Imprimantă Termică integrată, - manual, p.32 Conectare LIS Suport (RS-232 sau LAN) - manual, p.32 Memorie rezultate Memorie internă pentru cel puțin 3000 rezultate testate, cu identificare pacient și control calitate - manual, p.32. Manualul de utilizare se anexează.	DM000400235
33100000-1	7	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Macherey-Nagel, URYXXON 500, Urine analyzer)	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Macherey-Nagel, URYXXON 500, Urine analyzer)	U031-111 (11A)	SUA	ACON LABORATORIES INC.	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare Macherey-Nagel, URYXXON 500, Urine analyzer, sau cu analizator în comodat. Minim parametri verificați: Leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO). Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul în comodat Mission® U500 Urine Analyzer (U211-101). Parametri verificați: Leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO). Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului. Instrucțiunea și broșura se anexează.	DM000358199
33100000-1	7	Analizator în comodat	Analizator în comodat	ANALIZATOR DE URINĂ Mission® U500 Urine Analyzer (U211-101)	SUA	ACON LABORATORIES INC.	Analizator de ultima generație, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip analizator Analizator biochimic de urină semi-automat Metoda de analiză Reflectometrică (fotometrie cu LED și senzori multi-spectrali) Parametri analizați Până la 13 parametri (GLU, BIL, KET, SG, BLO, pH, PRO, URO, NIT, LEU, VC, Ca, CR, ALB – în funcție de tipul benzii de test) Capacitate de lucru Până la 500–600 teste/oră (funcționare complet automată) Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată Interfață / Ecran tactil color; porturi USB, RS-232; suport cititor coduri de bare Reagenți utilizați Benzi de test (Strip) Greutate ≤ 10 kg Calibrare Calibrare automată la pornire; verificare internă a sistemului optic la fiecare ciclu de testare Imprimantă Termică integrată; opțiune conectare la imprimantă externă Conectare LIS; conexiune LAN sau RS-232, USB Memorie rezultate 2000–5000 rezultate cu identificare pacient	Analizator de ultima generație, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip analizator Analizator biochimic de urină semi-automat Mission® U500 Urine Analyzer (U211-101) Metoda de analiză Reflectometrică (fotometrie cu LED și senzori multi-spectrali) - manual, p.32 Parametri analizați 14 parametri (GLU, BIL, KET, SG, BLO, pH, PRO, URO, NIT, LEU, VC, Ca, CR, ALB – în funcție de tipul benzii de test) - broșura, p.1 Capacitate de lucru 500 teste/oră (funcționare complet automată) - manual, p.32 Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată - manual, p.16 Interfață / Ecran tactil color - manual, p.2; porturi USB, RS-232; suport cititor coduri de bare - manual, p.32 Reagenți utilizați Benzi de test (Strip) - manual, p.2 Greutate 4 kg - manual, p.32 Calibrare Calibrare automată la pornire; verificare internă a sistemului optic la fiecare ciclu de testare - manual, p.2 Imprimantă Termică integrată ; opțiune conectare la imprimantă externă Conectare LIS; conexiune LAN sau RS-232, USB - manual, p.32 Memorie rezultate 2000 rezultate cu identificare pacient - manual, p.32. Manualul de utilizare se anexează.	DM000400235
33100000-1	8	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Macherey-Nagel, URYXXON Relax, Urine analyzer)	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Macherey-Nagel, URYXXON Relax, Urine analyzer)	U031-111 (11A)	SUA	ACON LABORATORIES INC.	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare Macherey-Nagel, URYXXON Relax, Urine analyzer, sau cu analizator în comodat. Minim parametri verificați: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO) Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul în comodat Mission® U500 Urine Analyzer (U211-101). Parametri verificați: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO) Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului. Instrucțiunea și broșura se anexează.	DM000358199

33100000-1	8	Analizator în comodat	Analizator în comodat	ANALIZATOR DE URINĂ Mission® U500 Urine Analyzer (U211-101)	SUA	ACON LABORATORIES INC.	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip analizator Analizator biochimic de urină (semi-automat) Metoda de analiză Reflectometrică, cu sursă de lumină LED și detecție fotometrică multi-lungime de undă Parametri analizați Până la 14 parametri (GLU, BIL, KET, SG, BLO, pH, PRO, URO, NIT, LEU, VC, Ca, CR, ALB – în funcție de tipul benzi testate) Capacitate de lucru ≥ 400 teste/oră Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată Display LED sau LCD, cu comandă prin butoane sau ecran tactil; porturi USB, LAN, RS-232; Posibilitatea de conectare (integrare) unui cititor de coduri de bare. Reagenți utilizați Benzi de test (Strip) Greutate ≤ 5,0 kg Calibrare Calibrare automată la pornire și verificare internă automată a fotometrului Imprimantă Termică integrată; opțiune conectare la imprimantă externă prin USB Conectare LIS; conectivitate LAN/USB; Memorie rezultate 2000-5000 rezultate cu date pacient	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip analizator Analizator biochimic de urină semi-automat Mission® U500 Urine Analyzer (U211-101) Metoda de analiză Reflectometrică (fotometrie cu LED și senzori multi-spectrali) - manual, p.32 Parametri analizați 14 parametri (GLU, BIL, KET, SG, BLO, pH, PRO, URO, NIT, LEU, VC, Ca, CR, ALB – în funcție de tipul benzi testate) - broșura, p.1 Capacitate de lucru 500 teste/oră - manual, p.32 Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată - manual, p.16 Display LED sau LCD, cu comandă prin butoane sau ecran tactil - manual, p.2 ; porturi USB, LAN, RS-232; Posibilitatea de conectare (integrare) unui cititor de coduri de bare - manual, p.32 Reagenți utilizați Benzi de test (Strip) - manual, p.2 Greutate 4 kg - manual, p.32 Calibrare Calibrare automată la pornire; verificare internă a sistemului optic la fiecare ciclu de testare - manual, p.2 Imprimantă Termică integrată; opțiune conectare la imprimantă externă prin USB Conectare LIS; conectivitate LAN/USB; - manual, p.32 Memorie rezultate 2000-5000 rezultate cu date pacient - manual, p.32. Manualul de utilizare se anexează.	DM000400235
33100000-1	9	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Roche, URISYS 1100, Urine Analyzer)	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Roche, URISYS 1100, Urine Analyzer)	U031-101 (10U)	SUA	ACON LABORATORIES INC.	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare Roche, URISYS 1100, Urine Analyzer , sau cu analizator în comodat. Minim 10 parametri verificați: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO). Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul în comodat Mission® U120 Urine Analyzer (U117-101) . 10 parametri verificați: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO). Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului. Instrucțiunea și broșura se anexează.	DM000358200
33100000-1	9	Analizator în comodat	Analizator în comodat	ANALIZATOR DE URINĂ Mission® U120 Urine Analyzer (U117-101)	SUA	ACON LABORATORIES INC.	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip analizator Analizator biochimic de urină (semi-automat) Metoda de analiză Reflectometrică (fotometrie cu LED și senzor de culoare de înaltă precizie) Parametri analizați 10 parametri: LEU, NIT, URO, PRO, pH, BLD, SG, KET, BIL, GLU (în funcție de banda utilizată) Capacitate de lucru Până la 50-70 teste/oră Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată Interfață / Display LED sau LCD; navigare cu butoane; port RS-232 pentru conectare la PC sau LIS Reagenți utilizați Benzi de test (Strip) Greutate ≤ 5,0 kg Calibrare Calibrare automată la pornire; verificare automată a sistemului optic înainte de fiecare test Imprimantă Imprimantă termică integrată; posibilitate conectare la imprimantă externă Conectare LIS Conectivitate RS-232; compatibil cu protocoale LIS standard Memorie rezultate 1000 rezultate stocate	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip analizator Analizator biochimic de urină (semi-automat) Mission® U120 Urine Analyzer (U117-101) Metoda de analiză Reflectometrică (fotometrie cu LED și senzor de culoare de înaltă precizie) - manual, p.40 Parametri analizați 14 parametri GLU, BIL, KET, SG, BLO, pH, PRO, URO, NIT, LEU, VC, Ca, CR, ALB - manual, p.43-44 Capacitate de lucru 120 teste/oră - manual, p.40 Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată - manual, p.22 Interfață / Display LED sau LCD; navigare cu butoane; port RS-232 pentru conectare la PC sau LIS - manual, p.40 Reagenți utilizați Benzi de test (Strip) - manual, p.3 Greutate 1,85 kg - manual, p.40 Calibrare Calibrare automată la pornire; verificare automată a sistemului optic înainte de fiecare test - manual, p.24 Imprimantă Imprimantă termică integrată; posibilitate conectare la imprimantă externă - manual, p.40 Conectare LIS Conectivitate RS-232; compatibil cu protocoale LIS standard Memorie rezultate 1000 rezultate stocate - manual, p.40. Manualul de utilizare se anexează.	DM000400240
33100000-1	11	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Dirui, H-100, Urine Analyzer)	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Dirui, H-100, Urine Analyzer)	U031-111 (11A)	SUA	ACON LABORATORIES INC.	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare Dirui, H-100, Urine Analyzer, achiziționat prin contractului nr.250990707-0023-0170 Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Minim 11 parametri examinați: Leucocite, Nitriți, Urobilogen, Proteine, pH, Sânge / Hemoglobină, Densitate specifică (SG), Cetone, Bilirubină, Glucoză și Acid ascorbic (Vitamina C) Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul în comodat Mission® U120 Urine Analyzer (U117-101) Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. 11 parametri examinați: Leucocite, Nitriți, Urobilogen, Proteine, pH, Sânge / Hemoglobină, Densitate specifică (SG), Cetone, Bilirubină, Glucoză și Acid ascorbic (Vitamina C) Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului. Instrucțiunea și broșura se anexează.	DM000358199
33100000-1	11	Analizator în comodat	Analizator în comodat	ANALIZATOR DE URINĂ Mission® U120 Urine Analyzer (U117-101)	SUA	ACON LABORATORIES INC.	Conform anunțului de participare	Conform anexei nr. 1. Manualul de utilizare se anexează.	DM000400240
33100000-1	12	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Analyticon, Urilyzer 100 Pro, Urine Analyzer)	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Analyticon, Urilyzer 100 Pro, Urine Analyzer)	COMBISCREEN® 11SYS - 93150	Germania	ANALYTICON BIOTECHNOLOGIES GMBH	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare Analyticon, Urilyzer 100 Pro, Urine Analyzer , sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Minim 11 parametri verificați: Bilirubină, Urobilogen, Cetone, Acid ascorbic, Glucoză, Proteine (Albumină), Sânge (Hemoglobină), pH, Nitriți, Leucocite, Greutate specifică Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 pentru analizatorul din dotare Analyticon, Urilyzer 100 Pro, Urine Analyzer . Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. 11 parametri verificați: Bilirubină, Urobilogen, Cetone, Acid ascorbic, Glucoză, Proteine (Albumină), Sânge (Hemoglobină), pH, Nitriți, Leucocite, Greutate specifică Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului. Broșura se anexează.	DM000651118
33100000-1	12	Analizator în comodat	Analizator în comodat						

33100000-1	15	Investigații urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripuri) pentru analizatorul (Memorie rezultate 2000 rezultate cu identificare pacient)	Investigații urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripuri) pentru analizatorul (Memorie rezultate 2000 rezultate cu identificare pacient)	U031-111 (11A)	SUA	ACON LABORATORIES INC.	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 compatibile cu analizatorul oferit în comodat Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Minim 11 parametri verificați: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO). Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioada contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioada contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 compatibile cu analizatorul oferit în comodat Mission® U120 Urine Analyzer (U117-101) Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. 11 parametri verificați: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO). Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioada contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioada contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului. Instrucțiunea și broșura se anexează.	DM000358199
33100000-1	15	Analizator în comodat (Memorie rezultate cu identificare pacient)	Analizator în comodat (Memorie rezultate 2000 rezultate cu identificare pacient)	ANALIZATOR DE URINĂ Mission® U120 Urine Analyzer (U117-101)	SUA	ACON LABORATORIES INC.	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip analizator Analizator biochimic de urină (semi-automat) Metoda de analiză Reflectometrică, cu sursă de lumină LED și senzor fotometric de precizie Parametri analizați 11-14 parametri: LEU, NIT, URO, PRO, pH, BLD, SG, KET, BIL, GLU, VC. (în funcție de tipul benzii utilizate) Capacitate de lucru Până la 120 teste/oră Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată Interfață / Ecran LCD mare, interfață cu butoane; porturi RS-232 și USB; opțiune cititor coduri de bare Reagenți utilizați Benzi de test (Strip) Greutate ≤ 5,0 kg Calibrare Calibrare automată la pornire; verificare internă a sistemului optic înainte de fiecare serie de teste Imprimantă Termică integrată; Conectare LIS Memorie rezultate 2000 rezultate cu identificare pacient	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip analizator Analizator biochimic de urină (semi-automat) Mission® U120 Urine Analyzer (U117-101) Metoda de analiză Reflectometrică, cu sursă de lumină LED și senzor fotometric de precizie - manual, p.40 Parametri analizați 14 parametri: LEU, NIT, URO, PRO, pH, BLD, SG, KET, BIL, GLU, VC. (în funcție de tipul benzii utilizate) - manual, p.43-44 Capacitate de lucru 120 teste/oră - manual, p.40 Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată - manual, p.22 Interfață / Ecran LCD mare, interfață cu butoane - manual, p.40 ; porturi RS-232 și USB; opțiune cititor coduri de bare - manual, p.40 Reagenți utilizați Benzi de test (Strip) - manual, p.3 Greutate 1,85 kg - manual, p.40 Calibrare Calibrare automată la pornire; verificare internă a sistemului optic înainte de fiecare serie de teste - manual, p.24 Imprimantă Termică integrată - manual, p.40 Conectare LIS - manual, p.40 Memorie rezultate 2000 rezultate cu identificare pacient - manual, p.40. Manualul de utilizare se anexează.	DM000400240
33100000-1	16	Investigații urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripuri) pentru analizatorul (Memorie rezultate 2000-3000 rezultate cu identificare pacient)	Investigații urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripuri) pentru analizatorul (Memorie rezultate 2000-3000 rezultate cu identificare pacient)	U031-111 (11A)	SUA	ACON LABORATORIES INC.	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 compatibile cu analizatorul oferit în comodat Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Minim 11 parametri verificați: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO). Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioada contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioada contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 compatibile cu analizatorul oferit în comodat Mission® U500 Urine Analyzer (U211-101) Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. 11 parametri verificați: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO). Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioada contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioada contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului. Instrucțiunea și broșura se anexează.	DM000358199
33100000-1	16	Analizator în comodat (Memorie rezultate 2000-3000 rezultate cu identificare pacient)	Analizator în comodat (Memorie rezultate 2000-3000 rezultate cu identificare pacient)	ANALIZATOR DE URINĂ Mission® U500 Urine Analyzer (U211-101)	SUA	ACON LABORATORIES INC.	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip analizator Analizator biochimic de urină (semi-automat, cu alimentare continuă) Metoda de analiză Reflectometrică, cu sistem optic LED și senzor fotometric multi-lungime de undă Parametri analizați 11-14 parametri (LEU, NIT, URO, PRO, pH, BLD, SG, KET, BIL, GLU, VC.), în funcție de tipul benzii de test Capacitate de lucru Până la 500 teste/oră Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată Interfață / Ecran color LCD; interfață cu butoane și pictograme; porturi USB, RS-232 și LAN; cititor coduri de bare integrabil Reagenți utilizați Benzi de test (Strip) Greutate ≤ 10 kg Calibrare Calibrare automată la pornire și verificare fotometrică periodică automată Imprimantă Imprimantă termică integrată; opțiune conectare la imprimantă externă prin USB Conectare LIS; conexiune LAN sau RS-232 Memorie rezultate 2000-3000 rezultate stocate intern cu identificare pacient	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip analizator Analizator biochimic de urină (semi-automat, cu alimentare continuă) Mission® U500 Urine Analyzer (U211-101) Metoda de analiză Reflectometrică, cu sistem optic LED și senzor fotometric multi-lungime de undă - manual, p.32 Parametri analizați 14 parametri (LEU, NIT, URO, PRO, pH, BLD, SG, KET, BIL, GLU, VC.), în funcție de tipul benzii de test - broșura, p.1 Capacitate de lucru 500 teste/oră - manual, p.32 Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată - manual, p.16 Interfață / Ecran color LCD - manual, p.2 ; interfață cu butoane și pictograme; porturi USB, RS-232 și LAN; cititor coduri de bare integrabil - manual, p.32 Reagenți utilizați Benzi de test (Strip) - manual, p.2 Greutate 4 kg - manual, p.32 Calibrare Calibrare automată la pornire și verificare fotometrică periodică automată - manual, p.2 Imprimantă Imprimantă termică integrată; opțiune conectare la imprimantă externă prin USB Conectare LIS; conexiune LAN sau RS-232 - manual, p.32 Memorie rezultate 2000-3000 rezultate stocate intern cu identificare pacient - manual, p.32. Manualul de utilizare se anexează.	DM000400235
33100000-1	17	Investigații urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripuri) pentru analizatorul (Memorie rezultate - Stocare internă pentru cel puțin 300 rezultate testate)	Investigații urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripuri) pentru analizatorul (Memorie rezultate - Stocare internă pentru cel puțin 300 rezultate testate)	U031-111 (11A)	SUA	ACON LABORATORIES INC.	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 compatibile cu analizatorul oferit în comodat Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Minim 11 parametri verificați: 11 parametri: GLU, PRO, BLD, KET, pH, SG, NIT, LEU, URO, BIL, AsA Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioada contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioada contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 compatibile cu analizatorul oferit în comodat Mission® U120 Urine Analyzer (U117-101) Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. 11 parametri verificați: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO). Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioada contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioada contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului. Instrucțiunea și broșura se anexează.	DM000358199
33100000-1	17	Analizator în comodat (Memorie rezultate - Stocare internă pentru cel puțin 300 rezultate testate)	Analizator în comodat (Memorie rezultate - Stocare internă pentru cel puțin 300 rezultate testate)	ANALIZATOR DE URINĂ Mission® U120 Urine Analyzer (U117-101)	SUA	ACON LABORATORIES INC.	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip analizator Analizator biochimic de urină pe bază de citire a stripurilor (semi-automat) Metoda de analiză Reflectometrică / fotometrie de reflexie (reflectance photometry) Parametri analizați 11 parametri: urobilogen, glucoză, bilirubină, cetone, pH, proteine, nitriți, leucocite, densitate (gravitate specifică), sânge, acid ascorbic Capacitate de lucru ≥ 45 teste/oră Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată Interfață / Ecran LCD; porturi USB și RS-232C pentru conectare la PC Reagenți utilizați Benzi de test (Strip) Greutate ≤ 5,0 kg Calibrare Calibrare automată internă Imprimantă Termică integrată Conectare LIS Posibilitate de transfer date către PC sau sistem LIS Memorie rezultate Stocare internă pentru cel puțin 300 rezultate testate.	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip analizator Analizator biochimic de urină pe bază de citire a stripurilor (semi-automat) Mission® U120 Urine Analyzer (U117-101) Metoda de analiză Reflectometrică / fotometrie de reflexie (reflectance photometry) - manual, p.40 Parametri analizați 11 parametri: urobilogen, glucoză, bilirubină, cetone, pH, proteine, nitriți, leucocite, densitate (gravitate specifică), sânge, acid ascorbic - manual, p.43-44 Capacitate de lucru 120 teste/oră - manual, p.40 Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată - manual, p.22 Interfață / Ecran LCD; porturi USB și RS-232C pentru conectare la PC - manual, p.4,40 Reagenți utilizați Benzi de test (Strip) - manual, p.3 Greutate 1,85 kg - manual, p.40 Calibrare Calibrare automată internă - manual, p.24 Imprimantă Termică integrată - manual, p.40 Conectare LIS Posibilitate de transfer date către PC sau sistem LIS - manual, p.40 Memorie rezultate Stocare internă pentru cel puțin 300 rezultate testate. - manual, p.40. Manualul de utilizare se anexează.	DM000400240

33100000-1	18	Investigații urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripuri) pentru analizatorul (Memorie rezultate - Memorie internă pentru cel puțin 3000 rezultate testate, cu identificare pacient și control calitate)	Investigații urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripuri) pentru analizatorul (Memorie rezultate - Memorie internă pentru cel puțin 3000 rezultate testate, cu identificare pacient și control calitate)	U031-111 (11A)	SUA	ACON LABORATORIES INC.	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 compatibile cu analizatorul oferit în comod Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Minim 11 parametri examinați: Leucocite, Nitriți, Urobilino-gen, Proteine, pH, Sânge / Hemoglobină, Densitate specifică (SG), Cetone, Bilirubină, Glucoză și Acid ascorbic (Vitamina C) Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 compatibile cu analizatorul oferit în comod Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. 11 parametri examinați: Leucocite, Nitriți, Urobilino-gen, Proteine, pH, Sânge / Hemoglobină, Densitate specifică (SG), Cetone, Bilirubină, Glucoză și Acid ascorbic (Vitamina C) Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	DM000358199
33100000-1	18	Analizator în comodat (Memorie rezultate - Memorie internă pentru cel puțin 3000 rezultate testate, cu identificare pacient și control calitate)	Analizator în comodat (Memorie rezultate - Memorie internă pentru cel puțin 3000 rezultate testate, cu identificare pacient și control calitate)	ANALIZATOR DE URINĂ Mission® U500 Urine Analyzer (U211-101)	SUA	ACON LABORATORIES INC.	Analizator de ultima generație, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip analizator Analizator biochimic de urină semi-automat Metoda de analiză Reflectometrică (fotometrie cu sursă LED și senzor de culoare de înaltă precizie) - manual, p.32 Parametri analizați 11–14 parametri (LEU, NIT, URO, PRO, pH, BLD, SG, KET, BIL, GLU, VC.), în funcție de tipul benzii utilizate Capacitate de lucru Până la 500-600 teste/oră (flux automat de benzi și probe) Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată Interfață / Ecran color LCD; porturi USB, RS-232; opțiune de coduri de bare pentru identificarea probelor Reagenți utilizați Benzi de test (Strip) Greutate ≤ 10 kg Calibrare Calibrare automată Imprimantă Termică integrată, Conectare LIS Suport (RS-232 sau LAN) Memorie rezultate Memorie internă pentru cel puțin 3000 rezultate testate, cu identificare pacient și control calitate	Analizator de ultima generație, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip analizator Analizator biochimic de urină semi-automat Metoda de analiză Reflectometrică (fotometrie cu sursă LED și senzor de culoare de înaltă precizie) - manual, p.32 Parametri analizați 14 parametri (LEU, NIT, URO, PRO, pH, BLD, SG, KET, BIL, GLU, VC.), în funcție de tipul benzii utilizate - Brosura, p.1 Capacitate de lucru 500 teste/oră (flux automat de benzi și probe) - manual, p.32 Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată - manual, p.16 Interfață / Ecran color LCD - manual, p.2 ; porturi USB, RS-232; opțiune de coduri de bare pentru identificarea probelor - manual, p.32 Reagenți utilizați Benzi de test (Strip) - manual, p.2 Greutate 4 kg - manual, p.32 Calibrare Calibrare automată - manual, p.2 Imprimantă Termică integrată, - manual, p.32 Conectare LIS Suport (RS-232 sau LAN) - manual, p.32 Memorie rezultate Memorie internă pentru cel puțin 3000 rezultate testate, cu identificare pacient și control calitate - manual, p.32. Manualul de utilizare se anexează.	DM000400235
33100000-1	19	Investigații urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripuri) pentru analizatorul (Memorie rezultate 2000–5000 rezultate cu date pacient)	Investigații urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripuri) pentru analizatorul (Memorie rezultate 2000–5000 rezultate cu date pacient)	U031-111 (11A)	SUA	ACON LABORATORIES INC.	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 compatibile cu analizatorul oferit în comod Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Minim 11 parametri verificați: Leucocite, Nitriți, Urobilino-gen, Proteine, pH, Sânge / Hemoglobină, Densitate specifică (SG), Cetone, Bilirubină, Glucoză, Acid ascorbic (Vitamina C) Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 compatibile cu analizatorul oferit în comod Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. 11 parametri examinați: Leucocite, Nitriți, Urobilino-gen, Proteine, pH, Sânge / Hemoglobină, Densitate specifică (SG), Cetone, Bilirubină, Glucoză și Acid ascorbic (Vitamina C) Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	DM000358199
33100000-1	19	Analizator în comodat (Memorie rezultate 2000–5000 rezultate cu date pacient)	Analizator în comodat (Memorie rezultate 2000–5000 rezultate cu date pacient)	ANALIZATOR DE URINĂ Mission® U500 Urine Analyzer (U211-101)	SUA	ACON LABORATORIES INC.	Analizator de ultima generație, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip analizator Analizator biochimic de urină (semi-automat) Metoda de analiză Reflectometrică, cu sursă de lumină LED și detecție fotometrică multi-lungime de undă Parametri analizați Până la 13 parametri (GLU, BIL, KET, SG, BLO, pH, PRO, URO, NIT, LEU, VC, Ca, CR, ALB – în funcție de tipul benzii testate) Capacitate de lucru Aproximativ 400–500 teste/oră Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată Interfață / Display LED sau LCD; porturi USB, RS-232; suport pentru cititor de coduri de bare și tastatură externă Reagenți utilizați Benzi de test (Strip) Greutate ≤ 5,0 kg Calibrare Calibrare automată la pornire și verificare internă automată a fotometrului Imprimantă Termică integrată; opțiune conectare la imprimantă externă prin USB Conectare LIS; conectivitate LAN sau USB; Memorie rezultate 2000–5000 rezultate cu date pacient	Analizator de ultima generație, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip analizator Analizator biochimic de urină semi-automat Metoda de analiză Reflectometrică (fotometrie cu sursă LED și senzor de culoare de înaltă precizie) - manual, p.32 Parametri analizați 14 parametri (LEU, NIT, URO, PRO, pH, BLD, SG, KET, BIL, GLU, VC.), în funcție de tipul benzii utilizate - Brosura, p.1 Capacitate de lucru 500 teste/oră - manual, p.32 Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată - manual, p.16 Interfață / Ecran color LCD - manual, p.2 ; porturi USB, RS-232; suport pentru cititor de coduri de bare și tastatură externă - manual, p.32 Reagenți utilizați Benzi de test (Strip) - manual, p.2 Greutate 4 kg - manual, p.32 Calibrare Calibrare automată la pornire și verificare internă automată a fotometrului - manual, p.2 Imprimantă Termică integrată, - manual, p.32 Conectare LIS Suport (RS-232 sau LAN) - manual, p.32 Memorie rezultate 2000–5000 rezultate cu date pacient - manual, p.32. Manualul de utilizare se anexează.	DM000400235
33100000-1	20	Investigații urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripuri) pentru analizatorul (Memorie rezultate 1000 rezultate stocate)	Investigații urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripuri) pentru analizatorul (Memorie rezultate 1000 rezultate stocate)	U031-101 (10U)	SUA	ACON LABORATORIES INC.	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 compatibile cu analizatorul oferit în comod Minim 10 parametri verificați: Leucocite, nitrați, urobilino-gen, proteina, pH, sânge, SG, corpi cetonici, bilirubina, glucoza Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 compatibile cu analizatorul oferit în comod 10 parametri verificați: Leucocite, nitrați, urobilino-gen, proteina, pH, sânge, SG, corpi cetonici, bilirubina, glucoza Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	DM000358200
33100000-1	20	Analizator în comodat (Memorie rezultate 1000 rezultate stocate)	Analizator în comodat (Memorie rezultate 1000 rezultate stocate)	ANALIZATOR DE URINĂ Mission® U120 Urine Analyzer (U117-101)	SUA	ACON LABORATORIES INC.	Analizator de ultima generație, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip analizator Analizator biochimic de urină (semi-automat) Metoda de analiză Reflectometrică (fotometrie cu LED și senzor de culoare de înaltă precizie) Parametri analizați 10 parametri: LEU, NIT, URO, PRO, pH, BLD, SG, KET, BIL, GLU (în funcție de banda utilizată) Capacitate de lucru Până la 50–70 teste/oră Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată Interfață / Ecran LCD; navigare cu butoane; port RS-232 pentru conectare la PC sau LIS Reagenți utilizați Benzi de test (Strip) Greutate ≤ 5,0 kg Calibrare Calibrare automată la pornire; verificare automată a sistemului optic înainte de fiecare test Imprimantă Imprimantă termică integrată; posibilitate conectare la imprimantă externă Conectare LIS Conectivitate RS-232; Memorie rezultate 1000 rezultate stocate	Analizator de ultima generație, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip analizator Analizator biochimic de urină (semi-automat) Mission® U120 Urine Analyzer (U117-101) Metoda de analiză Reflectometrică (fotometrie cu LED și senzor de culoare de înaltă precizie) - manual, p.40 Parametri analizați 10 parametri: LEU, NIT, URO, PRO, pH, BLD, SG, KET, BIL, GLU (în funcție de banda utilizată) - manual, p.43-44 Capacitate de lucru 120 teste/oră - manual, p.40 Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată - manual, p.16 Interfață / Ecran LCD; navigare cu butoane - manual, p.4.40 ; port RS-232 pentru conectare la PC sau LIS - manual, p.40 Reagenți utilizați Benzi de test (Strip) - manual, p.3 Greutate 1,85 kg - manual, p.40 Calibrare Calibrare automată la pornire; verificare automată a sistemului optic înainte de fiecare test - manual, p.24 Imprimantă Imprimantă termică integrată; posibilitate conectare la imprimantă externă Conectare LIS Conectivitate RS-232; - manual, p.40 Memorie rezultate 1000 rezultate stocate - manual, p.40. Manualul de utilizare se anexează.	DM000400240

Semnat:_____ Numele, prenumele: Gorecii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chişinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9