

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1705645314912 din 19.01.2024
Obiectul achizitiei: Servicii de mentenanță și deservire tehnică a dispozitivelor medicale pentru anul 2024

[illegible]

				dispozitivului: mixerului, pompei, taimerelor, verificarea funcționalității dispozitivului conform protocol producătorului).	filtrelor • 2 lucrări de reparație la solicitare Granumix 107S • Inspecția dispozitivului • Verificarea funcționalității dispozitivului: mixerului, pompei, taimerelor • 2 reparații la solicitare <u>Deservirea tehnică 2</u> Se efectuează în luna aprilie anului 2024. Lucrări include vizita profilactică și lucrări de reparații la solicitare. Lucrări planificate: 4008 • Inspecția aparatului • Verificarea parametrilor de funcționare a aparatului: Conductivitate, Temperatura. • Verificarea funcționalității aparatului: trecerea testării, dezinfecției. • 5 lucrări de reparații la solicitare AquaStore • Inspecția stației • Verificarea parametrilor de funcționare Productivitatea, Presiune, Conductivitate, Temperatura • Verificarea funcționalității stației • Lucrări de dezinfecție inelului de permeat, schimbarea filtrelor • 2 lucrări de reparație la solicitare Granumix 107S • Inspecția dispozitivului • Verificarea funcționalității dispozitivului: mixerului, pompei, taimerelor • 2 reparații la solicitare <u>Deservirea tehnică 3</u> Se efectuează în luna iulie anului 2024. Lucrări include vizita profilactică și lucrări de reparații la solicitare. Lucrări planificate: 4008 • Inspecția aparatului • Verificarea parametrilor de funcționare a aparatului: Conductivitate, Temperatura. • Verificarea funcționalității aparatului: trecerea testării, dezinfecției. • 5 lucrări de reparații la solicitare AquaStore	
--	--	--	--	---	---	--

				• Inspecția stației • Verificarea parametrilor de funcționare Productivitatea, Presiune, Conductivitate, Temperatura • Verificarea funcționalității stației • Lucrări de dezinfecție inelului de permeat, schimbarea filtrelor • 2 lucrări de reparație la solicitare Granumix 107S • Inspecția dispozitivului • Verificarea funcționalității dispozitivului: mixerului, pompei, taimerelor 2 reparații la solicitare <u>Deservirea tehnică 4</u> Se efectuează <i>în luna septembrie anului 2024</i>. Lucrări include vizita profilactică și lucrări de reparații la solicitare. Lucrări planificate: 4008 • Inspecția aparatului • Verificarea parametrilor de funcționare a aparatului: Conductivitate, Temperatura. • Verificarea funcționalității aparatului: trecerea testării, dezinfecției. • 5 lucrări de reparații la solicitare AquaStore • Inspecția stației • Verificarea parametrilor de funcționare Productivitatea, Presiune, Conductivitate, Temperatura • Verificarea funcționalității stației • Lucrări de dezinfecție inelului de permeat, schimbarea filtrelor • 2 lucrări de reparație la solicitare Granumix 107S • Inspecția dispozitivului • Verificarea funcționalității dispozitivului: mixerului, pompei, taimerelor 2 reparații la solicitare <u>Deservirea tehnică 5</u> Se efectuează <i>în luna noiembrie anului 2024</i>. Lucrări include vizita profilactică și lucrări de reparații la solicitare. Lucrări planificate: 4008 • Inspecția aparatului • Verificarea parametrilor de funcționare a aparatului: Conductivitate, Temperatura. • Verificarea funcționalității aparatului: trecerea testării, dezinfecției.
--	--	--	--	---

				5 lucrări de reparații la solicitare AquaStore - Inspecția stației - Verificarea parametrilor de funcționare Productivitatea, Presiune, Conductivitate, Temperatura - Verificarea funcționalității stației - Lucrări de dezinfecție inelului de permeat, schimbarea filtrelor 2 lucrări de reparație la solicitare Granumix 107S - Inspecția dispozitivului - Verificarea funcționalității dispozitivului: mixerului, pompei, taimerelor 2 reparații la solicitare <u>Verificarea tehnică de siguranță anuală</u> <u>(Technical Safety Checks)</u> Se efectuează <i>pe parcursul anului 2024</i>. Lucrări include vizita profilactică și verificări echipamentului. Lucrări planificate: 4008 - Verificarea parametrilor tehnice a (pentru toate punctele de control), temperatura, conductivitate, volumul pompelor și camerelor sistemului de amestecare, presiune TMP, presiunelor arteriale/venoase, pompei de ultra-sunet și optici. Funcționarea motoarelor. - Efectuarea măsurărilor de electrosecuritate. AquaStore - Inspecția stației - Verificarea parametrilor de operare: Productivitatea, Presiune, Conductivitate, Temperatura Verificarea senzoarelor de presiune, conductivitate, temperatura, productivitatea - Verificarea alarmelor de siguranță - Testarea funcțională în regim de producere a apei - Testarea funcțională în regim de clătire Granumix 107S - Inspecția externă, verificare și eliminare defectelor: cablurilor, conectori externi, elementelor de dirijare. Deschiderea dispozitivului, inspecție și curățare de praf.
--	--	--	--	--

					Verificarea fixărilor mecanice, etanșărilor conexiunelor, contactelor, conectorilor electrici interni. Curățare contactelor, ungere pieselor mecanice în mișcare. Depanare scurgerilor a sistemului hidraulic. - Verificarea funcționalității dispozitivului: mixerului, pompei, taimerelor 2 reparații la solicitare <u>Cerințe suplimentare:</u> Achizitorul este responsabil pentru deteriorarea Echipamentelor și a sănătății pacienților în cazurile de utilizare de către acesta: - utilizarea aparaturii nerespectând regulile de exploatare; - a companiilor terțe ce prestează servicii de reparație Echipamentelor; - piese de schimb de ocazie	
Lotul 1						
TOTAL						

Semnat: _____ **Dumitru Babinețchi** în calitate de: **administrator**
Ofertantul: **“PRO-BIODIAGNOSTIC” SRL**
Adresa: **mun. Chișinău, str. Testemițanu 17/6 ap.153**
