

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]								
Numărul procedurii de achiziție		LP nr. 21582670/ ocds-b3wdp1-MD-1773753825286 din 17.03.2026						
Obiectul achiziției:		Piese, accesorii și consumabile p/u utilaj medical - 2026						
Cod CPV	Nr lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7
331000 00-1	6	6. USG "LOGIQ E10, GE"	6.1. Sondă convexă, C1-6-D	SUA	GE MEDICAL SYSTEMS ULTRASOUND AND PRIMARY CARE DIAGNOSTICS, LLC. / GE HEALTHCARE	6.1. Sondă convexă - compatibilă cu ultrasonograful "LOGIQ E10, GE"; *Cod de referință: 5418916 "C1-6-D"; *Tip: convexă; *Domeniul de utilizare: Abdominal, Ginecologie; *Frecvență de lucru: cel puțin în tot diapazonul 1 - 6 MHz; *Unghi de vizualizare: 70°; *Garanție produs: cel puțin 12 luni;	6.1. DA Sondă convexă - compatibilă cu ultrasonograful "LOGIQ E10, GE"; * DA Cod de referință: 5418916/ PN- H40472LT "C1-6-D" ; * DA Tip: convexă; * DA Domeniul de utilizare: Abdominal, Ginecologie; * DA Frecvență de lucru: cel puțin în tot diapazonul 1 - 6 MHz; * DA Unghi de vizualizare: 80° ; * DA Garanție produs: cel puțin 12 luni; Vezi Brosure LOGIQ E10 series Probe Guide Sondele vechi defectate vor fi returnate catre operatorul economic.	DM000707846

331000 00-1	6	6. USG "LOGIQ E10, GE"	6.2. Sondă sectorială M5Sc-D	SUA	GE MEDICAL SYSTEMS ULTRASOUND AND PRIMARY CARE DIAGNOSTICS, LLC. / GE HEALTHCARE	6.2. Sondă sectorială - compatibilă cu ultrasonograful "LOGIQ E10, GE"; *Cod de referință: 5446812 "M5Sc- D"; *Tip: Phased array (setorială); *Domeniul de utilizare: Abdominal, Cardiologie, Cefalic; *Frecvență de lucru: cel puțin în tot diapazonul 1.5 - 4.5 MHz; *Unghi de vizualizare: 90°; *Garanție produs: cel puțin 12 luni;	6.2. DA Sondă sectorială - compatibilă cu ultrasonograful "LOGIQ E10, GE"; * DA Cod de referință: 5446812/ PN- H44901AE "M5Sc-D" ; * DA Tip: Phased array (setorială); * DA Domeniul de utilizare: Abdominal, Cardiologie, Cefalic; * DA Frecvență de lucru: cel puțin în tot diapazonul 1 - 5 MHz ; * DA Unghi de vizualizare: 120° ; * DA Garanție produs: cel puțin 12 luni; Vezi broșura LOGIQ E10 series Probe Guide Sondele vechi defectate vor fi returnate catre operatorul economic.	DM000707833
----------------	---	------------------------	---------------------------------	-----	---	---	---	--------------------

Semnat: _____ Numele, prenumele: Natalia Chicu În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Intermed” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albișoara, 64/2