

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1732660789714	Data: 19/12/2024	Alternativa nr.: __
Denumirea licitației:	Reactive și consumabile de laborator pentru anul 2025		Pagina: __ din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3		5	6	7	8
33100 000-1	15	Test rapid	Test rapid	Test Anticorpi Rapid HIV (Codul produsului: ITPW02153-TC40)	China	INTEC PRODUCTS, INC.	Testul Rapid de Diagnostic HIV 1/2, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor la HIV ½ la virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) și de tip 2 (HIV-2) în sânge venos (ser/plasma) sau sânge capilar. Durata testării – 10 - 60 minute. Sensibilitatea la HIV > 98% Specificitatea la HIV > 99% Testele trebuie să fie precalificate de OMS. Produsul oferat trebuie să fie diferit de Testul de alternativa 1 si 2 desemnati castigatori în cadrul Programului Național HIV pentru anul 2025.	Testul Rapid de Diagnostic HIV 1/2, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor la HIV ½ la virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) și de tip 2 (HIV-2) în sânge venos (ser/plasma) sau sânge capilar. Durata testării – 15-20 minute. Sensibilitatea la HIV 100% Specificitatea la HIV 100%. (IFU pag 1-6) Testele sunt precalificate de OMS. Produsul oferat este diferit de Testul de alternativa 1 si 2 desemnati castigatori în cadrul Programului Național HIV pentru anul 2025. (Facturare N40)	DM000379834, Precalificare OMS

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Grigore Moraru În calitate de: Administrator

Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chisinau, str-la Burebista 23