

Specificatii tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1769697922840 din 9 febr 2026, 11:00 - 23 febr 2026, 11:00

Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 2)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
3310000 0-1	5	Unitate electro-chirurgicală	Surtron Touch HP 400	Italia	LED Spa	"Unitate electro-chirurgicală: Porturi de operare: Monopolar, Bipolar, Sigilare vaselor; Suportă moduri de lucru avansate, cu putere reglabilă, adaptabile în funcție de impedența țesuturilor. Funcție de autotestare automată la pornire Afișare digitală a parametrilor de lucru. Indicatori vizuali și acustici pentru activare, eroare sau finalizare cicluri. Control al volumului semnalelor sonore. Posibilitatea de salvare și încărcare a programelor personalizate (programe de utilizator). Recunoaștere automată a instrumentelor conectate (manipulează automat setările corespunzătoare). Software integrat pentru rezeecție bipolară în mediu salin. Compatibilitate cu comutatoare de picior pentru modurile: Monopolar (tăiere/coagulare) Bipolar (coagulare, rezeecție), Sigilare vasculară/plasma Moduri de lucru: Monopolar: Tăiere pură: min. 330 W / 200 Ohm. Tăiere cu hemostază (blend): min. 200 W / 200 Ohm. Coagulare tip spray (fulgurate): min. 100 W / 500Ohm. Coagulare moale: min. 120 W / 75 Ohm. Coagulare cu argon (dacă este oferită): min. 100 W / 500 Ohm Bipolar: Coagulare în mediu salin: min. 120 W / 25 Ohm. Coagulare forțată: min. 100 W / 50 Ohm.	Model: Surtron Touch HP 400, Led Spa, Italia "Unitate electro-chirurgicală: Porturi de operare: Monopolar, Bipolar, Sigilare vaselor; Suportă moduri de lucru avansate, cu putere reglabilă, adaptabile în funcție de impedența țesuturilor. Funcție de autotestare automată la pornire Afișare digitală a parametrilor de lucru. Indicatori vizuali și acustici pentru activare, eroare sau finalizare cicluri. Control al volumului semnalelor sonore. Posibilitatea de salvare și încărcare a programelor personalizate (programe de utilizator). Software integrat pentru rezeecție bipolară în mediu salin (TUR Function). Compatibilitate cu comutatoare de picior pentru modurile: Monopolar (tăiere/coagulare) Bipolar (coagulare, rezeecție), Sigilare vasculară/plasma Moduri de lucru: Monopolar: Tăiere pură: 400 W / 300 Ohm. Tăiere cu hemostază (blend): 250 W / 200 Ohm. Coagulare tip spray (fulgurate): 100 W / 300 Ohm. (superior celui solicitat) Coagulare moale: 150 W / 200 Ohm. Coagulare cu argon (dacă este oferită): 120W / 500 Ohm Bipolar: Coagulare în mediu salin: 250 W / 25 Ohm. Coagulare forțată: 100 W / 50 Ohm. Coagulare moale: 150 W / 200 Ohm. Rezeecție salină: min. 300 W / 300 Ohm (Tur	DM000577896

						Coagulare moale: min. 100 W / 30 Ohm. Rezecție salină: min. 230 W / 25 Ohm Sigilare vaselor (fuziune de țesut, sigilarea vaselor de legătură sau echivalent): Putere: min. 140 W / 25 Ohm. Capacitatea de a sigila vase de sânge și limfatice de până la 7 mm în diametru. Electrode neutru reutilizabil - 1 buc; Mâner monopolar reutilizabil (creion) pentru electrod, cu cel puțin două butoane de operare1 buc Set de electrozi (min. 3 buc.) de diferite dimensiuni și forme (minge, lama, ac) - 2 buc Cablu monopolar de cel puțin 3 m. lungime (pentru conectarea instrumentelor laparoscopice) -2 buc"	Function) Sigilare vaselor (fuziune de țesut, sigilarea vaselor de legătură sau echivalent): Putere: 250 W / 25 Ohm. Capacitatea de a sigila vase de sânge și limfatice de până la 7 mm în diametru. Electrode neutru reutilizabil - 1 buc; - 5365A Mâner monopolar reutilizabil (creion) pentru electrod, cu cel puțin două butoane de operare1 buc – 00205.00 Set de electrozi (min. 3 buc.) de diferite dimensiuni și forme (minge, lama, ac) - 2 buc – 152-150, 152-110,152-120 Cablu monopolar de cel puțin 3 m. lungime (pentru conectarea instrumentelor laparoscopice) -2 buc"- 00402.01	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Mihai Volcovschi** În calitate de: **administrator**

Ofertantul: ALMICOM-TECH SRL Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești 271/2