

Specificații tehnice F 4.1

Numărul licitației: 21037836					Data: 03.04.2021	Alternativa Nr.: _____
Denumirea licitației: Achiziționarea Concentratoarelor de oxigen de 10L de către Primăria comunei Coșnița					Lot:	Pagina ____ din ____
Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Modelul articolului	Producator / Tara de origine	Specificarea tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7
	Lot 1					
33100000-1	Concentratoare de oxygen de 10 L	Oxy5101 cu monitor pentru O2	Kare Medical, Turcia	Descriere: Dispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului. Parametru Specificatie Tip: portabil Concentrația O2 în fluxul produs: $\geq 92\%$ la fluxul cuprins între 1 și 9 L/min și $\geq 90\%$ la fluxul de 10 L/min Reglarea concentrației de O2: da Reglarea fluxului de O2: 1 - 10 L/min Indicatorul fluxului: grafic/numeric Nivelul zgomotului produs: ≤ 50 dB Prezența filtrelor de particole aeriene: praf, bacteriene, HEPA Ieșiri pentru tubul de O2: minim 1 Devierea admisibilă la valoarea concentrației de O2: $\pm 3\%$ Borcan de umidificare a O2: 1 buc. Mască facială: minim 2 buc. Canulă nazală: minim 2 set. Filtru de particole aerian, rezervă: minim 1 buc. Alimentare: 220 V 50 Hz	Descriere: Dispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului. Parametru Specificație Tip: portabil DA Concentrația O2 în fluxul produs: $\geq 92\%$ la fluxul cuprins între 1 și 9 L/min și $\geq 90\%$ la fluxul de 10 L/min DA Reglarea concentrației de O2: da DA Reglarea fluxului de O2: 1 - 10 L/min DA Indicatorul fluxului: grafic/numeric DA Nivelul zgomotului produs: ≤ 50 db DA Prezența filtrelor de particole aeriene: praf, bacteriene, HEPA DA Ieșiri pentru tubul de O2: minim 1 DA Devierea admisibilă la valoarea concentrației de O2: $\pm 3\%$ DA Borcan de umidificare a O2: 1 buc. DA Mască facială: minim 2 buc. DA Canulă nazală: minim 2 set. DA Filtru de particole aerian, rezervă: minim 1 buc. Alimentare: 220 V 50 Hz DA Termenul de garanție al dispozitivului: minim 24 luni DA	Directiva 93/42/EEC pentru dispozitive medicale, ISO 9001, ISO 13485

				Termenul de garanție al dispozitivului: minim 24 luni		
--	--	--	--	--	--	--

Ofertantul: **Î.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.** Adresa: Str. Piața D. Cantemir 1

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Ioan Razvan Carstocea** În calitate de: **Administrator**