

PROCES-VERBAL

Nr. 10

al ședinței grupului de lucru pentru achiziții al

IMSP Spitalul raional Ialoveni

(denumirea autorității contractante)

privind evaluarea ofertelor depuse în cadrul COP

(tipul procedurii de achiziție)

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1552640619179 din “29” martie 2019 privind achiziționarea

Consumabilelor, instrumentarului și accesoriilor medicale pentru anul 2019

(denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor)

Cod CPV: 33600000-6

“16” aprilie 2019

or. Ialoveni

(locul desfășurării ședinței)

Grupul de lucru constituit prin ordinul Nr. 2 din “02” ianuarie 2019 compus din:

1. Mihail Cotovan - președintele comisiei, director
2. Calancea Tamara - contabil șef- membru
3. Zotova Elena - farmacist diriginte interimar- membru
4. Cebotari Varvara - economist șef - membru
5. Leorda Tatiana - secretarul grupului de lucru, jurist

a procedat astăzi “16” aprilie 2019 ora 11:00 la sediul autorității contractante, la examinarea ofertelor depuse.

Au absentat:

1. _____

ORDINEA DE ZI:

Examinarea ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție Nr. ocds-b3wdp1-MD-1552640619179 din “29” martie 2019 publicată în BAP Nr. _____ din “___” _____ 2019, pentru achiziționarea Consumabilelor, instrumentarului și accesoriilor medicale pentru anul 2019. Cod CPV: 33600000-6

(se specifică obiectul achiziției)

S-A CONSTATAT:

În procesul de examinare a ofertelor s-a constata:

- I. La poziția nr. 58 Prezervative pentru USG, SRL Farmina a propus prezervativul – contraceptiv care nu corespunde după parametri cu Prezervativul pentru USG și anume :
 - Lubrifiantul. Toată suprafața produsului este prelucrată cu lubrifiat, care la investigații provoacă lunecări, este foarte incomod de ținut în mână transductorul. Mîinele medicului se umeditează, ca urmare lubrifiantul lasă urme pe toată suprafața dispozitivul (butoanele dispozitivului ș.a.) și de tot ce atinge medicul. Ca urmare, prezervativele pentru USG sunt prelucrate deasupra cu praf, care înlătură efectele descrise mai sus.
 - Rezervorul pentru spermă. Existența acestui rezervor la prezervativ-contraceptiv nu permite alăturarea cu transductorul. Prezervativul-contraceptiv are forma anatomică a părții corpului uman și nu a transductorului.
 - Lungimea prezervativului-contraceptiv este de 185 mm, atunci cînd lungimea prezervativului pentru USG este de 210 mm. Producătorii prezervativelor pentru USG special produc

lungimea produsului de 210 mm, dat fiind calculat la lungimea transductorului și
posibilitatea acoperirii lui integrale.

De aceea această poziție a fost oferită următorului operator economic care a respectat cerințele – SA
M Inter Farma.

- II. La poziția nr. 64 Material neșesut oferită de SRL Farmina conform mostrei prezentate
nu corespunde caracteristicilor tehnice și anume nu corespunde densitatea
materialului, de aceea această poziție a fost oferită următorului operator economic
care a respectat cerințele SRL Natusana
- III. La poziția nr. 43 Hirtie ECG 90x112x150, cel mai mic preț a fost oferit de SA
Tehoptimed, dar prin scrisoarea nr. 20 din 05.04.19 (se anexează) ne anunță că s-a
comis o eroare mecanică la stabilirea prețului și să excludem poziția respectivă din
ofertă. De aceea această poziție a fost oferită următorului operator economic care
a respectat cerințele SRL Ghermed-K.
- IV. Procedura pentru Poziția 53 Disposable cervical sampler-cervical brush a fost
anulată, întrucât la etapa de întocmire a listei de bunuri și specificațiilor tehnice s-a
comis o eroare tehnică.
- V. La poziția nr. 51 Măști pentru inhalare pentru copii SRL Natusana a prezentat o
mostră care nu corespunde cerințelor, de aceea această poziție se atribuie la SRL
Ecochimie.

S-a decis:

1. Poziția nr. 58 Prezervative pentru USG se atribuie la SA M Inter Farma.
2. Poziția nr. 64 Material neșesut se atribuie la SRL Natusana
3. Poziția nr. 43 Hirtie ECG 90x112x150, se atribuie la SRL Ghermed-K.
4. Poziția nr. 51 Măști pentru inhalare pentru copii se atribuie la SRL Ecochimie.

Grupul de lucru:

1. Mihai Cotovan Eblun director al IMSP SR Ialoveni
2. Calancea Tamara Tamara - contabil șef
3. Cebotari Varvara Varvara - economist șef
4. Zotova Elena Elena - farmacist diriginte
5. Leorda Tatiana Leorda - secretarul grupului de lucru, jurist