

Specificații tehnice (F4.1)							
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1776329282707				Data: „04” mai 2026	
Denumirea licitației:		Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului special privind asigurarea cu aparate auditive a persoanelor cu deficiențe de auz pentru 2026 (Repetat5)				Lot: _____	
Alternativa nr.:		Pagina: __ din __					
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33100 00-1	1	Proteze auditive pentru surditate ușoară-moderată (adulti)	Proteze auditive pentru surditate ușoară-moderată (adulti)	REXTON BiCore B M10	Danemarca	WSAUD A/S	<p>Proteze auditive pentru surditate ușoară-moderată (pentru adulți) Durata lansării pe piața mondială (anul lansării) - nu mai mult de 5 ani</p> <p>Anul producerii dispozitivului medical ≥ 2025</p> <p>Înălțimea maximă - 128 dB și mai mult</p> <p>Căștigul maximal - 56-80 dB</p> <p>Nivelul de zgomot - Nu mai înalt 24 dB ("se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional")</p> <p>Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤ 200Hz</p> <p>Limita superioară a diapazonului frecvențial ≤ 5500Hz</p> <p>Coefficientul distorsiunilor armonice (de indicat valoarea)- Nu mai mare de 5%</p> <p>Anti-feedback- Prezent</p> <p>Numărul canalelor de prelucrare numerică a sunetului (pentru adulți)- 12 și mai multe</p> <p>Accesoriiile unui set PA – 1 buc. Baterie "Zinc-Air"12buc Agentul economic se obliga a confecționa GRATIS olivă individuală în termen de maxim 21 zile.</p> <p>Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 6 luni (după datele audiogramiei efectuată de către operatorul economic)</p> <p>Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic)</p> <p>Cu cârlig standard (earhook) retroauricular sau cu tub subțire (slim tube); Servicii pe perioada garanției:</p> <p>Curățare gratuită periodică se va face la intervale de maximum 6 luni</p> <p>Înlocuire gratuită a pieselor defecte sau deteriorate.</p> <p>Prezenta în republică a cabinetului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiștii de profil (Chișinău și pentru nordul republicii – Bălți), ori asigurarea de către agentul economic a asistenței în teritoriu conform unui grafic (minim 4 ori pe lună) coordonat cu medicul ORL-audiolog din Bălți cu deplasarea echipei de specialiști ai companiei respective. Obligator</p> <p>Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator</p> <p>Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială).</p> <p>La momentul livrării, în cutia aparatului auditiv se vor regăsi, obligatoriu și gratuit, toate elementele și accesoriile necesare utilizării acestuia, respectiv: bateria „Zinc-Air” (12 bucăți), pastila silicagel, precum și certificatul de garanție care va conține în mod obligatoriu parafa companiei, semnătura reprezentantului autorizat, data emiterii, datele de identificare ale operatorului economic și numărul de serie al dispozitivului.</p> <p>Proteze auditive pentru surditate moderată-severă (pentru adulți) Durata lansării pe piața mondială (anul lansării) nu mai mult de 5 ani. Anul producerii dispozitivului medical ≥ 2025</p> <p>Înălțimea maximă 134 dB și mai mult</p> <p>Căștigul maximal 75 dB și mai mult</p> <p>Nivelul de zgomot Nu mai înalt 24 dB ("se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional")</p> <p>Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤ 220 Hz</p> <p>Limita superioară a diapazonului frecvențial ≥ 5500Hz</p> <p>Coefficientul distorsiunilor armonice (de indicat valoarea) Nu mai mare de 5%</p> <p>Anti-feedback Prezent</p> <p>Numărul canalelor de prelucrare numerică a sunetului (pentru adulți) 12 și mai multe.</p> <p>Accesoriiile unui set PA – 1 buc. Baterie "Zinc-Air"-12 buc Agentul economic se obliga a confecționa GRATIS olivă individuală în termen de maxim 21 zile. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului)</p> <p>Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 6 luni (după datele audiogramiei efectuată de către operatorul economic)</p> <p>Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic)</p> <p>Cu cârlig standard (earhook) retro auricular sau cu tub subțire (slim tube); Servicii pe perioada garanției:</p> <p>Curățare gratuită periodică se va face intervale de maximum 6 luni Înlocuire gratuită a pieselor defecte sau deteriorate.</p> <p>Prezenta în republică a cabinetului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiștii de profil (Chișinău și pentru nordul republicii – Bălți), ori asigurarea de către agentul economic a asistenței în teritoriu conform unui grafic (minim 4 ori pe lună) coordonat cu medicul ORL-audiolog din Bălți cu deplasarea echipei de specialiști ai companiei respective. Obligator</p> <p>Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator</p> <p>Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială).</p> <p>La momentul livrării, în cutia aparatului auditiv se vor regăsi, obligatoriu și gratuit, toate elementele și accesoriile necesare utilizării acestuia, respectiv: bateria „Zinc-Air” (12 bucăți), pastila silicagel, precum și certificatul de garanție care va conține în mod obligatoriu parafa companiei, semnătura reprezentantului autorizat, data emiterii, datele de identificare ale operatorului economic și numărul de serie al dispozitivului</p> <p>Proteze auditive pentru surditate moderată-severă (pentru adulți)</p> <p>• Durata lansării pe piața mondială (anul lansării) - 2023 (Declarație producător în setul de acte)</p> <p>• Anul producerii dispozitivului medical ≥ 2025)</p> <p>• Înălțimea maximă - 129 dB (fișa de date tehnice - pag.3)</p> <p>• Căștigul maximal - 65 dB (fișa de date tehnice - pag.3)</p> <p>• Nivelul de zgomot - 19 dB (fișa de date tehnice - pag.3)</p> <p>• Limita inferioară a diapazonului frecvențial - 100Hz (fișa de date tehnice - pag.3)</p> <p>• Limita superioară a diapazonului frecvențial - 8100Hz (fișa de date tehnice - pag.3)</p> <p>• Coeficientul distorsiunilor armonice - 4/2/-5% (fișa de date tehnice - pag.3)</p> <p>• Anti-feedback- Prezent (Rexton_product-catalogue_2025 - pag. 29)</p> <p>• Numarul canalelor de prelucrare numerică a sunetului - 12 (fișa de date tehnice - pag.8)</p> <p>• Accesoriiile unui set PA – 1 buc. Baterie "Zinc-Air"12buc Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului)</p> <p>• Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 6 luni (după datele audiogramiei) - da</p> <p>• Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) - da</p> <p>• Cu tub subțire (slim tube): Servicii pe perioada garanției: - da</p> <p>• Curățare gratuită periodică se va face la intervale de maximum 6 luni - da</p> <p>• Înlocuire gratuită a pieselor defecte sau deteriorate. - da</p> <p>• Prezenta în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiștii de profil - prezent: Chișinău și Bălți</p> <p>• Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru - da</p> <p>• Cerințele către parametrii electroacustici a protezelor auditive digitale sunt prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială).</p> <p>• La momentul livrării, în cutia aparatului auditiv se vor regăsi, obligatoriu și gratuit, toate elementele și accesoriile necesare utilizării acestuia, respectiv: bateria „Zinc-Air” (12 bucăți), pastila silicagel, precum și certificatul de garanție care va conține în mod obligatoriu parafa companiei, semnătura reprezentantului autorizat, data emiterii, datele de identificare ale operatorului economic și numărul de serie al dispozitivului.</p> <p>Aceste date pot fi găsite în următoarele documente:</p> <p>1. Date tehnice BiCore B M 10</p> <p>2. Rexton_product-catalogue_2025</p>
33100 00-1	2	Proteze auditive pentru surditate moderată-severă (adulti)	Proteze auditive pentru surditate moderată-severă (adulti)	REXTON BiCore B P10	Danemarca	WSAUD A/S	<p>Proteze auditive pentru surditate moderată-severă (pentru adulți) Durata lansării pe piața mondială (anul lansării) nu mai mult de 5 ani. Anul producerii dispozitivului medical ≥ 2025</p> <p>Înălțimea maximă 134 dB și mai mult</p> <p>Căștigul maximal 75 dB și mai mult</p> <p>Nivelul de zgomot Nu mai înalt 24 dB ("se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional")</p> <p>Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤ 220 Hz</p> <p>Limita superioară a diapazonului frecvențial ≥ 5500Hz</p> <p>Coefficientul distorsiunilor armonice (de indicat valoarea) Nu mai mare de 5%</p> <p>Anti-feedback Prezent</p> <p>Numărul canalelor de prelucrare numerică a sunetului (pentru adulți) 12 și mai multe.</p> <p>Accesoriiile unui set PA – 1 buc. Baterie "Zinc-Air"-12 buc Agentul economic se obliga a confecționa GRATIS olivă individuală în termen de maxim 21 zile. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului)</p> <p>Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 6 luni (după datele audiogramiei efectuată de către operatorul economic)</p> <p>Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic)</p> <p>Cu cârlig standard (earhook) retro auricular sau cu tub subțire (slim tube); Servicii pe perioada garanției:</p> <p>Curățare gratuită periodică se va face intervale de maximum 6 luni Înlocuire gratuită a pieselor defecte sau deteriorate.</p> <p>Prezenta în republică a cabinetului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiștii de profil (Chișinău și pentru nordul republicii – Bălți), ori asigurarea de către agentul economic a asistenței în teritoriu conform unui grafic (minim 4 ori pe lună) coordonat cu medicul ORL-audiolog din Bălți cu deplasarea echipei de specialiști ai companiei respective. Obligator</p> <p>Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator</p> <p>Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială).</p> <p>La momentul livrării, în cutia aparatului auditiv se vor regăsi, obligatoriu și gratuit, toate elementele și accesoriile necesare utilizării acestuia, respectiv: bateria „Zinc-Air” (12 bucăți), pastila silicagel, precum și certificatul de garanție care va conține în mod obligatoriu parafa companiei, semnătura reprezentantului autorizat, data emiterii, datele de identificare ale operatorului economic și numărul de serie al dispozitivului</p> <p>Proteze auditive pentru surditate moderată-severă (pentru adulți)</p> <p>• Durata lansării pe piața mondială (anul lansării) - 2023 (Declarație producător în setul de acte)</p> <p>• Anul producerii dispozitivului medical ≥ 2025)</p> <p>• Înălțimea maximă - 139 dB (fișa de date tehnice - pag.2)</p> <p>• Căștigul maximal - 82 dB (fișa de date tehnice - pag.2)</p> <p>• Nivelul de zgomot - 15 dB (fișa de date tehnice - pag.2)</p> <p>• Limita inferioară a diapazonului frecvențial - 140Hz (fișa de date tehnice - pag.2)</p> <p>• Limita superioară a diapazonului frecvențial - 6300Hz (fișa de date tehnice - pag.2)</p> <p>• Coeficientul distorsiunilor armonice - 5/4/1-5% (fișa de date tehnice - pag.2)</p> <p>• Anti-feedback- Prezent (Rexton_product-catalogue_2025 - pag. 29)</p> <p>• Numarul canalelor de prelucrare numerică a sunetului - 12 (fișa de date tehnice - pag.8)</p> <p>• Accesoriiile unui set PA – 1 buc. Baterie "Zinc-Air"12buc Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului)</p> <p>• Reglajul protezei auditive obligator. Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 6 luni - da</p> <p>• Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) - da</p> <p>• Cu cârlig standard (earhook) retroauricular.</p> <p>• Servicii pe perioada garanției:</p> <p>• Curățare gratuită periodică se va face la intervale de maximum 3 luni - da</p> <p>• Înlocuire gratuită a pieselor defecte sau deteriorate. - da</p> <p>• Prezenta în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiștii de profil - prezent: Chișinău și Bălți</p> <p>• Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru - da</p> <p>• Cerințele către parametrii electroacustici a protezelor auditive digitale sunt prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială).</p> <p>• La momentul livrării, în cutia aparatului auditiv se vor regăsi, obligatoriu și gratuit, toate elementele și accesoriile necesare utilizării acestuia, respectiv: bateria „Zinc-Air” (12 bucăți), pastila silicagel, precum și certificatul de garanție care va conține în mod obligatoriu parafa companiei, semnătura reprezentantului autorizat, data emiterii, datele de identificare ale operatorului economic și numărul de serie al dispozitivului.</p> <p>Aceste date pot fi găsite în următoarele documente:</p> <p>1. Date tehnice BiCore B P 10</p> <p>2. Rexton_product-catalogue_2025</p>

33100 00-1	3	Proteze auditive pentru surditate profundă (adult)	Proteze auditive pentru surditate profundă (adult)	REXTON BiCore B HP10	Danemarca	WSAUD A/S	<p>Proteze auditive pentru surditate profundă (pentru adulți) Durata lansării pe piața mondială (anul lansării) - nu mai mult de 5 ani. Anul producerii dispozitivului medical ≥ 2025</p> <p>Înălțimea maximă - 140 dB și mai mult</p> <p>Câștigul maximal- 81dB și mai mult</p> <p>Nivelul de zgomot - Nu mai înalt 24 dB ("se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional”)</p> <p>Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤ 220 Hz</p> <p>Limita superioară a diapazonului frecvențial ≥ 5100 Hz</p> <p>Coefficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) Nu mai mare de 5%</p> <p>Anti-feedback Prezent</p> <p>Numărul canalelor de prelucrare numerică a sunetului (pentru adulți) 12 și mai multe</p> <p>Accesoriiile unui set PA – 1 buc. Baterie "Zinc-Air"-12 buc. Agentul economic se obliga a confecționa GRATIS oliva individuală în termen de maxim 21 zile. Obligatori 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului)</p> <p>Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 6 luni (după datele audiogrammei efectuată de către operatorul economic)</p> <p>Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic)</p> <p>Cu cârlig standard (earhook) retroauricular sau cu tub subțire (slim tube): Servicii pe perioada garanției:</p> <p>Curățare gratuită periodică se va face intervale de maximum 6 luni</p> <p>Înlocuire gratuită a pieselor defecte sau deteriorate.</p> <p>Prezența în republică a cabinetului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil (Chișinău și pentru nordul republicii – Bălți), ori asigurarea de către agentul economic a asistenței în teritoriul conform unui grafic (minim 4 ori pe lună) coordonat cu medicul ORL-audiolog din Bălți cu deplasarea echipei de specialiști ai companiei respective. Obligatori</p> <p>Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligatori</p> <p>Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială).</p> <p>La momentul livrării, în cutia aparatului auditiv se vor regăsi, obligatoriu și gratuit, toate elementele și accesoriile necesare utilizării acestuia, respectiv: bateria „Zinc-Air” (12 bucăți), pastila silicagel, precum și certificatul de garanție care va conține în mod obligatoriu parafa companiei, semnătura reprezentantului autorizat, data emiterii, datele de identificare ale operatorului economic și numărul de serie al dispozitivului.</p>	<p>Proteze auditive pentru surditate profundă (pentru adulți)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durata lansării pe piața mondială (anul lansării) -2023 (Declarație producător în setul de acte) • Anul producerii dispozitivului medical ≥ 2025) • Înălțimea maximă - 143dB; (fișa de date tehnice - pag.2) • Câștigul maximal - 85 dB; (fișa de date tehnice - pag.2) • Nivelul de zgomot - 17 dB; (fișa de date tehnice - pag.2) • Limita inferioară a diapazonului frecvențial - 100 Hz (fișa de date tehnice - pag.2) • Limita superioară a diapazonului frecvențial - 5400Hz (fișa de date tehnice - pag.2) • Coeficientul distorsiunelor armonice - 5/1/1-% (fișa de date tehnice - pag.2) • Numărul canalelor de prelucrare numerică a sunetului - 12 (fișa de date tehnice - pag.5) • Anti-feedback- Prezent (Rexton_product-catalogue_2025 - pag. 29) • Accesoriile unui set PA – 1 buc. Baterie "Zinc-Air"-12 buc Obligatori 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) • Reglajul protezei auditive obligator. Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 6 luni (dupa datele audiogrammei) - da • Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) - da • Cu cârlig standard (earhook) retroauricular: Servicii pe perioada garanției: - da • Curățare gratuită periodică se va face la intervale de maximum 3 luni - da • Înlocuire gratuită a pieselor defecte sau deteriorate. - da • Prezența în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil - prezent Chișinău și Bălți • Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru - da • Cerințele către parametrii electroacustici a protezlor auditive digitale sunt prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). • La momentul livrării, în cutia aparatului auditiv se vor regăsi, obligatoriu și gratuit, toate elementele și accesoriile necesare utilizării acestuia, respectiv: bateria „Zinc-Air” (12 bucăți), pastila silicagel, precum și certificatul de garanție care va conține în mod obligatoriu parafa companiei, semnătura reprezentantului autorizat, data emiterii, datele de identificare ale operatorului economic și numărul de serie al dispozitivului. <p>Aceste date pot fi găsite în următoarele documente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Date tehnice BiCore B HP 10 2. Rexton_product-catalogue_2023
<p>Semnat: Chirtoacă Ludmila, În calitate de: Administrator Ofertantul: Acustmed SRL, Adresa: mun. Chișinău, str. Columna 49</p>								