

din 10.01.2022

Numărul licitației: 21047347

Alternativa nr.

Denumirea licitației: Achiziționarea consumabilelor pentru cardiologia intervențională și chirurgia endovasculară conform necesităților IMSP
SCM Sfânta Treime pentru anul 2022

Lot: conform listei solicitate

Pagina 1 din 1

Conform necesitatilor CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

Valuta, lei MDL

Codul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Bunuri							
Lotul 40							
33100000-1	Set inflator cu manometru de presiuni mici	42.04.40004	China	SCW MEDICATH LTD	<p>Set pompa cu manometru pentru umflat baloane pina la 30 atm si indicator analog luminescent. Continut: ineflator, valva hemostatica, tub de extenzie minim 30 cm, torquer, introducător fir ghid 0,014 inch Ineflator: seringa 20 ml, manometru până la 30atm Valva hemostatica cu închidere axiala, tip push-pull. Torque fir ghid 0,014 inch Introducător fir ghid 0,014 inch. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, - copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Citire precisă, inflație fiabilă și deflație.</p> <p>Manerul de design umanizat modificat facilitează funcționarea medicului.</p> <p>Proiectarea blocării permite o operație cu o singură mână în deflație</p> <p>Dispozitiv de umflare a balonului, Stopcock ("RIGHT ON") + set de valve de hemostază (Push Pull cu linie de extensie 25cm și stopcock)</p> <p>Volumul (ml) 20</p> <p>Presiune maximă: 30 Bar</p>	CE
Total lot 40							
Lotul 41							
33100000-1	Set pompă cu manometru tip "pistolet"	42.04.40052	China	SCW Medicath Ltd	<p>Set pompa de tip "pistolet" cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor pina la 30 atm. Deflare rapida prin apăsarea trăgaciului si posibilitate de operare cu 1 mână. Inclusă valva hemostatica cu sistem de închidere tip push-pull, tub de extensie de minim 20 cm cu diametrul interior de 0,096 inch/2,44 mm, torquerul si introducătorul metalic. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, - copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Ușor de umflat chiar și la temperaturi ridicate</p> <p>Presiunea este eliberată rapid</p> <p>Designul umanizat modificat se potrivește confortabil atunci când funcționează.</p> <p>Volumul (ml) 20 Dispozitiv de umflare a balonului, Stopcock ("RIGHT ON") + set de valve de hemostază (Push Pull cu linie de extensie 25cm și stopcock) manometru până la 30atm</p> <p>Setul sa contina si torquerul si introducerul</p>	CE
Total lot 41							

33100000-1	Lotul 42							
	Dispozitiv de umflare pentru tehnica "kissing"	42.04.40006	China	SCW MEDICATH LTD	Set pompa cu manometru pentru umflat a 2 baloane simultan cu indicator analog luminiscent. Continut: ineflator cu seringă minim 30 ml și capacitate rapidă de a ajunge la presiunea de 35 atm, cu mai puțin de 3 rotații a manerului. Prevazut cu Y-valvă tip push-pull, două conectori care ar da posibilitate efectuării tehnicii kissing cu un singur dispozitiv de umflare de către un singur operator. Tub de extensie minim 30 cm.	1. citire corectă, inflație fiabilă și deflație. 2. Manerul de design umanizat modernizat facilitează funcționarea medicului. 3. Proiectarea blocării permite o operație cu o singură mână în deflație. Volumul (ml) 30 Dispozitiv de umflare a balonului, Stopcock ("RIGHT ON") + set de valve de hemostază (Push Pull cu linie de extensie 25cm și stopcock) Prevazut cu Y valva cu două conectori manometru până la 30atm	CE	
	Total lot 42							
33100000-1	Lotul 44							
	Conectoare Y	42.03.10001	China	SCW Medicath Ltd	Valva hemostatică Y cu închidere axială, tip push-pull, torque system, introducător fir ghid compatibil cu 0,014 inch. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, - copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umărului de lot oferit.	Push pull Y Connector	CE	
	Total lot 44							
33100000-1	Lotul 46							
	Manifold cu 3 robineti	42.05.40000 42.05.40001	China	SCW Medicath Ltd	Confectionat din polycarbonat. Presiune de 200 și 500 psi. Cu 1 până la 5 porturi. Lumen intern de 2,36 mm. Posibilitatea de a avea încorporat o linie de presiune la una dintre extremități. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, - copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umărului de lot oferit.	COLECTORUL - Trei porturi 500 PSI Lumen intern mare (2,3 mm diametru) Ușor de ratat Fără latex „ON” Dreaptă cu adaptor rotativ, 3 porturi „OFF” pentru dreapta cu adaptor rotativ, 3 porturi	CE	
	Total lot 46							

33100000-1	Lotul 47						
	Tub injectare substanță de contrast	42.02.20001 42.02.20002 42.02.20003 42.02.20004 42.02.20005	China	SCW MEDICATH LTD	Din PVC transparent rigid rezistent la presiune 1200 psi, adaptor rotativ Conector male – female Lungimi disponibile: 51, 76, 122, 150, 183 cm. Aviz de compatibilitate emis de producatorul sistemului. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.	50 cm Femeie Luer Lock la Rotator Mascul 75 cm Femeie Luer Lock la Rotator Mascul 120 cm Femeie Luer Lock la Rotator Mascul 150 cm Femeie Luer Lock la Rotator Mascul 180 cm Femeie Luer Lock la Rotator Mascul	CE
	Total lot 47						
33100000-1	Lotul 48						
	Set seringă+tub injectomat “MEDRAD Mark 7 Arterion”	42.16.10016	China	SCW MEDICATH LTD	*Contine: 1. Seringa 150 ml. Material: policarbonat transparent. Prevazuta cu varf tip Luer Male si cu conector rotativ pentru fixarea racordului de joasa presiune. Piston prevazut cu doua sisteme de prindere. Presiune maxima de utilizare: 1200 PSI (83 bari). 2. Tub umplere. Material: polietilena cu densitate mica, Lungime totala 40mm. Presiune maxima de utilizare: 1200 PSI (83 bari). Aviz de compatibilitate emis de producatorul sistemului sau de o autoritate competenta. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, - copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.”	SERINGA ANGIOGRAFICĂ 1.Corpul de curățare Oferă o clarificare excelentă și netedă, cum ar fi sticlă, ar putea vedea balon de aer și mediu de contrast 2.Ar putea fi utilizat pentru scanarea tomografică computerizată, angiografie, rezonanță magnetică nucleară și imagistică 3.Mare Varietate de seringi, ar putea potrivi atât de multe injectoare. Folosit pentru Medrad - MARK7 Volum (ml) - 150. Cuprins - Seringă, J Umpleți tubul .	CE
	Total lot 48						
33100000-1	Lotul 53						
	Seringi pentru injectare substanță contrast	42.07.10002	China	SCW MEDICATH LTD	"Din policarbonat, capacitate 10-12 ml, Adaptor rotativ Maner tip "aripioară". *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, - copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.”	"Din policarbonat, capacitate 12 ml, Adaptor rotativ Maner tip "aripioară".	CE
	Total lot 53						
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23