

## **CERERE DE PARTICIPARE**

**Către: IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Moșneaga”**

**adresa: MD-2025, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. N. Testemiteanu 29**

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1680868486548 din 19.04.2023, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de servicii de reparație externă a dispozitivelor medicale de complexitate înaltă (mentenanță corectivă externă) pentru anul 2023

noi, SRL Biosistem mld, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 18.04.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld

\_\_\_\_\_ *(semnătura autorizată)*

## **DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei**

**Către: IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Moșneaga”**  
**adresa: MD-2025, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. N. Testemiteanu 29**

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "servicii de reparație externă a dispozitivelor medicale de complexitate înaltă (mentenanță corectivă externă) pentru anul 2023"

prin procedura de achiziție - Cererea ofertelor de prețuri (servicii) Nr. ocds-b3wdp1-MD-1680868486548 din 19.04.2023

pentru o durată de 60 ( șaizeci ) zile, respectiv până la data de 18.06.2023, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 18.04.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld

\_\_\_\_\_ *(semnătura autorizată)*

**Specificații tehnice**

		Numărul procedurii de achiziție:		ocds-b3wdp1-MD-1680868486548 din 19.04.2023				
		Obiectul achiziției:		servicii de reparație externă a dispozitivelor medicale de complexitate înaltă (mentenanță corectivă externă) pentru anul 2023				
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lot 1. Reparația videocolonoscop Carl Storz 13925 PKS	Lot 1. Reparația videocolonoscop Carl Storz 13925 PKS	Reparatia utilajului medical: videocolonoscop Carl Storz 13925 PKS	-	-	Înlăturarea defectelor: 1. Pierderea parametrilor rigizi. 2. Nu trece testul de etanșeitate. 3. Cablul feros pentru dirijare defectat. 4. Prezența petelor în câmpul vizual Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității. Garanție minim 12 luni. Termen de executare lucrari: 90 zile de la momentul ridicării Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică	Înlăturarea defectelor: 1. Pierderea parametrilor rigizi. 2. Nu trece testul de etanșeitate. 3. Cablul feros pentru dirijare defectat. 4. Prezența petelor în câmpul vizual Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității. Garanție minim 12 luni. Termen de executare lucrari: 90 zile de la momentul ridicării Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică	ISO, CE
2	Lot 2. Reparația videogastroscoop Olympus GIF- H170, dirijarea cu întârziere	Lot 2. Reparația videogastroscoop Olympus GIF- H170, dirijarea cu întârziere	Reparatia utilajului medical: videogastroscoop Olympus GIF- H170	-	-	Înlăturarea defectelor: 1. Porțiunea distală răspunde cu întârziere la comenzile mecanice de dirijare. Necesită ajustarea mecanismului de dirijare. Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității. Garanție minim 12 luni. Termen de executare lucrari: 90 zile de la momentul ridicării Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică	Înlăturarea defectelor: 1. Porțiunea distală răspunde cu întârziere la comenzile mecanice de dirijare. Necesită ajustarea mecanismului de dirijare. Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității. Garanție minim 12 luni. Termen de executare lucrari: 90 zile de la momentul ridicării Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică	ISO, CE
3	Lot 3. Reparația videogastroscoop Olympus GIF- H170, nu răspunde la comenzi	Lot 3. Reparația videogastroscoop Olympus GIF- H170, nu răspunde la comenzi	Reparatia utilajului medical: videogastroscoop Olympus GIF- H170	-	-	Înlăturarea defectelor: 1. Porțiunea distală nu răspunde la comenzile mecanice de dirijare. Necesită înlocuirea în totalitate a mecanismului de dirijare. Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității. Garanție minim 12 luni. Termen de executare lucrari: 90 zile de la momentul ridicării Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică	Înlăturarea defectelor: 1. Porțiunea distală nu răspunde la comenzile mecanice de dirijare. Necesită înlocuirea în totalitate a mecanismului de dirijare. Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității. Garanție minim 12 luni. Termen de executare lucrari: 90 zile de la momentul ridicării Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică	ISO, CE
4	Lot 4. Reparația fibrogastroscoop Olympus GIF-Q40	Lot 4. Reparația fibrogastroscoop Olympus GIF-Q40	Reparatia utilajului medical: fibrogastroscoop Olympus GIF-Q40	-	-	Înlăturarea defectelor: 1. Spargerea canalului de biopsie. 2. Uzarea tubului de insertie. 3. Uzarea Cauciucului capului distal. 4. Lipsa unghiurilor. Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității. Garanție minim 12 luni. Termen de executare lucrari: 90 zile de la momentul ridicării Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică	Înlăturarea defectelor: 1. Spargerea canalului de biopsie. 2. Uzarea tubului de insertie. 3. Uzarea Cauciucului capului distal. 4. Lipsa unghiurilor. Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității. Garanție minim 12 luni. Termen de executare lucrari: 90 zile de la momentul ridicării Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică	ISO, CE
5	Lot 5. Reparația fibrogastroscoop Olympus GIF-XQ40	Lot 5. Reparația fibrogastroscoop Olympus GIF-XQ40	Reparatia utilajului medical: fibrogastroscoop Olympus GIF-XQ40	-	-	Înlăturarea defectelor: 1. Uzarea tubului de insertie. 2. Lipsa unghiurilor. Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității. Garanție minim 12 luni. Termen de executare lucrari: 90 zile de la momentul ridicării Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică	Înlăturarea defectelor: 1. Uzarea tubului de insertie. 2. Lipsa unghiurilor. Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității. Garanție minim 12 luni. Termen de executare lucrari: 90 zile de la momentul ridicării Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică	ISO, CE

6	Lot 6. Reparația fibrobronhoscop Fujifilm FB-120S	Lot 6. Reparația fibrobronhoscop Fujifilm FB-120S	Reparatia utilajului medical: fibrobronhoscop Fujifilm FB-120S	-	-	Înlăturarea defectelor: 1. Deteriorat tubului de insertie. 2. Nu trece testul de etanșeitate. Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității. Garanție minim 12 luni. Termen de executare lucrari: 90 zile de la momentul ridicării Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică	Înlăturarea defectelor: 1. Deteriorat tubului de insertie. 2. Nu trece testul de etanșeitate. Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității. Garanție minim 12 luni. Termen de executare lucrari: 90 zile de la momentul ridicării Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică	ISO, CE
7	Lot 7. Reparația fibrobronhoscop Richard Wolf 7223.001	Lot 7. Reparația fibrobronhoscop Richard Wolf 7223.001	Reparatia utilajului medical: fibrobronhoscop Richard Wolf 7223.001	-	-	Înlăturarea defectelor: 1. Nu trece testul de etanșeitate. Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității. Garanție minim 12 luni. Termen de executare lucrari: 90 zile de la momentul ridicării Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică	Înlăturarea defectelor: 1. Nu trece testul de etanșeitate. Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității. Garanție minim 12 luni. Termen de executare lucrari: 90 zile de la momentul ridicării Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică	ISO, CE

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Poiata Vitalie** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SRL Biosistem mld** Adresa: **str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău**

### Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție:		<b>ocds-b3wdp1-MD-1680868486548 din 19.04.2023</b>										
Obiectul achiziției:		<b>servicii de reparație externă a dispozitivelor medicale de complexitate înaltă (mentenanță corectivă externă) pentru anul 2023</b>										
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificatie bugetară (IBAN)	Discount %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
1	Lot 1. Reparația videocolonoscop Carl Storz 13925 PKS	Lot 1. Reparația videocolonoscop Carl Storz 13925 PKS	Bucata	1	95 832.95	114 999.54	95 832.95	114 999.54	de la 10 zile pînă la 90 zile din momentul ridicării bunului spre reparație, pe parcursul anului 2023, conform caietului de sarcini.	50420000-5	-	-
2	Lot 2. Reparația videogastrosop Olympus GIF- H170, dirijarea cu întârziere	Lot 2. Reparația videogastrosop Olympus GIF- H170, dirijarea cu întârziere	Bucata	1	8 000.00	9 600.00	8 000.00	9 600.00	de la 10 zile pînă la 90 zile din momentul ridicării bunului spre reparație, pe parcursul anului 2023, conform caietului de sarcini.	50420000-5	-	-
3	Lot 3. Reparația videogastrosop Olympus GIF- H170, nu răspunde la comenzi	Lot 3. Reparația videogastrosop Olympus GIF- H170, nu răspunde la comenzi	Bucata	1	100 000.00	120 000.00	100 000.00	120 000.00	de la 10 zile pînă la 90 zile din momentul ridicării bunului spre reparație, pe parcursul anului 2023, conform caietului de sarcini.	50420000-5	-	-
4	Lot 4. Reparația fibrogastrosop Olympus GIF-Q40	Lot 4. Reparația fibrogastrosop Olympus GIF-Q40	Bucata	1	20 000.00	24 000.00	20 000.00	24 000.00	de la 10 zile pînă la 90 zile din momentul ridicării bunului spre reparație, pe parcursul anului 2023, conform caietului de sarcini.	50420000-5	-	-
5	Lot 5. Reparația fibrogastrosop Olympus GIF-XQ40	Lot 5. Reparația fibrogastrosop Olympus GIF-XQ40	Bucata	1	80 000.00	96 000.00	80 000.00	96 000.00	de la 10 zile pînă la 90 zile din momentul ridicării bunului spre reparație, pe parcursul anului 2023, conform caietului de sarcini.	50420000-5	-	-

6	Lot 6. Reparația fibrobronhoscop Fujifilm FB-120S	Lot 6. Reparația fibrobronhoscop Fujifilm FB-120S	Bucata	1	9 582.95	11 499.54	9 582.95	11 499.54	de la 10 zile pînă la 90 zile din momentul ridicării bunului spre reparație, pe parcursul anului 2023, conform caietului de sarcini.	50420000-5	-	-
7	Lot 7. Reparația fibrobronhoscop Richard Wolf 7223.001	Lot 7. Reparația fibrobronhoscop Richard Wolf 7223.001	Bucata	1	9 582.95	11 499.54	9 582.95	11 499.54	de la 10 zile pînă la 90 zile din momentul ridicării bunului spre reparație, pe parcursul anului 2023, conform caietului de sarcini.	50420000-5	-	-
						<b>TOTAL Oferta</b>	<b>322 998.85</b>	<b>387 598.62</b>				

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

IDNO: 1010600028048;  
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău  
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519  
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea  
Procedurii de achiziție Nr:  
ocds-b3wdp1-MD-1680868486548 din 19.04.2023  
din cadrul IMSP Spitalul Clinic Republican, „Timofei Moșneaga”**

## **DECLARAȚIE**

Prin prezenta, SRL „Biosistem mld”, declara ca:

- Timpul de intervenție va fi maxim 24 ore de la apelul telefonic, pe parcursul anului 2023
- Va asigura garantia minima specifica indicata la fiecare poziție după instalarea piesei/lor.

Data completării: 18.04.2023

Cu stimă,  
Poiata Vitalie  
Administrator  
SRL Biosistem mld \_\_\_\_\_

(semnătura)