

 СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА	СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ	ЗАО «ОЭЗ «ВладМиВа» 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 19 тел.: 4722/34-56-85 факс: 4722/31-59-03 Internet: www.vladmiva.ru e-mail: postmaster@vladmiva.ru
ИЗДЕЛИЕ	ДЕВИТ (А/П/С)	
УПАКОВКА	Паста (шприц) - 3,0 г	
ОПИСАНИЕ	Материал- паста безмышьяковистая для девитализации пульпы зуба	
ПО ТРЕБОВАНИЯМ	В соответствии с ГОСТ Р 15013-94, ГОСТ Р 51609-2000, и директивой ЕЭС 93/42 ЕС	
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ		
Материал (вещество)	РЕГ. № CAS (Стомат. ассоц.)	Кол. (%)
Титана окись	13463-67-7	~30,0 %
Глицерин	56-81-5	~25,0 %
Хлорфенол	106-49-8	~10,0 %
Камфорное масло	—	~15,0 %
Волокнистый медицинский наполнитель	—	~20,0 %
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА В СООТВЕТСТВИИ С УПОМЯНУТЫМ ГОСТ Р 15013-94		
СЕРТИФИКАЦИИ	ГОССТАНДАРТ РОССИИ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р	
Дата: 20/05/2011 СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА	Подпись, печать 	