

Specificații tehnice									
Numărul procedurii de achiziție: 21362044/ ocde-b3wdp1-MD-1739188938306 din 10.02.2025									
Denumirea licitației: Servicii de reparație și întreținere a echipamentului medical									
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință
50400 000-9	1	Aparat radiologic fix BRIVO DR-F, GE Healthcare Inc. Switzerland Workstation - 2	Aparat radiologic fix BRIVO DR-F, GE Healthcare Inc. Switzerland Workstation - 2	Aparat radiologic fix BRIVO DR-F, GE Healthcare Inc. Switzerland	Switzerland	GE Healthcare	conform Specificației tehnice depline solicitate de catre autoritatea contractanta din Anuntul de participare	conform Specificației tehnice depline solicitate	ISO
50400 000-9	3	Dulap de sterilizare GP-80	Dulap de sterilizare GP-80	GP-80	Rusia	Kasimov	Deservirea utilajului se va efectua lunar iar reparația la necesitate conform solicitărilor	Serviciile de mentenanta preventiva include 12 interventii obligatorii. Acestea se vor efectua lunar.În caz de defectiune, in cazul în care este posibil, defectiunea va fi remediată pe loc de inginerul delegat. Dacă însă, defectiunea prezintă o complexitate avansată, fiind necesar să se înlocuiască eventuale piese, acestea vor face obiectul unei oferte ulterioare. Piese de schimb pentru mentenanța preventivă și pentru mentenanță corectivă nu sunt incluse în cost. Piese de schimb se vor achiziționa separat, iar costurile aferente cad în sarcina Beneficiarului.	*certificat de instruire producator; la solicitare

50400 000-9	5	Microscop optice PW-BK2000	Microscop optice PW-BK2000	PW-BK2000	China	Ningbo ProWay Optics & Electronics CO., Ltd	Deservirea utilajului se va efectua lunar iar reparația la necesitate conform solicitărilor	Serviciile de mentenanță preventivă include 12 intervenții obligatorii. Acestea se vor efectua lunar. În caz de defecțiune, în cazul în care este posibil, defecțiunea va fi remediată pe loc de inginerul delegat. Dacă însă, defecțiunea prezintă o complexitate avansată, fiind necesar să se înlocuiască eventuale piese, acestea vor face obiectul unei oferte ulterioare. Piese de schimb pentru mentenanță preventivă și pentru mentenanță corectivă nu sunt incluse în cost. Piese de schimb se vor achiziționa separat, iar costurile afecte cad în sarcina Beneficiarului.	*certificat de instruire producător; la solicitare
50400 000-9	6	Distilat AЭ- 25MO	Distilat AЭ- 25MO	AЭ-25MO	Rusia	Завод "Электро прибор ный"	Deservirea utilajului se va efectua lunar iar reparația la necesitate conform solicitărilor	Serviciile de mentenanță preventivă include 12 intervenții obligatorii. Acestea se vor efectua lunar. În caz de defecțiune, în cazul în care este posibil, defecțiunea va fi remediată pe loc de inginerul delegat. Dacă însă, defecțiunea prezintă o complexitate avansată, fiind necesar să se înlocuiască eventuale piese, acestea vor face obiectul unei oferte ulterioare. Piese de schimb pentru mentenanță preventivă și pentru mentenanță corectivă nu sunt incluse în cost. Piese de schimb se vor achiziționa separat, iar costurile afecte cad în sarcina Beneficiarului.	*certificat de instruire producător; la solicitare

50400 000-9	46	Colposcop OP-C5	Colposcop OP-C5	OP-C5	Spania	Optomic	Deservirea utilajului se va efectua lunar iar reparația la necesitate conform solicitărilor	Serviciile de mentenanța preventivă include 12 intervenții obligatorii. Acestea se vor efectua lunar. În caz de defecțiune, în cazul în care este posibil, defecțiunea va fi remediată pe loc de inginerul delegat. Dacă însă, defecțiunea prezintă o complexitate avansată, fiind necesar să se înlocuiască eventuale piese, acestea vor face obiectul unei oferte ulterioare. Piese de schimb pentru mentenanța preventivă și pentru mentenanță corectivă nu sunt incluse în cost. Piese de schimb se vor achiziționa separat, iar costurile afere cad în sarcina Beneficiarului.	*certificat de instruire producator; la solicitare
50400 000-9	55	Osteodensitometr u Beetle	Osteodensitometru Beetle	Beetle	Republica Korea	Osteosys	Deservirea utilajului se va efectua lunar iar reparația la necesitate conform solicitărilor	Serviciile de mentenanța preventivă include 12 intervenții obligatorii. Acestea se vor efectua lunar. În caz de defecțiune, în cazul în care este posibil, defecțiunea va fi remediată pe loc de inginerul delegat. Dacă însă, defecțiunea prezintă o complexitate avansată, fiind necesar să se înlocuiască eventuale piese, acestea vor face obiectul unei oferte ulterioare. Piese de schimb pentru mentenanța preventivă și pentru mentenanță corectivă nu sunt incluse în cost. Piese de schimb se vor achiziționa separat, iar costurile afere cad în sarcina Beneficiarului.	*certificat de instruire producator; la solicitare

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Inga Besirik În calitate de: administrator

Ofertantul: "Intermed-Service" SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara 64/2