

Паспорт

Пробирки лабораторные по ТУ 9461-008-52876351-2008

Пробирки мерные со шлифом

1. Назначение

Предназначены для отмеривания жидкостей при проведении профессиональных лабораторных исследований.

2. Основные технические характеристики

Наименование	Номинальная вместимость, мл	Цена деления, мл	Высота, мм	Обозначение конуса по ГОСТ 8682
ПМ2-5-10/19	$5 \pm 0,1$	0,1	$110 \pm 5,0$	10/19
ПМ2-5-14/23	$5 \pm 0,2$	0,2	$90 \pm 5,0$	14/23
ПМ2-10-14/23	$10 \pm 0,2$	0,2	$150 \pm 5,0$	
ПМ2-15-14/23	$15 \pm 0,2$	0,2	$180 \pm 5,0$	
ПМ2-20-14/23	$20 \pm 0,2$	0,2	$190 \pm 5,0$	
ПМ2-25-14/23	$25 \pm 0,2$	0,2	$210 \pm 5,0$	

1. Пробирки изготовлены по ТУ 9461-008-52876351-2008 в соответствии с требованиями ГОСТ 1770-74.
2. Изготовлены из стекла НС-1 по ГОСТ 19808-86.
3. Н – «наливные», вымеряемые по наполнению. Класс точности не нормируется.
4. Пробирки мерные со шлифом могут быть укомплектованы стеклянной пришлифованной пробкой.
5. В ходе эксплуатации пробирки могут подвергаться дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации согласно требованиям МУ 287-113.
6. Исполнение 2 – с взаимозаменяемым конусом.

3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Упаковка изделий обеспечивает их сохранность при транспортировании. Транспортная упаковка имеет маркировку «Хрупкое. Осторожно». Условия транспортирования изделий – по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения – 5 по ГОСТ 15150-69.

4. Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе со стеклянными изделиями. Изделия не должны подвергаться резким ударам в процессе эксплуатации.

5. Сведения об утилизации

Изделия не представляют опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделия определяется Потребителем.

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель (юридический адрес): ООО «МиниМед», 241520, РФ, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17А.

Изготовитель гарантирует соответствие пробирок мерных требованиям ТУ 9461-008-52876351-2008 и ГОСТ 1770-74 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. Свидетельство о приемке

Изделия изготовлены в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.

Начальник ОТК



Грузинцев С.А.

