



SA "STECLOPRIBOR"
HIGROMETRU PSIHOMETRIC VIT

TU 3 UCRAINA 14307481.001-92
P A Ş A P O R T
M b.2.844.000 PS

1. SCOPUL PRODUSULUI

1.1. Higrometrul psihometric VIT este conceput pentru a măsura umiditatea relativă și temperatura aerului.

2.SPECIFICAȚII TEHNICE

2.1. Caracteristicile tehnice ale higrometrului, în funcție de versiune, sunt date în tabel 1.

Tabel 1

Execuție	Raza de măsurare umidității relative, %	Interval de temperatură a măsurării a umidității, °C	Interval a schimbărilor de temperatură, °C
VIT-1	De la 20 până la 90	De la 5 până la 25	De la 0 până la 25
VIT-2	De la 54 până la 90 De la 40 până la 90 De la 20 până la 90	De la 20 până la 23 De la 23 până la 26 De la 26 până la 40	De la 15 până la 40 De la 15 până la 40 De la 15 până la 40

2.2. Prețul de împărțire a scalei termometrelor 0,2 °C

2.3. Eroarea absolută a termometrelor higrometrului, ținând cont de introducerea amendamentelor, nu trebuie să depășească +0,2 °C

2.4. Limita erorii absolute a higrometrului la viteze de aspirație de la 0,5 la 1 m/s este indicată în tabel. 2.

Tabel 2

Temperatura aerului „uscat”, °C	U,%
De la 5 până la 10 incl.	+7
Peste 10 până la 30 incl..	+6
Peste 30 până la 40 incl.	+5

2.5. Dimensiuni totale, mm, nu mai mult de - 325x120x50.

2.6. Greutate, g, nu mai mult de - 150.

3. CONȚINUTUL LIVRĂRII

- higrometru asamblat - 1 buc;
- pașaport - 1 ex;
- manual de utilizare - 1 ex;
- fitil - 1 buc;
- cutia - 1 buc;

SA "STECLOPRYBOR"
HIGROMETRU PSIHOMETRIC VIT

TU 3 UCRAINA 14307481.001-92
P A Ş A P O R T
M b.2.844.000 PS

1. SCOPUL PRODUSULUI

1.1. Higrometrul psihometric VIT este conceput pentru a măsura umiditatea relativă și temperatura aerului.

2.SPECIFICAȚII TEHNICE

2.1. Caracteristicile tehnice ale higrometrului, în funcție de versiune, sunt date în tabel 1.

Tabel 1

Execuție	Raza de măsurare umidității relative, %	Interval de temperatură a măsurării a umidității, °C	Interval a schimbărilor de temperatură, °C
VIT-1	De la 20 până la 90	De la 5 până la 25	De la 0 până la 25
VIT-2	De la 54 până la 90 De la 40 până la 90 De la 20 până la 90	De la 20 până la 23 De la 23 până la 26 De la 26 până la 40	De la 15 până la 40 De la 15 până la 40 De la 15 până la 40

2.2. Prețul de împărțire a scalei termometrelor 0,2 °C

2.3. Eroarea absolută a termometrelor higrometrului, ținând cont de introducerea amendamentelor, nu trebuie să depășească +0,2 °C

2.4. Limita erorii absolute a higrometrului la viteze de aspirație de la 0,5 la 1 m/s este indicată în tabel. 2.

Tabel 2

Temperatura aerului „uscat”, °C	U,%
De la 5 până la 10 incl.	+7
Peste 10 până la 30 incl..	+6
Peste 30 până la 40 incl.	+5

2.5. Dimensiuni totale, mm, nu mai mult de - 325x120x50.

2.6. Greutate, g, nu mai mult de - 150.

3. CONȚINUTUL LIVRĂRII

- higrometru asamblat - 1 buc;
- pașaport - 1 ex;
- manual de utilizare - 1 ex;
- fitil - 1 buc;
- cutia - 1 buc;

4. CORECTII LA TERMOMETRE

Tabel 3

Termometre	Performanța higrometrului									
	VIT-1					VIT-2				
	Semne de calibrare, °C									
	0	10	15	20	25	15	20	25	30	40
	Corecții, °C									
“Uscat”										
“Umidificat”										

Verificat de DCT _____ Data fabricației _____

5. CERTIFICAT DE ACCEPTARE

Higrometru psihometric VIT № _____ îndeplinește cerințele specificațiilor tehnice TU 3 din Ucraina 14307481.001-92 și este recunoscut ca fiind apt pentru utilizare.

Verificarea efectuată de reprezentant
SE „Poltavastandartmetrologiya”

Marcaj verificării

Higrometrele psihometrice VIT-1 și VIT-2 sunt supuse verificării la momentul eliberării din producție, în funcționare, higrometrele sunt supuse verificării sau calibrării în funcție de domeniul de aplicare.

Interval de calibrare - nu mai mult de 2 ani.

6. OBLIGAȚII DE GARANȚIE

6.1. Producătorul garantează conformitatea higrometrului cu cerințele specificațiilor tehnice TU 3 din Ucraina 14307481.001-92, cu condiția ca consumatorul să respecte condițiile de transport, depozitare și exploatare.

6.2. Perioada de garanție a higrometrului este de 12 luni de la data vânzării.

Producător: SA "STECLOPRIBOR",

Sf. Ozernaya, 18, Zavodskoye, regiunea Poltava, Ucraina, 37240.

Tel/fax (05356) 3-71-00, 3-71-11; (044) 300-05-09

E-mail: sales@steklopryor.com , WEB: www.steklopryor.com

4. ПОПРАВКИ К ТЕРМОМЕТРАМ

Таблица 3

Termometre	Performanța higrometrului									
	VIT-1					VIT-2				
	Semne de calibrare, °C									
	0	10	15	20	25	15	20	25	30	40
	Corecții, °C									
“Uscat”										
“Umidificat”										

Verificat de DCT _____ Data fabricației _____

5. CERTIFICAT DE ACCEPTARE

Higrometru psihometric VIT № _____ îndeplinește cerințele specificațiilor tehnice TU 3 din Ucraina 14307481.001-92 și este recunoscut ca fiind apt pentru utilizare.

Verificarea efectuată de reprezentant
SE „Poltavastandartmetrologiya”

Marcaj verificării

Higrometrele psihometrice VIT-1 și VIT-2 sunt supuse verificării la momentul eliberării din producție, în funcționare, higrometrele sunt supuse verificării sau calibrării în funcție de domeniul de aplicare.

Interval de calibrare - nu mai mult de 2 ani.

6. OBLIGAȚII DE GARANȚIE

6.1. Producătorul garantează conformitatea higrometrului cu cerințele specificațiilor tehnice TU 3 din Ucraina 14307481.001-92, cu condiția ca consumatorul să respecte condițiile de transport, depozitare și exploatare.

6.2. Perioada de garanție a higrometrului este de 12 luni de la data vânzării.

Producător: SA "STECLOPRIBOR",

Sf. Ozernaya, 18, Zavodskoye, regiunea Poltava, Ucraina, 37240.

Tel/fax (05356) 3-71-00, 3-71-11; (044) 300-05-09

E-mail: sales@steklopryor.com , WEB: www.steklopryor.com