

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție- ocds-b3wdp1-MD-1770711530090 / 21563144 din 10.02.2026
Obiectul achiziției: Detergenți/dezinfectanți și consumabile pentru dezinfecție și sterilizare a.2026, COP

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot.4 Detergent și neutralizant pentru mașinile Matachana						
4.1 Neutralizant pentru spălarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat (Matachana MAT LD521XLS)	Exeol Rinse Matic 5L	Franța	Sodel	Agent de clătire (concentrat) pentru mașina de termo-dezinfecție model Matachana MAT LD 521 XLS, pentru prelucrarea automată a instrumentelor medicale, pentru uscare fără pete în ciclul final de clătire al mașinei de termo-dezinfecție la 93o. Compoziție: 5-30% surfactanți neionici. Volum: 3-5 litri. Ciclu de clătire/uscare: 3-10 min. Termen de valabilitate a produsului minim 12 luni de la livrare Să fie prezentată confirmarea de la producător cu referire la	Agent de clătire (concentrat) pentru mașina de termo-dezinfecție model Matachana MAT LD 521 XLS, pentru prelucrarea automată a instrumentelor medicale, pentru uscare fără pete în ciclul final de clătire al mașinei de termo-dezinfecție la 93o. Compoziție: 5 % surfactanți neionici. Volum: 5litri. Ciclu de clătire/uscare: 3-10 min. Termen de valabilitate a produsului minim 12 luni de la livrare Să fie prezentată confirmarea de la producător cu referire la	DM000759221

4.2 Detergent pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat (Matachana MAT LD521XLS)	Exeol Clean Matic 5L	Franța	Sodel	Agent de curățare enzimatic ușor alcalin pentru utilizare în decontaminarea automată a instrumentelor în mașinile de termo-dezinfecție model Matachana MAT LD 521 XLS, pe bază de surfactanți și enzime (concentrat lichid fără silicat) pentru curățarea universală a instrumentelor și echipamente medicale. Dozajul este setat de către producătorul de mașină de termo-dezinfecție. Compoziție: 5-15% surfactanți anionici, surfactanți neionici, polycarboxilat, enzime. Volum: 3-5 litri. Dozarea: 3-10 ml/l. Temperatura de lucru 30o-65o. Timp de curățare: 3-10 min. Termen de valabilitate a produsului minim 12 luni de la livrare Să fie prezentată confirmarea de la producător cu referire la compatibilitatea cu dispozitivul Ligasur	Agent de curățare enzimatic ușor alcalin pentru utilizare în decontaminarea automată a instrumentelor în mașinile de termo-dezinfecție model Matachana MAT LD 521 XLS, pe bază de surfactanți și enzime (concentrat lichid fără silicat) pentru curățarea universală a instrumentelor și echipamente medicale. Dozajul este setat de către producătorul de mașină de termo-dezinfecție. Compoziție: 5-15% surfactanți anionici, surfactanți neionici, polycarboxilat, enzime. Volum: 5 litri. Dozarea: 3-5 ml/l. Temperatura de lucru 55 °C. Timp de curățare: 4 min. Termen de valabilitate a produsului minim 12 luni de la livrare Să fie prezentată confirmarea de la producător cu referire la compatibilitatea cu dispozitivul Ligasur	DM000759219
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bunic Gheorghe În calitate de: Director
Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Mun.Chișinău, or.Durlești, str. Vasile Lupu 6