

Destinatar: Instituția Publică „Universitatea Tehnică a Moldovei”
Adresa: MD2004, MOLDOVA, mun.Chișinău, bd. Stefan cel Mare nr. 168

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1614860925549 din 16 Martie 2021							
Denumirea procedurii de achiziție: Sticlărie și consumabile de laborator pentru necesitățile proiectului “2SOFT /1.2./83 INTELLIGENT VALORISATION OF AGRO-FOOD INDUSTRIAL WASTES” Acronim INTELWASTES							
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/servicii						
Lot 7 Coloană cromatografică							
33100000-1	Coloană cromatografică pentru HPLC	Agilent	SUA	Agilent Technologies	1. HPLC, RP, pentru determinarea vitaminelor hidrosolubile, peptidelor, proteinelor, acizilor organici, aminoacizilor în vinuri. 25 cm, ID 0,46 mm, dimensiunile sorbentului-medii (5-10 µm) pH 2-10 cu 4 coloane de protecție (guard columns) 2. HPLC, RP, C30. Pentru studiul uleiurilor și lipidelor, carotenoidelor liposolubile. 25 cm, ID 0,46 mm, dimensiunile sorbentului-medii (5-10 µm) cu 4 coloane de protecție (guard columns).	1. Coloana: 880668-901 ZORBAX Bonus-RP, 25 cm, ID 0,46 mm, dimensiunile sorbentului-medii (5µm) pH 2-9 cu 4 coloane de protecție (guard columns) 820950-928 ZORBAX Bonus-RP, 80Å, 4.6 x 12.5 mm, 5 µm, 400 bar pressure limit, guard cartridge (ZGC), 4/pk cu 820999-901 guard holder kit. 2.Coloana PL1512-5800 PLRP-S 25 cm, ID 0,46 mm, dimensiunile sorbentului-medii (8 µm) pH Range: 1-14 cu 4 coloane de protecție PL1612-1801 (guard columns) cu Guard Cartridge Holder PL1310-0016	

Semnat Numele, prenumele: **Nicolai Iasibas** În calitate de: **Director**

Ofertantul **Lokmera SRL** Adresa: **str. Mitropolit Gurie Grosu 9, Chișinău, MD-2028, Republica Moldova**