

Specificații tehnice (F4.1)

Cererea ofertelor de prețuri (bunuri) nr. ocds-b3wdp1-MD-1616656677578					Data: „06” aprilie 2021	Alternativa nr.: _____		
Denumirea licitației: "Reagenți și consumabile secția laborator 2021 "					Lot: _____	Pagina: __ din __		
Nr. Lot/ poziție	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către oferant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LOTUL VI REAGENȚI PENTRU CERCETĂRI ALE SISTEMULUI DE HEMOSTAZĂ PENTRU COAGULOMETRU HELENA C1								
6.1	33696500-0	Tromboplastin-Li, 10ml/100teste	735	Federația Rusă	Tehnology- Standart	CE, amestec de tromboplastină cu clorură de calciu , liofilizat, solubil în solventul producătorului, cu activitatea 1-14 sec ISII-1,1, pentru determinarea indicelui de protrombină, protrombinei după Quick în plasma , INR, set cu 1000 teste	CE, amestec de tromboplastină cu clorură de calciu , liofilizat, solubil în solventul producătorului, cu activitatea 1-14 sec ISII-1,1, pentru determinarea indicelui de protrombină, protrombinei după Quick în plasma , INR, set cu 1000 teste	Certificat CE, ISO
6.2	33696500-0	Determinarea fibrinogenului după Clauss cu plasma calibrator	094	Federația Rusă	Tehnology- Standart	CE, reagent thrombin liofilizat , uscat, soluție tampon imidazole concentrate , plasma calibrator liofilizat uscat ,set 21ml pentru 100 teste	CE, reagent thrombin liofilizat , uscat, soluție tampon imidazole concentrate , plasma calibrator liofilizat uscat ,set 21ml pentru 100 teste	Certificat CE, ISO
6.3	33696500-0	Control plasmă cu nivel normal	774	Federația Rusă	Tehnology- Standart	CE, plasma cu valori predeterminate cu limitele ce definesc variația așteptată în domeniul normal, cu o stabilitate bună în timp și o variabilitate mica de la flacon la flacon. Flacoane cu volum 1ml	CE, plasma cu valori predeterminate cu limitele ce definesc variația așteptată în domeniul normal, cu o stabilitate bună în timp și o variabilitate mica de la flacon la flacon. Flacoane cu volum 1ml	Certificat CE, ISO
6.4	33696500-0	Control plasmă cu nivel crescut	775	Federația Rusă	Tehnology- Standart	CE, plasma cu valori predeterminate cu limitele ce definesc variația așteptată în domeniul crescut, cu o stabilitate bună în timp și o variabilitate mica de la flacon la flacon. Flacoane cu volum 1ml.	CE, plasma cu valori predeterminate cu limitele ce definesc variația așteptată în domeniul crescut, cu o stabilitate bună în timp și o variabilitate mica de la flacon la flacon. Flacoane cu volum 1ml.	Certificat CE, ISO
6.5	33696500-0	Plasmă calibrator pentru Protrombină și fibrinogen	773	Federația Rusă	Tehnology- Standart	CE, plasma cu valori predeterminate cu limitele ce definesc variația așteptată în domeniul normal, cu o stabilitate bună în timp și o variabilitate mica de la flacon la flacon. Flacoane cu volum 1ml	CE, plasma cu valori predeterminate cu limitele ce definesc variația așteptată în domeniul normal, cu o stabilitate bună în timp și o variabilitate mica de la flacon la flacon. Flacoane cu volum 1ml	Certificat CE, ISO
LOTUL VII Seturi și reagenți pentru investigații hemogramă								
7.1	33696500-0	Hemoglobin Drabkin(sol.concentrată)	Hemoglobin Agat	Federația Rusă	Agat-Med	Reagent +calibrator (pentru 600de probe) certificat de calitate de la producător	Reagent +calibrator (pentru 600de probe) certificat de calitate de la producător	Certificat de calitate
7.2	33696500-0	Control pentru hemoglobină 3nivele	Biocont GK	Federația Rusă	Agat-Med	3ml L,N,H certificat de calitate de la producător	3ml L,N,H certificat de calitate de la producător	Certificat de calitate
LOTUL IX Reagenți și seturi pentru investigații imunologice LATEX								
9.1	33696500-0	PCR latex test	8.00.00.0.0100	Jordan	Atlas Medical	5 ml, certificat ISO, limita minimă de detecție 0,6 mg/ul,cu control(+,-) certificat de calitate de la producător	5 ml, certificat ISO, limita minimă de detecție 0,6 mg/ul,cu control(+,-) certificat de calitate de la producător	Certificat CE, ISO
9.2	33696500-0	ASLO latex test	8.00.02.0.0100	Jordan	Atlas Medical	5 ml, test, certificat ISO, limita minimă de detecție 300 ul/uml,cu control(+,-) certificat de calitate de la producător	5 ml, test, certificat ISO, limita minimă de detecție 300 ul/uml,cu control(+,-) certificat de calitate de la producător	Certificat CE, ISO
9.3	33696500-0	FR latex test	8.00.04.0.0100	Jordan	Atlas Medical	5 ml,certificat ISO, limita minimă de detecție 8 ul/ml cu control(+,-) certificat de calitate de la producător	5 ml,certificat ISO, limita minimă de detecție 8 ul/ml cu control(+,-) certificat de calitate de la producător	Certificat CE, ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9