

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1761738016551/ 21502723 din 19/11/2025						
Obiectul achiziției : Piese de schimb pentru dispozitive medicale 2025 - VI						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1						
Lotul nr. 1 - Senzori de nivel compatibili cu autoclavul de model Plusteam 1 S, TBT	WATER LEVEL SET	Turcia	STERILMED	Set de senzori (3 buc) pentru reglarea nivelului de apă în generatorul de aburi al autoclavului de model Plusteam 1S, Producător TBT, Turcia, Anul de fabricare 2018. Termen de garanție 12 luni din data instalării, punerii în funcțiune a piesei și semnării actului de predare-primire. Livrarea, instalarea, calibrarea și punerea în funcțiune va fi inclusă în preț.	Da, Set de senzori (3 buc) pentru reglarea nivelului de apă în generatorul de aburi , compatibil cu autoclavul de model Plusteam 1S, Producător TBT, Turcia, Anul de fabricare 2018. Da, Termen de garanție 12 luni din data instalării, punerii în funcțiune a piesei și semnării actului de predare-primire. Da, Livrarea, instalarea, calibrarea și punerea în funcțiune va fi inclusă în preț.	CE, ISO
TOTAL						

Semnat:
Numele, Prenumele: Lungu Ion
În calitate de : Administrator
Ofertantul: Health Medical Solutions SRL
Adresa: str. Grenoble 128, of. 011