

## Specificatii tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1780660817273 din 15 iun 2026, 15:00 - 6 iul 2026, 12:00

Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice Institutul Mamei și Copilului

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33100 000-1	2	Lot nr.2- Autoclav orizontal cu încărcare frontală	Phoenix Blu Print 24L (1112731000)	Italia	Medical Trading	<p>Autoclav orizontal cu încărcare frontală Volum 21–30 L Prevacuum și postvacuum pentru uscare Sistem de comandă electronic Cameră inox 316L Izolare termică Minimum 3 rafturi Afișare parametri sterilizare Stocare date pe stick USB Imprimantă program/ciclu/temp/timp Rezervor apă curată cu senzor nivel <math>\geq 4</math> L Rezervor apă uzată Alimentare automată cu apă Filtru HEPA/ULPA la admisie Temperatură sterilizare 121–134°C Durată sterilizare 1–250 min Durată uscare reglabilă 1–360 min Presiune maximă <math>\geq 2,1</math> bar Minimum 5 programe presetate Minimum 2 programe ajustabile Alimentare 220 V, 50 Hz Consumabile și accesorii Dacă dispozitivul are posibilitatea să fie conectat la sursa de apă curate și la canalizare, accesoriiile de racordare să fie incluse Hârtie pentru imprimantă minim 6 role Cerințe față de furnizor: Garanție 24 luni Transportul pana la sediul</p>	<p>Phoenix Blu Print 24L (1112731000), Medical Trading, Italia  DM000614460  Volum 24 L Prevacuum și postvacuum pentru uscare Sistem de comandă electronic Cameră inox 316L Izolare termică Minimum 3 rafturi Afișare parametri sterilizare Stocare date pe stick USB Imprimantă program/ciclu/temp/timp Rezervor apă curată cu senzor nivel, 4.6 L Rezervor apă uzată, 5 lt Alimentare automată cu apă Filtru HEPA/ULPA la admisie Temperatură sterilizare 121–134°C Durată sterilizare 1–250 min Durată uscare reglabilă 1–360 Presiune maximă <math>\geq 2,1</math> bar Minimum 6 programe presetate Minimum 1 program definit de utilizator, 6 programe ajustabile Alimentare 220 V, 50 Hz Consumabile și accesorii Dacă dispozitivul are posibilitatea să fie conectat la sursa de apă curate și la canalizare, accesoriiile de racordare să fie incluse</p>	DM000614460

						beneficiarului Instalare și punere în funcțiune Instruirea personalului medical si tehnic.	Hârtie pentru imprimantă minim 6 role Cerințe față de furnizor: Garanție 24 luni Transportul pana la sediul beneficiarului Instalare și punere în funcțiune Instruirea personalului medical si tehnic.	
--	--	--	--	--	--	---	---	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Mihai Volcovschi** În calitate de: **administrator**

Ofertantul: **ALMICOM-TECH SRL** Adresa: **mun. Chișinău, șos. Muncești 271/2**