

**SPECIFICAȚII TEHNICE**

**IMSP Institutul de Medicină Urgentă**

<b>Numărul procedurii de achiziție: 21072509, ocds-b3wdp1-MD-1675064420798</b>						<b>Data: 22.02.2023</b>	Alternativa nr.	
<b>Denumirea obiectului achiziției: Deservire și întreținere dispozitive medicale - 2023</b>						<b>Lot:</b>	pag. 1 din 1	
№ d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Prestator de servicii	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8

**Lotul 7.**

7	50400000-9	Analizator biochimic "CS-T240, Dirui"	CS-T240	Moldova	Dac-SpectroMed	<ul style="list-style-type: none"> <li>—Inspectia vizuala a dispozitivului privind integritatea acestuia;</li> <li>—Curățarea părților de lucru;</li> <li>—Calibrarea dispozitivului;</li> <li>—Curățarea acelor funcționale cu apă distilată;</li> <li>—Dezinfectarea tuburilor , diluatorului conform manualului tehnic;</li> <li>—Efetuarea inspecțiilor și verificărilor generale;</li> <li>—Verificarea și înlocuirea tuburilor interne, a lămpilor și a lentilelor;</li> <li>—Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cit și cele de program;</li> </ul> Serviciile vor fi prestate trimestrial	Servicii de deservire și întreținere, analizator biochimic "CS-T240, Dirui".	Conform Anunțului de participare pct. 16.
---	------------	---------------------------------------	---------	---------	----------------	---	--	---

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele: **Mordvinov Ghenadie**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

**Data: 22.02.2023**  
**Valabilitatea ofertei - 60 zile.**