

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Formularul 4.1 conform OMF173/2018 din 05.10.2018

Autoritatea contractanta	IMSP SCM Gheorghe Paladi
Numărul procedurii de achizitie	ocds-b3wdp1-MD-1615382073089
Denumirea procedurii de achizitie	Articole parafarmaceutice

Cod CPV	Lot Nr.	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33141100-1	14	14. Ace pentru ser sterile 21G	SN03	China	Anji SPENQ Industrial Co. Ltd.	Ace pentru ser sterile 21G	21G, sterile, ambalaj individual	CE, ISO
33141100-1	42	42. Filtre antibacteriale antivirale cu return (HME) hidrotermic p/VAP	SP01	China	Anji SPENQ Industrial Co. Ltd.	Filtru respirator tip HME p/u aparatele de anestezie și ventilare, eficiența de filtrare bacteriană și virală 99,9999%, rezistența fluxului la 30 L/min- maxim 1,0 cm H ₂ O, la 60 L/min- maxim 2,6 cm H ₂ O, volum compresibil maxim 60 ml, volum Tidal minimal 200 ml, return de lichid la VT-500 ml- minim 30,6 mg H ₂ O/L, port Luer p/proba de CO ₂ . Filtru trebuie să aibă la baza de filtrare component	Filtru respirator tip HME p/u aparatele de anestezie și ventilare, eficiența de filtrare bacteriană și virală 99,9999%, rezistența fluxului la 30 L/min- maxim 1,0 cm H ₂ O, la 60 L/min- maxim 2,6 cm H ₂ O, volum compresibil maxim 60 ml, volum Tidal minimal 200 ml, return de lichid la VT-500 ml- minim 30,6 mg H ₂ O/L, port Luer p/proba de CO ₂ . Filtru trebuie să aibă la baza de filtrare component	CE, ISO
33141100-1	46	46. Lame pentru bisturiu steril, Nr.11	SQ02	China	Anji SPENQ Industrial Co. Ltd.	Lame pentru bisturiu steril, Nr. 11	Lame pentru bisturiu steril, Nr. 11	CE, ISO
33141100-1	47	47. Lame pentru bisturiu steril, Nr.21-23	SQ02	China	Anji SPENQ Industrial Co. Ltd.	Lame pentru bisturiu steril, Nr. 21-23	Lame pentru bisturiu steril, Nr. 21-23	CE, ISO
33141100-1	82	82. Periuta de dinți	6025, 6023	China	Yiwu Leichuan Import & Export Co.Ltd	Periuta de dinti	Periuta de dinti	Aviz sanitar P. 5024/2020 din 27.03.2020
33141100-1	119	119. Tub Endotraheal cu manjeta, Nr.8,5	SP05	China	Anji SPENQ Industrial Co. Ltd.	Tub Endotraheal cu manjeta, Nr. 8,5	Tub Endotraheal cu manjeta, Nr. 8,5	CE, ISO

 Numele, Prenumele
În calitate de

Vlad Chitic

Director executiv

 Reprezentantul solicitantului
Telefonul solicitantului
E-mailul solicitantului

Tatiana Pislari

022 809 405

achizitiiscm1@gmail.com

Ofertantul

"Lismedfarm" SRL

Adresa

sos. Muncesti 167/B, Chișinău

Contact

022-56-94-91, 0799 81 005

 Semnatura
(electronica) ofertantului