

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1726835982873 din 21 sept 2024, 16:00 - 24 sept 2024, 16:00

Obiectul achiziției: Consumabile pentru cardiologia intervențională și chirurgia endovasculară (2 poziții urgente) 2024

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
1	3310000-1	Arc ghid de diagnostic standard	Radifocus™ Guide Wire M Standard Type RF-GA18053M RF-GA18153M RF-GS18153M RF-GA18183M RF-GS18183M RF-GA18223M RF-GA18263M RF-GS18263M RF-GA25053M RF-GA25123M RF-GS25123M RF-GA25153M RF-GA25183M RF-GS25183M RF-GA32123M RF-GS32123M RF-GA32153M RF-GS32153M RF-GA32183M RF-GS32183M RF-GA35053M RF-GA35083M RF-GA35123M RF-GS35123M RF-GA35151M RF-GA35155M	Belgia / Japonia	TERUMO EUROPE N.V. / TERUMO CORPORATION	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Ghid moale de tip standard. Material: nitinol, "jachetă" din poliuretan îmbogățit cu Wolfram, acoperire hidrofilică. Vârf conic, atraumatic. Control de torsiune – 1:1 datorita construcției dintr-o singură piesă. Radiopacitate: jachetă din poliuretan îmbogățit cu Wolfram. Acoperire hidrofilică: proprietăți asemănătoare mucoasei. Configurații de vârf: straight, angled, J (1,50 mm sau 3,00 mm), double angulation (Bolia). Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Lungimi obligatorii: 50 cm, 120 cm, 150 cm, 180 cm Diametre obligatorii: 0.018" (0.46 mm + 0.02 mm), 0.025" (0.64 mm + 0.00 mm), 0.032" (0.81 mm + 0.00 mm), 0.035" (0.89 mm + 0.01 mm), 0.038" (0.97 mm + 0.02 mm) Lungimea vârfului flexibil obligatorii: 10 mm, 30 mm, 50 mm, 80 mm	Ghid moale de tip standard. Material: nitinol, "jachetă" din poliuretan îmbogățit cu Wolfram, acoperire hidrofilică. Vârf conic, atraumatic. Control de torsiune – 1:1 datorita construcției dintr-o singură piesă. Radiopacitate: jachetă din poliuretan îmbogățit cu Wolfram. Acoperire hidrofilică: proprietăți asemănătoare mucoasei. Configurații de vârf: straight, angled, J (1,50 mm sau 3,00 mm), double angulation (Bolia). Dimesiuni obligatorii: Lungimi obligatorii: 50 cm, 120 cm, 150 cm, 180 cm. Diametre obligatorii: 0.018" (0.46 mm), 0.025" (0.64 mm), 0.032" (0.81 mm), 0.035" (0.89 mm), 0.038" (0.97 mm). Lungimea vârfului lexibil obligatorii: 10 mm, 30 mm, 50 mm, 80 mm.	DM000682324 DM000682325 DM000682326 DM000682327 DM000682328 DM000682332 DM000682333 DM000682334 DM000682335 DM000682337 DM000682338 DM000682341 DM000682342 DM000682343 DM000682344 DM000682345 DM000682346 DM000682349 DM000682350 DM000682351 DM000682352 DM000682353 DM000682354 DM000682355 DM000682356 DM000682357 DM000682358 DM000682359 DM000682360 DM000682288

			RF-GS35155M RF-GA35158M RF-GS35158M RF-GA35181M RF-GS35181M RF-GS35183M RF*GR35183M RF*GA35188M RF-GA38151M RF-GS38153M RF-GA38183M RF-GS38183M			(suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).		DM000682291 DM000682367 DM000682368 DM000682369 DM000682370
--	--	--	--	--	--	---	--	---

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**