

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1637852825479

Denumirea licitației: Consumabile Secția Endourologie pentru anul 2022

Cod CPV	Denumire Lot	Denumirea modelului	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
3310 0000-1	Lot 9. Teacă pentru ureteroscopie flexibilă	231245 Proxis	USA	BD/Bard Intervental	Teacă ureterală pentru URS flexibil 12/14 Fr (4/4,7mm) x 54 cm	Teacă ureterală pentru URS flexibil 12/14 Fr (4/4,7mm) x 54 cm	ISO,CE
3310 0000-1	Lot 16. Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X -RAY 5Fr	57400060 UROSOFT	USA	BD/Bard Intervental	5Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 6 luni. Pigtail, cu ghid de nitinol cu vârful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari* Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului / prospecte /documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe support hârtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia	5Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 6 luni. Pigtail, cu ghid de nitinol cu vârful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari* Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului / prospecte /documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe support hârtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia	ISO,CE
3310 0000-1	Lot 17. Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X -RAY 7Fr	786728 INLAY OPTIMA	USA	BD/Bard Intervental	7Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 12 luni. Pigtail, din poliuretan 11(Tecoflex), cu ghid de nitinol cu vârful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculimari *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit –valabil copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogulproducătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe support hîrtie – copie – confirmată prin ștampilași semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia	7Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 12 luni. Pigtail, din poliuretan 11(Tecoflex), cu ghid de nitinol cu vârful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculimari *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit –valabil copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogulproducătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe support hîrtie – copie – confirmată prin ștampilași semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia	ISO,CE
3310 0000-1	Lot 18. Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X -RAY 7Fr	57420060 UROSOFT	USA	BD/Bard Intervental	7Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 6 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex), cu ghid de nitinol cu vârful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea confor -mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul Producătorului /prospecte /documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe support hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia	7Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 6 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex), cu ghid de nitinol cu vârful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea confor -mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul Producătorului /prospecte /documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe support hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia	ISO,CE

3310 0000- 1	Lot 19. Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X -RAY 6Fr	786628 INLAY OPTIMA	USA	BD/Bard Intervental	6Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 12 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex), cu ghid de nitinol cu vârful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculimari *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul Producătorului /prospecte /documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe support hirtic - copie - confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia	6Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 12 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex), cu ghid de nitinol cu vârful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculimari *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul Producătorului /prospecte /documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe support hirtic - copie - confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia	ISO,CE
3310 0000- 1	Lot 20. Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X -RAY 6Fr	57410060 UROSOFT	USA	BD/Bard Intervental	6Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 6 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex), cu ghid de nitinol cu vârful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculimari *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil -copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe support hirtic - copie -confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	6Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 6 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex), cu ghid de nitinol cu vârful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculimari *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil -copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice pentru produsul oferit pe support hirtic - copie -confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	ISO,CE

Tribestar Farm SRL, Administrator Ostapciuc Alexandr

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____ c.Stăuceni