


Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1759928552459 / 21487715 din 02.01.2026							
Denumirea licitației:			Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice-IMSP- pentru anul 2026							Pagina: _1_din _2_
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplănită solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33100000-1	104	Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei	Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei	Blood Glucose Monitoring Sistem HT100 + Test Strips HT-100 compatibile cu glucometrul	Taiwan	Tyson Byo	500 Teste și 500 lancete pentru măsurarea glicemiei compatibile cu glucometre oferite. Operatorul economic va furniza beneficiarului cel puțin 3 glucometre, cu titlu gratuit.	Blood Glucose Monitoring Sistem HT100 3 bucati cu titlu gratuit + 500 Test Strips HT-100 compatibile cu glucometrele oferite Analizator de glicemie portabil pentru folosirea acasă, în biroul medicului, mașini de ambulanță și spitale. Parametru Specificația : Metoda - Electrochimică Tip probă - Sânge integral venos și capilar; Specificări tehnice pentru glucometre: Volumul minimal al probei - 0,7 µL - Brosura pag. 2 ; Gama de măsurare - 1.1 - 33.3 mmol/L - Brosura pag.2 Gama hematocritului - 0 - 70 % - Brosura pag.2 Timpul de măsurare - 5 Sec/ Test- Brosura pag.2 Ecran LCD - DA - Brosura pag.1 Calibrarea automată - DA - Brosura pag.2 Oprire automată - Da (in 2 minute) - Manual de utilizare în I.romana pag.6 , punctul 4. Memoria numărul de teste - peste 500 teste - Brosura pag.2, Manual în I.romana pag.8 CONECTARE la PC prin USB pentru salvarea/transferarea rezultatelor- Brosura pag.2, Manual de utilizare în I.romana pag.8 Data/ora și rezultatul probei obligatoriu - Da (indicat pe ecran) Brosura pag.2 Baterie internă obligatorie - 2 baterii AAA- Brosura pag.2 Autonomie de la baterie -1000 teste - Brosura pag.2 Indicator baterie descărcată obligatoriu-Da Manual de utilizare I.romana pag.3 Battery Icon Păstrarea datelor din memorie la înlocuirea bateriei obligatoriu- DA Toate accesoriile și consumabile sunt compatibile . Se anexează: Ce ,Certificat de conformitate , ISO, Brosura , Manual de utilizare	CE,ISO HT-100 Blood Glucose Monitoring Sistem Nr.inregistrarii la AMDM - DM000377195 Test Strips HT-100 Nr.inregistratii la AMDM DM000377194 	
33100000-1	105	Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei	Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei	Blood Glucose Monitoring Sistem HT100 + Test Strips HT-100 compatibile cu glucometrul	Taiwan	Tyson Byo	70 000 Teste și 70 000 lancete pentru măsurarea glicemiei compatibile cu glucometre oferite. Operatorul economic va furniza beneficiarului cel puțin 20 glucometre, cu titlu gratuit. Coreșpunderea standardului actual de precizie a glucometrelor conform ISO 15197:2013, Codificare automată.	Blood Glucose Monitoring Sistem HT100 20 bucati cu titlu gratuit + 70 000 Test Strips HT-100 compatibile cu glucometrele oferite Analizator de glicemie portabil pentru folosirea acasă, în biroul medicului, mașini de ambulanță și spitale. Parametru Specificația : Metoda - Electrochimică Tip probă - Sânge integral venos și capilar; Specificări tehnice pentru glucometre: Volumul minimal al probei - 0,7 µL - Brosura pag.2 ; Gama de măsurare - 1.1 - 33.3 mmol/L - Brosura pag.2 Gama hematocritului - 0 - 70 % - Brosura pag.2 Timpul de măsurare - 5 Sec/ Test- Brosura pag.2 Ecran LCD - DA - Brosura pag.1 Calibrarea automată - DA - Brosura pag.2 Oprire automată -Da (in 2 minute) - Manual de utilizare în I.romana pag.6 , punctul 4. Memoria numărul de teste - peste 500 teste - Brosura pag.2, Manual în I.romana pag.8 CONECTARE la PC prin USB pentru salvarea/transferarea rezultatelor- Brosura pag.2, Manual de utilizare în I.romana pag.8 Data/ora și rezultatul probei obligatoriu - Da (indicat pe ecran) Brosura pag.2 Baterie internă obligatorie - 2 baterii AAA- Brosura pag.2 Autonomie de la baterie -1000 teste - Brosura pag.2 Indicator baterie descărcată obligatoriu-Da Manual de utilizare I.romana pag.3 Battery Icon Păstrarea datelor din memorie la înlocuirea bateriei obligatoriu- DA Toate accesoriile și consumabile sunt compatibile . Se anexează: Ce ,Certificat de conformitate , ISO, Brosura , Manual de utilizare	CE,ISO HT-100 Blood Glucose Monitoring Sistem Nr.inregistrarii la AMDM - DM000377195 Test Strips HT-100 Nr.inregistratii la AMDM DM000377194 	
33100000-1	106	Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei	Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei	Blood Glucose Monitoring Sistem HT100 + Test Strips HT-100 compatibile cu glucometrul	Taiwan	Tyson Byo	10 000 Teste și 10 000 lancete pentru măsurarea glicemiei compatibile cu glucometre oferite. Operatorul economic va furniza beneficiarului cel puțin 20 glucometre, cu titlu gratuit.	Blood Glucose Monitoring Sistem HT100 20 bucati cu titlu gratuit + 10 000 Test Strips HT-100 compatibile cu glucometrele oferite Analizator de glicemie portabil pentru folosirea acasă, în biroul medicului, mașini de ambulanță și spitale. Parametru Specificația : Metoda - Electrochimică Tip probă - Sânge integral venos și capilar; Specificări tehnice pentru glucometre: Volumul minimal al probei - 0,7 µL - Brosura pag.2 ; Gama de măsurare - 1.1 - 33.3 mmol/L - Brosura pag.2 Gama hematocritului - 0 - 70 % - Brosura pag.2 Timpul de măsurare - 5 Sec/ Test- Brosura pag.2 Ecran LCD - DA - Brosura pag.1 Calibrarea automată - DA - Brosura pag.2 Oprire automată -Da (in 2 minute) - Manual de utilizare în I.romana pag.6 , punctul 4. Memoria numărul de teste - peste 500 teste - Brosura pag.2, Manual în I.romana pag.8 CONECTARE la PC prin USB pentru salvarea/transferarea rezultatelor- Brosura pag.2, Manual de utilizare în I.romana pag.8 Data/ora și rezultatul probei obligatoriu - Da (indicat pe ecran) Brosura pag.2 Baterie internă obligatorie - 2 baterii AAA- Brosura pag.2 Autonomie de la baterie -1000 teste - Brosura pag.2 Indicator baterie descărcată obligatoriu-Da Manual de utilizare I.romana pag.3 Battery Icon Păstrarea datelor din memorie la înlocuirea bateriei obligatoriu- DA Toate accesoriile și consumabile sunt compatibile . Se anexează: Ce ,Certificat de conformitate , ISO, Brosura , Manual de utilizare	CE,ISO HT-100 Blood Glucose Monitoring Sistem Nr.inregistrarii la AMDM - DM000377195 Test Strips HT-100 Nr.inregistratii la AMDM DM000377194 	

Nume: Varman Irina În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Dokucaev, 6

Semnat electronic