

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21037909 din 30.03.2021

Denumirea procedurii de achiziție: **Cererea ofertelor de prețuri. Achiziționarea gazelor comprimate pentru anul 2021. Agenția Națională pentru Sănătate Publică.**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii Gaze comprimate pentru 2021						
Lotul 2						
Azot 5,0 (pur 99,999%)		MD	Î.C.S. „TehGaz Grup” S.R.L.	Bucată=Butelie a câte 9,6 Nmc. Puritate- 99,999% Impuritati: Oxygen – max.3 ppm Argon - max.3 ppm Apa – max.5 ppm Hidrocarburi – max.0.2 ppm reîncărcare în butelie eurostandard, conform DIN 477-10	Bucată=Butelie a câte 9,6 Nmc. Puritate- 99,999% Impuritati: Oxygen – max.3 ppm Argon - max.3 ppm Apa – max.5 ppm Hidrocarburi – max.0.2 ppm reîncărcare în butelie eurostandard, conform DIN 477-10	GOST 9293-74
Total lot 2						
Lotul 3						

Heliu 5,0 (pur 99,999%)		Ucraina Odesa	CRYOIN ENGINEERING	Bucată=Butelie a câte 9,3 Nmc. Puritate - 99,999% Impuritati: Oxygen – max.2 ppm Azot - max.5 ppm Apa – max.3 ppm CO – max. 1 ppm CO2 – max. 1 ppm reîncărcare in butelie eurostandart conform DIN 477-6	Bucată=Butelie a câte 9,3 Nmc. Puritate - 99,999% Impuritati: Oxygen – max.2 ppm Azot - max.5 ppm Apa – max.3 ppm CO – max. 1 ppm CO2 – max. 1 ppm reîncărcare in butelie eurostandart conform DIN 477-6	GOST 20461-75
Total lot 3						
Lotul 4						
Argon 5,0 (pur 99,999%)		Ucraina	LLC „UMG RT GAS”	Bucată=Butelie a câte 10,7 Nmc. Puritate - 99,999% Impuritati: Oxygen – max.2 ppm Azot - max.5 ppm Apa – max.3 ppm CO – max. 1 ppm CO2 – max. 1 ppm Hidrocarburi – max.0.2 ppm reîncărcare in butelie eurostandard, conform DIN 477-6	Bucată=Butelie a câte 10,7 Nmc. Puritate - 99,999% Impuritati: Oxygen – max.2 ppm Azot - max.5 ppm Apa – max.3 ppm CO – max. 1 ppm CO2 – max. 1 ppm Hidrocarburi – max.0.2 ppm reîncărcare in butelie eurostandard, conform DIN 477-6	GOST 10157-2016
Total lot 4						
Lotul 5						
Azot lichid - reîncărcare butelie client		MD	Î.C.S. „TehGaz Grup” S.R.L.	reîncărcare butelie client (vas Diuar)	reîncărcare butelie client (vas Diuar)	GOST 9293-74
Total lot 5						
Lotul 6						

Bioxid de carbon		Ucraina	Air Products	Impuritati: Oxigen – max.10 ppm Azot - max.50 ppm Apa – max.10 ppm reîncărcare butelie reîncărcare in butelie.	Impuritati: Oxigen – max.10 ppm Azot - max.50 ppm Apa – max.10 ppm reîncărcare butelie reîncărcare in butelie	GOST 8050-85
Total lot 6						
Lotul 7						
Argon tehnic 99,98 %		Ucraina	LLC „UMG RT GAS”	bucata=1 butelie a cite 10,7 Nmc, puritate 99,98%	bucata=1 butelie a cite 10,7 Nmc, puritate 99,98%	GOST 10157-2016
Total lot 7						
Lotul 9						
Testarea buteliei		MD	Î.C.S. „TehGaz Grup” S.R.L	Bucată=Butelie 40L, la 25 Mpa incercari ghidraulice, schimb ul robinetului.	Bucată=Butelie 40L, la 25 Mpa incercari ghidraulice, schimb ul robinetului	
Total lot 9						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tatiana Tomsa În calitate de: Director întreprindere
Ofertantul: Î.C.S. „TehGaz Grup” S.R.L. Adresa: mun.Chişinău, str.Mesager,8

