



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații tehnice

Numarul procedurii de achizitie: 21175212 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1708446090851 din 22.04.2024
Obiectul de achizitie: Dispozitive medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2024

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lampă chirurgicală cu 2 sateliți (caracteristici avansate)	Starled5 NX + Starled5 NX/DC2 Înregistrat în Registrul de Stat al DM cu Nr. DM000500292 din 10.05.2023	Italia / ACEM SpA	Descriere: Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți Parametru Specificația Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) Numărul de sateliți 2 Temperatura culorii Reglabilă, 4000-5500 ±500K Reglarea intensității luminei Indexul de culoare Ra ≥ 95 Indexul de culoare R13 ≥ 100	Descriere: Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți Parametru Specificația Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) Numărul de sateliți: 2 – Da, pag. 5 Broșura Starled5 NX Temperatura culorii: Reglabilă - Da, pag. 3, pag. 5 Broșura Starled5 NX Reglarea intensității luminei – Da, pag. 4 Broșura Starled5 NX	Declarație de conformitate ISO 13485

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			Dimensiunea câmpului, cm Focusabil Diametrul 24-34 cm +/-4 cm Adâncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.5 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță satelitul nr.1 $\geq 160\,000$ lux la 100 cm satelitul nr.2 $\geq 160\,000$ lux la 100 cm Rotația ≥ 270 grade Ajustare pe verticală ≥ 80 cm Cresterea temperaturii în campul operator $< 1^\circ$ C Alimentarea electrică 220V, 50Hz Durata medie de viață a LED-urilor ≥ 60000 h Mișcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate Mînere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principal Posibilitatea integrării sistemului de telemedicină și a sistemelor de înregistrare video Înălțimea podului 3-4 m	Indexul de culoare Ra ≥ 95 – Da, 98 pag. 5 Broșura Starled5 NX Indexul de culoare R13 ≥ 100 – Da, 100 pag. 5 Broșura Starled5 NX Dimensiunea câmpului, cm Focusabil – Da, pag. 4 Broșura Starled5 NX Diametrul 24-34 cm +/-2 cm – Da, 24-33 cm, pag. 28 User Manual Adâncimea ≥ 80 cm – Da, 117 cm, pag. 28 User Manual Distanța de lucru: Da, 70 - 150 cm pag. 5 Broșura Starled5 NX Nivelul de iluminare la 1 m distanță satelitul nr.1 $\geq 160\,000$ lux la 100 cm – Da, 160000 lux pag. 5 Broșura Starled5 NX satelitul nr.2 $\geq 160\,000$ lux la 100 cm – Da, 160000 lux pag. 5 Broșura Starled5 NX Rotația ≥ 270 grade, Da Ajustare pe verticală ≥ 80 cm - Da Cresterea temperaturii în campul operator $< 1^\circ$ C - Da Alimentarea electrică 220V, 50Hz – Da, pag. 5 Broșura Starled5 NX Durata medie de viață a LED-urilor - 60000 h, pag. 5 Broșura Starled5 NX Mișcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate - Da	
--	--	--	--	--	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				Mînere detaşabile sterilizabile – Da, pag. 4 Broşura Starled5 NX Panou de control integrat în lampa principal – Da, pag. 4 Broşura Starled5 NX Posibilitatea integrării sistemului de telemedicină şi a sistemelor de înregistrare video – Da, pag. 4 Broşura Starled5 NX, Declaraţie ACEM Înălţimea podului 3-4 m - Da	
--	--	--	--	---	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chişinău, Piaţa D. Cantemir 1



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 23
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numarul procedurii de achizitie: 21175212 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1708446090851 din 22.04.2024
Obiectul de achizitie: Dispozitive medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2024

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33100000-1	Lampă chirurgicală cu 2 sateliți (caracteristici avansate)	buc	3	292.704,00	351.244,80	878.112,00	1.053.734,40	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	Conform SIA RSAP
	TOTAL					878.112,00	1.053.734,40		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1