

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1625562036419 din 14 iulie 2021

Denumirea procedurii de achiziție: contract de valoare mica

Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modul artic olului	Tara de origine	Produsul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa rde de referință
Lotul 1	Dispozitiv pentru hemodializă Fresenius Medical Care AG & Co. 400 B				<p>Cerințe generale</p> <ul style="list-style-type: none"> Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documentele ulterioare specifice lucrării Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare- 	<p>Deservire tehnică (Verificare tehnică de siguranță anuală)</p> <p>Se efectuează pentru sistem de Hemodializa în luna august 2021. Lucrări include vizita profilactică și de reparații la solicitare.</p> <p>Lucrări planificate:</p> <p>4008</p> <ul style="list-style-type: none"> Inspeția aparatului Verificarea parametrilor tehnice a aparatului: (pentru toate punctele de control), temperatura, conductivitate, volumul pompelor și camerelor 	
Lotul 2	<p>Cerințe specifice:</p> <p>Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua o dată pe an, ce vor include și verificările tehnice de siguranță.</p>		Germania	Fresenius			

<p>Dispozitiv pentru dializă acută Fresenius Medical Care AG & Co. multifiltrate</p> <p>Vizita 1: Deservire tehnică Vizita 2: Verificare tehnică de siguranță anuală Vizita 3: Deservire tehnică</p> <p>Cerințe specifice: Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua o dată pe an, ce vor include și verificările tehnice de siguranță.</p>		<p>primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis.</p> <ul style="list-style-type: none"> După efectuarea lucrărilor prestatorului de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului <p>Mentenanța corectivă:</p> <ul style="list-style-type: none"> Agentul economic va efectua diagnosticarea dispozitivului Agentul economic va efectua repararea dispozitivului În caz că vor fi necesare piese de schimb vor fi achiziționate suplimentar 	<p>sistemului de amestecare, presiune TMP, presiunelor arteriale/venose, pompei de singe, ultra-sunet și optici.</p> <p>Funcționarea motoarelor.</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificarea parametrilor de funcționare a aparatului: Conductivitate, Temperatura Verificarea funcționalității aparatului: treccrea testării, dezinfecției 4 lucrări de reparații la solicitare <p>multifiltrate</p> <ul style="list-style-type: none"> Inspeția aparatului Verificarea parametrilor de funcționare a aparatului Verificarea funcționalității aparatului 1 reparație la solicitare <p>Granumix 107S</p> <ul style="list-style-type: none"> Inspectarea dispozitivului Verificarea funcționalității dispozitivului: mixerului, pompei, tainerelor Inspeție externă, verificare și eliminare defectelor: conexiuni a cablurilor, conectori externi, elementelor dirijare. Deschiderea dispozitivului, inspeție și de praf. Verificarea fixărilor mecanice, conexiunelor, contactelor, conectorilor electrici Curățare contactelor, ungere pieselor mecanice în Depanare scurgerilor a sistemului hidraulic. trecerea testării 2 reparații la solicitare <p>Agua B 750</p> <ul style="list-style-type: none"> Inspectarea stației Verificarea parametrilor de funcționare a stației
<p>Lotul 3</p> <p>Sistem de purificare a apei Fresenius Medical Care AG & Co. Aqua B</p> <p>Vizita 1: Deservire tehnică Vizita 2: Verificare tehnică de siguranță anuală Vizita 3: Deservire tehnică</p> <p>Cerințe specifice: Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua de două ori pe an, ce vor include verificările tehnice de siguranță, lucrări de dezinfecție a inelului de apă pură și schimbarea filtrelor.</p>			
<p>Lot 4</p> <p>Sistem de mixare a soluțiilor Fresenius Medical Care AG & Co. Granumix 107 S</p> <p>Vizita 1: Deservire tehnică Vizita 2: Verificare tehnică de</p>			

<p>siguranță anuală</p> <p>Vizita 3: Deservire tehnică</p> <p>Cerințe specifice: Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua o dată pe an, ce vor include verificările tehnice de siguranță</p>			<p>Productivitatea, Presiune, Conductivitate, Temperatura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificarea funcționalității stației • Dezinfecția stației • 2 reparații la solicitare <p><u>Cerinte suplimentare:</u></p> <p>Achizitorul este responsabil pentru deteriorarea Echipamentelor și a sănătății pacienților în de utilizare de către acesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizarea aparatăului nerespectând regulile exploatare; • a companiilor terțe ce prestează servicii de reparație a Echipamentelor; • piese de schimb de ocazie
--	--	--	--

Semnat:  Dumitru Rabinetchi în calitate de: **administrator**

Ofertantul: **“PRO-BIODIAGNOSTIC” SRL**

Adresa: mun. Chișinău, str. Testemițanu 17/6 of.153



Specificații de preț (F.4.2)

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wep1-MD-1625562036419 din 14 iulie 2021

Denumirea procedurii de achiziție: contract de valoare mica

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț (cu TVA)	Termenul de livrare
Lotul 1						
	Dispozitiv pentru hemodializă Fresenius Medical Care AG & Co. 4008	serv	5	20 000	-	
Lotul 2						
	Dispozitiv pentru dializă acută Fresenius Medical Care AG & Co. multiFiltrare	serv	1	4 000	-	
Lotul 3						
	Sistem de purificare a apei Fresenius Medical Care AG & Co. Aqua B	serv	1	7 000	-	
Lot 4						
	Sistem de mixare a soluțiilor Fresenius Medical Care AG & Co. Granumix 107 S	serv	1	4 000	-	
Total				35 000		

Descriere tehnică
(Verificare tehnică de
siguranță anuală) -
august 2021

Semnat:  Dumitru Bogdan în calitate de: administrator

Ofertantul: "PRO-BIODIAGNOSTICA" SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Cișinău 17/6 of.153

