

Specificații pret

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

| Numărul licitației ocds-b3wdp1-MD-1688121004093 din 07.08.2023 | | | | | | | | | nr21083733 | |
|--|---------|--|--------------------|------------|------------------------|----------------------|------------------|------------------|--|---------------------------------|
| Denumirea licitației: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară 20) | | | | | | | | | | Lot: |
| Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | IBAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33100000-1 | 18 | Dozator automat cu volum variabil 5-50 ul | buc | 14 | 1967,00 | 2360,40 | 27 538,00 | 33 045,60 | DDP - Franco destinație vămuît, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | MD23TRPCCC518430B01859AA |
| 33100000-1 | 19 | Dozator automat cu volum variabil 20-200 ul | buc | 6 | 1967,00 | 2360,40 | 11 802,00 | 14 162,40 | | |
| 33100000-1 | 20 | Dozator automat cu volum variabil 100-1000 ul | buc | 4 | 1967,00 | 2360,40 | 7 868,00 | 9 441,60 | | |
| 33100000-1 | 24 | Dozator 20-200 µl | buc | 6 | 722,00 | 866,40 | 4 332,00 | 5 198,40 | | |
| 33100000-1 | 25 | Dozator de laborator cu volum variabil 5-50 µl | buc | 3 | 722,00 | 866,40 | 2 166,00 | 2 599,20 | | |
| 33100000-1 | 26 | Dozator de laborator cu volum variabil 10-100 µl | buc | 4 | 722,00 | 866,40 | 2 888,00 | 3 465,60 | | |
| 33100000-1 | 27 | Dozator de laborator cu volum variabil 50-200 µl | buc | 4 | 722,00 | 866,40 | 2 888,00 | 3 465,60 | | |
| 33100000-1 | 28 | Dozator de laborator cu volum variabil 100-1000 µl | buc | 4 | 722,00 | 866,40 | 2 888,00 | 3 465,60 | | |
| Total oferta | | | | | | | 62 370,00 | 74 844,00 | | |




Suma totală: 74 844, 00 (Sapezeci si patru mii opt sute patruzeci si patru) Lei 00 bani.

Semnat: _____ Nume: Varman Irina În calitate de: Direc
Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinău, str. Docuceaev, 6

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

| Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1688121004093 din 07.08.2023 | | nr.21083733 | | | | | |
|--|---|--|-----------------|---------------------------|--|---|---|
| Denumirea licitației: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară 20) | | | | | | | |
| Cod CPV | Denumire bunurilor | Denumirea modelului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33100000-1 | Dozator automat cu volum variabil 5-50 ul | MicroPette Plus 5-50 μl <i>nr. Catalog 7030301006</i> | CHINA | DLAB Scientific Co., Ltd. | Dozator automat cu volum variabil 5-50 ul Descriere Dozator de laborator cu volum variabil, monocanal Parametru Specificația Volum Limita minimă 5 μl Volum Limita maximă 50 μl Rezoluție de instalare 0,02 Numarul de canale 1 Precizia: limita de jos ± 2 % Precizia: limita de sus ± 0.8 % | Dozator automat cu volum variabil 5-50 μl Descriere Dozator de laborator cu volum variabil, monocanal Parametru Specificația Volum Limita minimă 5 μl Volum Limita maximă 50 μl Rezoluție de instalare 0,02 Numarul de canale 1 Precizia: limita de jos ± 2 % Precizia: limita de sus ± 0.8 % . Modelul articolului poate fi vazut pe http://www.dlabsci.com/english/cplb/Liquid_Handling/Mechanical_Pipette/2017/1225/92.html ; Inregistrat la AMDM cu nr.DM000373555 |  ISO, CE |
| 33100000-1 | Dozator automat cu volum variabil 20-200 ul | MicroPette Plus 20-200 μl <i>nr.catalog 7030301009</i> | CHINA | DLAB Scientific Co., Ltd. | Dozator automat cu volum variabil 20-200 ul Descriere Dozator de laborator cu volum variabil, monocanal Parametru Specificația Volum Limita minimă 20 μl Volum Limita maximă 200 μl Rezoluție de instalare 0,2 Numarul de canale 1 Precizia: limita de jos ± 2 % Precizia: limita de sus ± 1 % | Dozator automat cu volum variabil 20-200 μl Descriere Dozator de laborator cu volum variabil, monocanal Parametru Specificația Volum Limita minimă 20 μl Volum Limita maximă 200 μl Rezoluție de instalare 0,2 Numarul de canale 1 Precizia: limita de jos ± 2 % Precizia: limita de sus ± 1 % la AMDM cu nr.DM000373557 .http://www.dlabsci.com/english/cplb/Liquid_Handling/Mechanical_Pipette/2017/1225/92.html |  Inregistrat ISO, CE |
| 33100000-1 | Dozator automat cu volum variabil 100-1000 ul | MicroPette Plus 100-1000 μl <i>nr.catalog 7030301014</i> | CHINA | DLAB Scientific Co., Ltd. | Dozator automat cu volum variabil 100-1000 ul Descriere Dozator de laborator cu volum variabil, monocanal Parametru Specificația Volum Limita minimă 100μl Volum Limita maximă 1000μl Discretul de programare 1μl Numarul de canale 1 Precizia: limita de jos ± 1 % Precizia: limita de sus ± 0.5 % | Dozator automat cu volum variabil 100-1000 μl Descriere Dozator de laborator cu volum variabil, monocanal Parametru Specificația Volum Limita minimă 100μl Volum Limita maximă 1000μl Discretul de programare 1μl Numarul de canale 1 Precizia: limita de jos ± 1 % Precizia: limita de sus ± 0.5 % Inregistrat la AMDM cu nr.DM000373559 http://www.dlabsci.com/english/cplb/Liquid_Handling/Mechanical_Pipette/2017/1225/92.html |  ISO, CE |

| | | | | | | | |
|------------|--|--|-------|---------------------------------|---|--|---------|
| 33100000-1 | Dozator 20-200 µl | ☆ Mechanical TopPette 20-200µl nr.catalog 7010101009 | CHINA | DLAB Scientific Co., Ltd. | Parametru Cerința Denumire Dozator 20-200 µl Descriere Dozatorul este un dispozitiv utilizat pentru manipularea lichidelor cu o precizie înaltă. Locul amplasării Laboratorul Bacteriologie și imunologie clinică Tipul dozatorului Mecanic da Numărul de canale 1 da Ejector integrat Da da Volum Variabil da Intervalul volumului 20 µl - 200 µl da Pasul de incrementare Maximum 1 µl da Eroarea volumului Maximum 1.6 % la 20 µl Da Eroarea volumului Maximum 0,6 % la 200 µl Da Suport pentru deget Pentru blocarea alunecării da Standarde și certificate de conformitate Certificate CE Logistică | Descriere Dozatorul este un dispozitiv utilizat pentru manipularea lichidelor cu o precizie înaltă. Locul amplasării Laboratorul Bacteriologie și imunologie clinică Tipul dozatorului Mecanic da Numărul de canale 1 da Ejector integrat Da da Volum Variabil da Intervalul volumului 20 µl - 200 µl da Pasul de incrementare Maximum 1 µl da Eroarea volumului Maximum 1.6 % la 20 µl Da Eroarea volumului Maximum 0,6 % la 200 µl Da Suport pentru deget Pentru blocarea alunecării da Standarde și certificate de conformitate Certificate CE Logistică Transportare la locul solicitat Da Instalare Da Inregistrat la AMDM cu nr.DM000373499 | ISO, CE |
| 33100000-1 | Dozator de laborator cu volum variabil 5-50 | ☆ Mechanical Top Pette 5-50µl nr.catalog 7010101006 | CHINA | DLAB Scientific Co., Ltd. | Dozator de laborator cu volum variabil Descriere Dozator de laborator cu volum variabil, manual, monocanal Parametru Specificația Volum Limita minimă 5 µl Volum Limita maximă 50 µl Discretul de programare 1 µl Precizia: limita de jos ± 2 % Precizia: limita de sus ± 1 % | Dozator de laborator cu volum variabil Descriere Dozator de laborator cu volum variabil, manual, monocanal Parametru Specificația Volum Limita minimă 5 µl Volum Limita maximă 50 µl Discretul de programare 1 µl Precizia: limita de jos ± 2 % Precizia: limita de sus ± 1% http://www.dlabsci.com/english/cplb/Liquid_Handling/Mechanical_Pipette/2018/0119/201.html Inregistrat la AMDM cu nr.DM000373496 | ISO, CE |
| 33100000-1 | Dozator de laborator cu volum variabil 10-100 µl | ☆ Mechanical Top Pette 10-100µl nr.catalog 7010101008 | CHINA | DLAB Scientific Co., Ltd. | Dozator de laborator cu volum variabil Descriere Dozator de laborator cu volum variabil, manual, monocanal Parametru Specificația Volum Limita minimă 5 µl Volum Limita maximă 50 µl Discretul de programare 1 µl Precizia: limita de jos ± 2 % Precizia: limita de sus ± 1 % | Dozator de laborator cu volum variabil 10-100 µl Descriere Dozator de laborator cu volum variabil, manual, monocanal Parametru Specificația Volum Limita minimă 5 µl Volum Limita maximă 50 µl Discretul de programare 1 µl Precizia: limita de jos ± 2 % Precizia: limita de sus ±1% http://www.dlabsci.com/english/cplb/Liquid_Handling/Mechanical_Pipette/2018/0119/201.html Inregistrat la AMDM cu nr.DM000373498 | ISO, CE |
| 33100000-1 | Dozator de laborator cu volum variabil 50-200 µl | ☆ Mechanical TopPette 50-200µl nr.catalog 7010101011 | CHINA | DLAB Scientific Co., Ltd. | Dozator de laborator cu volum variabil Descriere Dozator de laborator cu volum variabil, manual, monocanal Parametru Specificația Volum Limita minimă 50 µl Volum Limita maximă 200 µl Discretul de programare 1 µl Precizia: limita de jos ± 2 % Precizia: limita de sus ± 1 % | Dozator de laborator cu volum variabil 50-200 µl Descriere Dozator de laborator cu volum variabil, manual, monocanal Parametru Specificația Volum Limita minimă 50 µl Volum Limita maximă 200 µl Discretul de programare 1 µl Precizia: limita de jos ± 2 % Precizia: limita de sus ± 1 % http://www.dlabsci.com/english/cplb/Liquid_Handling/Mechanical_Pipette/2018/0119/201.html Inregistrat la AMDM cu nr.DM000373500 | ISO, CE |
| 33100000-1 | Dozator de laborator cu volum variabil 100-1000 µl | ☆ Mechanical TopPette 100-1000µl nr.catalog 7010101014 | CHINA | DLAB Scientific Co., Ltd. | Dozator de laborator cu volum variabil Descriere Dozator de laborator cu volum variabil, manual, monocanal Parametru Specificația Volum Limita minimă 100µl Volum Limita maximă 1000µl Discretul de programare 1µl Precizia: limita de jos ± 2 % Precizia: limita de sus ± 1 % | Dozator de laborator cu volum variabil 100-1000 µl Descriere Dozator de laborator cu volum variabil, manual, monocanal Parametru Specificația Volum Limita minimă 100µl Volum Limita maximă 1000µl Discretul de programare 1µl Precizia: limita de jos ± 2 % Precizia: limita de sus ± 1% http://www.dlabsci.com/english/cplb/Liquid_Handling/Mechanical_Pipette/2018/0119/201.html Inregistrat la AMDM cu nr.DM000373501 | ISO, CE |

Semnat: _____ Nume: Varman Irina În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Docuceaev, 6