

湖北省潜江市江赫医用材料有限公司产品出厂检验报告单
Hubei Qianjiang Kingphar Medical Material Co., Ltd
Outgoing inspection report

产品名称 The product name	纱布卷 Gauze roll	产品规格 Size	90cmx1000m
批号 LOT NO	/	产品数量 Product quantity	100 roll
检验日期 Inspection date	2022.08.20	抽样数量 Inspection quantity	20 roll

检验标准以及结果

Inspection criteria and results

Inspection Item 检查项目	Requirements 标准	Results 结果
Fiber identification 原料种类	100% cotton100%棉	100%
Absorbency(sinking time)沉没时间	≤10' s	3
Acidity or alkalinity 酸碱度	Neutral 中性	Neutral 中性
Coloring matter 有色物质	None 无	None 无
Minimum breaking load 最小断裂强度	≥60x50N/5cm	89x78
Threads per inch (warp x weft)每英寸经纬线	30±2x30±2	30x30
Mass per square metre 平方米克重	min.32g/m2	32.3
Ether soluble substances 醚中可溶物	≤0.50%	0.22
Fluorescence 荧光	None 无	None 无
Foreign fibers 异纤	None 无	None 无
Starch and dextrin 淀粉和糊精	None 无	None 无
Surface active substances 表面活性物	≤2mm	0.5
Water soluble substances 水中可溶物	≤0.50%	0.22
Loss on drying 干燥失重	≤8.0%	5.6
Sulphated ash 硫酸灰份	≤0.40%	0.20
包装破损、污染、唛头不清 The packing is damaged, polluted and the shipping mark is not clear	无破损，无污染，清晰 No damage, no pollution, clear	
结 论 Results	PASS; THE PRODUCTS MEET EN 14079:2003 STANDARDS 经检验判定本批产品符合 EN14079:2003 标准	
检验人/日期:Inspector/Date: Liu Caihong/2022.08.20 审核人/日期: Reviewer/Date: Gao hailong/2022.08.20		

湖北省潜江市江赫医用材料有限公司产品出厂检验报告单
Hubei Qianjiang Kingphar Medical Material Co., Ltd
Outgoing inspection report

产品名称 The product name	纱布绷带 Gauze bandage	产品规格 Size	10cmx5m
批号 LOT NO	/	产品数量 Product quantity	20400 roll
检验日期 Inspection date	2022.08.20	抽样数量 Inspection quantity	315roll

检验标准以及结果

Inspection criteria and results

Inspection Item 检查项目	Requirements 标准	Results 结果
Fiber identification 原料种类	100% cotton100%棉	100%
Absorbency(sinking time)沉没时间	≤10' s	2.9
Acidity or alkalinity 酸碱度	Neutral 中性	Neutral 中性
Coloring matter 有色物质	None 无	None 无
Minimum breaking load 最小断裂强度	≥60x50N/5cm	88x79
Threads per inch (warp x weft)每英寸经纬线	30±2x30±2	30x30
Mass per square metre 平方米克重	min.32g/m2	32.4
Ether soluble substances 醚中可溶物	≤0.50%	0.22
Fluorescence 荧光	None 无	None 无
Foreign fibers 异纤	None 无	None 无
Starch and dextrin 淀粉和糊精	None 无	None 无
Surface active substances 表面活性物	≤2mm	0.5
Water soluble substances 水中可溶物	≤0.50%	0.22
Loss on drying 干燥失重	≤8.0%	5.5
Sulphated ash 硫酸灰份	≤0.40%	0.19
包装破损、污染、唛头不清 The packing is damaged, polluted and the shipping mark is not clear	无破损，无污染，清晰 No damage, no pollution, clear	OK
结 论 Results	PASS;THE PRODUCTS MEET EN14679:2003 STANDARDS 经检验判定本批产品符合 EN14679:2003 标准	
检验人/日期:Inspector/Date: Liu Caihong/2022.08.20 审核人/日期: Reviewer/Date: Gao hailong/2022.08.20		



湖北省潜江市江赫医用材料有限公司产品出厂检验报告单
Hubei Qianjiang Kingphar Medical Material Co., Ltd
Outgoing inspection report

产品名称 The product name	纱布绷带 Gauze bandage	产品规格 Size	14cmx7m
批号 LOT NO	/	产品数量 Product quantity	20160 roll
检验日期 Inspection date	2022.08.20	抽样数量 Inspection quantity	315roll

检验标准以及结果

Inspection criteria and results

Inspection Item 检查项目	Requirements 标准	Results 结果
Fiber identification 原料种类	100% cotton100%棉	100%
Absorbency(sinking time)沉没时间	≤10’ s	3.2
Acidity or alkalinity 酸碱度	Neutral 中性	Neutral 中性
Coloring matter 有色物质	None 无	None 无
Minimum breaking load 最小断裂强度	≥60x50N/5cm	88x79
Threads per inch (warp x weft)每英寸经纬线	30±2x30±2	30x30
Mass per square metre 平方米克重	min.32g/m2	32.3
Ether soluble substances 醚中可溶物	≤0.50%	0.22
Fluorescence 荧光	None 无	None 无
Foreign fibers 异纤	None 无	None 无
Starch and dextrin 淀粉和糊精	None 无	None 无
Surface active substances 表面活性物	≤2mm	0.5
Water soluble substances 水中可溶物	≤0.50%	0.22
Loss on drying 干燥失重	≤8.0%	5.6
Sulphated ash 硫酸灰份	≤0.40%	0.19
包装破损、污染、唛头不清 The packing is damaged, polluted and the shipping mark is not clear	无破损，无污染，唛头清晰 No damage, no pollution, clear	OK
结 论 Results	PASS;THE PRODUCTS MEET EN14079-2003 STANDARDS 经检验判定本批产品符合 EN14079-2003 标准	
检验人/日期:Inspector/Date: Liu Caihong/2022.08.20 审核人/日期: Reviewer/Date: Gao hailong/2022.08.20		



湖北省潜江市江赫医用材料有限公司产品出厂检验报告单
Hubei Qianjiang Kingphar Medical Material Co., Ltd
Outgoing inspection report

产品名称 The product name	纱布绷带 Gauze bandage	产品规格 Size	10cmx5m
批号 LOT NO	/	产品数量 Product quantity	20000roll
检验日期 Inspection date	2022.08.20	抽样数量 Inspection quantity	315roll

检验标准以及结果

Inspection criteria and results

Inspection Item 检查项目	Requirements 标准	Results 结果
Fiber identification 原料种类	100% cotton100%棉	100%
Absorbency(sinking time)沉没时间	≤10' s	2.9
Acidity or alkalinity 酸碱度	Neutral 中性	Neutral 中性
Coloring matter 有色物质	None 无	None 无
Minimum breaking load 最小断裂强度	≥60x50N/5cm	87x79
Threads per inch (warp x weft)每英寸经纬线	30±2x30±2	30x30
Mass per square metre 平方米克重	min.32g/m2	32.3
Ether soluble substances 醚中可溶物	≤0.50%	0.22
Fluorescence 荧光	None 无	None 无
Foreign fibers 异纤	None 无	None 无
Starch and dextrin 淀粉和糊精	None 无	None 无
Surface active substances 表面活性物	≤2mm	0.5
Water soluble substances 水中可溶物	≤0.50%	0.22
Loss on drying 干燥失重	≤8.0%	5.8
Sulphated ash 硫酸灰份	≤0.40%	0.19
包装破损、污染、唛头不清 The packing is damaged, polluted and the shipping mark is not clear	无破损，无污染，清晰 No damage, no pollution, clear	OK
Sterilization by EO 结 论 Results	Sterility PASS;THE PRODUCTS MEET EN14679:2003 STANDARDS 经检验判定本批产品符合 EN14679:2003 标准	None
检验人/日期:Inspector/Date: Liu Caihong/2022.08.20 审核人/日期: Reviewer/Date: Gao hailong/2022.08.20		



湖北省潜江市江赫医用材料有限公司产品出厂检验报告单
Hubei Qianjiang Kingphar Medical Material Co., Ltd
Outgoing inspection report

产品名称 The product name	纱布绷带 Gauze bandage	产品规格 Size	14cmx7m
批号 LOT NO	/	产品数量 Product quantity	20000roll
检验日期 Inspection date	2022.08.20	抽样数量 Inspection quantity	315roll

检验标准以及结果

Inspection criteria and results

Inspection Item 检查项目	Requirements 标准	Results 结果
Fiber identification 原料种类	100% cotton100%棉	100%
Absorbency(sinking time)沉没时间	≤10' s	2.8
Acidity or alkalinity 酸碱度	Neutral 中性	Neutral 中性
Coloring matter 有色物质	None 无	None 无
Minimum breaking load 最小断裂强度	≥60x50N/5cm	87x77
Threads per inch (warp x weft)每英寸经纬线	30±2x30±2	30x30
Mass per square metre 平方米克重	min.32g/m2	32.4
Ether soluble substances 醚中可溶物	≤0.50%	0.22
Fluorescence 荧光	None 无	None 无
Foreign fibers 异纤	None 无	None 无
Starch and dextrin 淀粉和糊精	None 无	None 无
Surface active substances 表面活性物	≤2mm	0.5
Water soluble substances 水中可溶物	≤0.50%	0.22
Loss on drying 干燥失重	≤8.0%	5.6
Sulphated ash 硫酸灰份	≤0.40%	0.18
包装破损、污染、唛头不清 The packing is damaged, polluted and the shipping mark is not clear	无破损，无污染，清晰 No damage, no pollution, clear	OK
Sterilization by EO	Sterility	None
结 论 Results	PASS;THE PRODUCTS MEET EN14079:2003 STANDARDS 经检验判定本批产品符合EN14079:2003 标准	
检验人/日期:Inspector/Date: Liu Caihong/2022.08.20 审核人/日期: Reviewer/Date: Gao hailong/2022.08.20		

