

APROB  
Director CNTS

Svetlana Cebotari

## CAIET DE SARCINI

### Rulouri cu bandă continuă autocolantă pentru asigurarea activității Centrului Național de Transfuzie Sângelui în a. 2021 ,

Nr. d/o	Denumirea bunului	Cod CPV	Specificația tehnica deplină solicitata	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitate cu TVA, lei
1	Rulouri cu bandă continuă autocolantă	33600000-6	<b>Certificări și Cerințe tehnice:</b> - declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM - certificat de origine pentru produs; - prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, inclusiv și traducerea în limba de stat; - prezența certificatului de calitate la fiecare lot - prezentarea 1 (unu) rului pentru testarea tehnică. <b>Destinația:</b> pentru marcarea produselor sanguine validate; <b>Proprietăți:</b> - compatibil cu imprimanta cod/bare „Brother P-touch, QL-650TD”; - termorezistente la temperatură joasă: - temperatura de la minus 25°C minus 80°C și decongelare rapidă la temperatura de până la plus 37°C; - Ușor decupabile; <b>Dimensiuni:</b> lățimea bandei - 62 mm, lungimea - 24 metri. <b>Forma de livrare:</b> ruluu	Bucată	600	150,00
<b>Total:</b>						90000,00

Vicedirector medical  
Farmacist  
Șef STI

Doina Banari  
Marian Grozavu  
Mihai Pochin