

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: 21006926 din 05 aprilie 2019

Denumirea procedurii de achiziție: Consumabile medicale, accesorii pentru utilaj medical pentru anul 2019

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33140000-3	54	Set pentru cateterizarea vaselor magistrale prin metoda Seldinger, cateter poliuretan Rg contrast gradat 7 Fr/20cm, biluminale	332027	Germania	Intra	cateter poliuretan Rg contrast gradat 6 Fr/20cm, ac 18 G conductor metallic J-tip 0,038/60 cm dilatator 7 Fr, seringă 10 ml, bisturiu	Din poliuretan, renthencontrast cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metallic tip J rezistent la indoire si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cu marcaj al lungimii cateterului Codul Produsului: 332027 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO

Semnat: _____ **Numele, Prenumele: Budurin Igor În calitate de: director**

Ofertantul: "GRAZY PRICE MEDICAL" SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Gheorghe Madan, 87/7