



Specificatii tehnice

IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1678090550735 , din 20.03 .2023						nr. 21075170		
Denumirea procedurii de achiziție: Consumabile Medicale						Lot:	Pagina 1 din 2	
Cod CPV	Denumirea pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	8	
3360000-6	Glucometru	HT-100 Blood Glucose Monitoring Sistem	Taiwan	TysonBio	Dispozitiv portabil cu ecran LCD; - Proces automat de măsurare; - Volumul picăturii de sânge capilar pentru probă mai mic sau egal cu 2 microlitri; - Intervalul de măsurare a glicemiei mai mic sau egal cu 1,2 mmoli/l și mai mare sau egal cu 33 mmoli/l; - Timp de măsurare mai mic de 10 secunde; - Memorie de cel puțin 300 teste; - Calibrarea automată; - Dispozitiv de înțepare pentru fiecare glucometru; - Geantă de transport pentru fiecare set de glucometru; - Manual de utilizare pentru fiecare glucometru; - Garanția pentru glucometru de minim 2 ani; - Certificat CE, Standarte ISO 15197:2013 TOATE ACCESORIILE ȘI CONSUMABILELE TREBUIE SĂ FIE COMPATIBILE 45500,00 *corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginii din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Ofertantul va	Glucometru - HT 100 .Dispozitiv medical electronic, portabil, pentru măsurarea concentrației sângelui a glucozei.Despuna de anumite funcții: oprire automată, timp de masurare, unitati de masurare, unitati de masura a glucozei. 1.1 Toate accesoriile și consumabilele dispozitivului compatibile; 1.2 Dispozitiv portabil; 1.3 Ecran LCD; 1.4 Proces automat de măsurare; 1.5 Proba: sânge capilar, venos 1.6 Calibrare automată. 1.7.Volumul picăturii de sânge capilar pentru probă mai mic sau egal cu 2 microlitri; 1.8. Intervalul de măsurare a glicemiei mai mic sau egal cu 1,2 mmoli/l și mai mare sau egal cu 33 mmoli/l; 1.9. Timp de măsurare mai mic de 5 secunde; 1.10.Memorie de cel puțin 500 teste; www.tysonblo.com Nr.inregistrarii la AMDM - DM000377194		ISO, CE.
3360000-6	Teste /Benzi pentru evaluarea glicemiei, în set cu lanțete	HT-100 Blood Glucose Test Strips	Taiwan	TysonBio	Compatibil cu glucometrul. Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrare. - Garantarea prezenței testelor (bandeletelor) în farmacia pentru a fi cumpărate de pacienții cu necesități de a determina glicemia mai frecvent decât cea programată; *corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va	HT-100 Teste pentru evaluarea glicemiei, în set cu lanțete .Dispozitive medicale Ustensile subtiri din plastic cu 2 capate. La un capat este imbibat cu substanta enzimatica iar la capatul este un terminal electric. Ambalate cite 50 buc. Termen de valabilitate nu mai mic de 12 luni. Teste pentru masurarea nivelului de glicemie în sânge compatibile cu glucometru HT100. Set a câte 50 teste cutie. Nr.inregistrarii la AMDM - DM000377195.		ISO, CE.

Semnat: _____ Nume: Varman Irina În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinău, Dokuceaev 6, of.61