

						Specificații tehnice					
						[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]					
		Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1695911104792						Alternativa nr. -	
		Denumirea licitației:		Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară 30)						Pagina: din	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produselor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic		Standarde de referință	
1	2			3	4	5	6			8	
3310 0000-1	6	Dispozitiv pentru colectarea aerului pentru investigațiile sanitaro-bacteriologice	Dispozitiv pentru colectarea aerului pentru investigațiile sanitaro-bacteriologice	BK-BAS-IV	China	Biobase	Dispozitiv pentru colectarea aerului pentru investigațiile sanitaro-bacteriologice Descriere Aspirator de prelevare a probelor bacteriologice pentru a determina contaminarea bacteriană totală a aerului cu izolarea ulterioară a diverselor microorganisme patogene și indicative sanitare. Parametru Specificația Debitul aerului, m/sec ≥ 0.3 m/s Setarea debitului necesar da Volumul aerului (inhalat), l/min 100 Portabil Da Volumul de control reglabil Diametrul placilor Petri, instalat în dispozitiv, mm 90 mm Nivelul de zgomot, dB < 50 Display alarme LED sau LCD nivelul de încărcare a bateriei Temperatura mediului ambiant de la -5 °C la 50 °C Alarme și indicatori eroare de sistem pornirea programului finisarea programului descărcarea bateriei volumul de extragere a bacteriilor Durata de operare autonomă, ore > 3 Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz Garantia 3 ani Accesorii Încărcător de la priză de perete 220V, 50Hz Da Accumulator reîncărcabil 1 buc. Da Trusă trusă pentru păstrare/depozitare dispozitivului în funcție de complectare Da Sita Sita pentru admisie de aer cu 90mm Da Filtre 100 buc. Da Altele Manuale de utilizare limba romana sau rusa Manual de service limba engleza, rusa sau romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlocuirea defecțiunilor minore, parole de acces	Dispozitiv pentru colectarea aerului pentru investigațiile sanitaro-bacteriologice Descriere Aspirator de prelevare a probelor bacteriologice pentru a determina contaminarea bacteriană totală a aerului cu izolarea ulterioară a diverselor microorganisme patogene și indicative sanitare. Parametru Specificația Debitul aerului, m/sec 0.4 m/s (p. 12) Setarea debitului necesar da (p. 6) Volumul aerului (inhalat), l/min 100 (p. 12) Portabil Da (p. 3) Volumul de control reglabil (p. 8) Diametrul placilor Petri, instalat în dispozitiv, mm 90 mm (p. 6) Nivelul de zgomot, dB < 50 Display alarme (p. 13) LCD nivelul de încărcare a bateriei (p. 6) Temperatura mediului ambiant de la 10 °C la 35 °C (p. 12) Alarme și indicatori eroare de sistem pornirea programului finisarea programului descărcarea bateriei volumul de extragere a bacteriilor (p. 6) Durata de operare autonomă, 6-8 ore (p. 12) Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz (p. 12) Garantia 3 ani Accesorii Încărcător de la priză de perete 220V, 50Hz Da Accumulator reîncărcabil 1 buc. Da Trusă trusă pentru păstrare/depozitare dispozitivului în funcție de complectare Da Sita Sita pentru admisie de aer cu 90mm Da Filtre 100 buc. Da Altele Manuale de utilizare limba romana sau rusa Manual de service limba engleza, rusa sau romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlocuirea defecțiunilor minore, parole de acces		CE (Echipament electric)	
		Semnat: 10 11 2023 Numele, Prenumele: Bunic Gheorghe În calitate de: Director									
		Ofertantul: Ericon SRL Adresa: 6, Vasile Lupu, Durlști, Republica Moldova									