

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21070534 din 10.01.2023**Obiectul de achiziției: Consumabile angeografice - 2023**

| Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Modelul Aricolului | Țara de origine | Producătorul | Specific tehnică deplina solicitata | Specificatie tehnică propus de ofertant | Standarde de referință |
|--|---------------------------------|-----------------|------------------|---|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii | | | | | | |
| Lotul 17 | | | | | | |
| Set inflator cu manometru de presiune înaltă | 42.04.40006 + 42.03.10003 | China | SCW Medicath Ltd | Contine: seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, minim 30 atm. Mecanism cu aripioare. Inflație/deflație rapidă, recipient minim 25 ml, transparent, tub cu lungimea minim 30 cm cu robinet 3-căi. Steril, jetabil. | 42.04.40006 Dispozitiv de umflare a balonului, robinet de oprire ("RIGHT ON") + set de supape de hemostază (Push Pull cu linie de prelungire de 25 cm și robinet de oprire) 30 atm Volum (ml) 30 42.03.10003 Conector Push Pull Y cu linie de prelungire de 45 cm și robinete | CE |
| Total lot 17 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23**

