

Num. de lote : 29094**Fecha de Control de calidad : 23/06/2020****Referencia : MPIA-010-005****Valor nominal : 10 ml****Nombre del producto** : Pipeta graduada de vidrio, clase A

Tests	Specifications	Results
Functional Testing	9.95 - 10.05 ml	10.021 ml
Desviación estándar		0.021

Este producto ha sido diseñado con banda de color (según norma ISO 1769) y según ISO 835. Calibrado "por vertido" (TD, Ex).

Num. de lote : 29094

Quality Assurance date : 23/06/2020

Reference : MPIA-010-005

Nominal value : 10 ml

Product name : Glass measuring pipette, class A

Tests	Specifications	Results
Functional Testing	9.95 - 10.05 ml	10.021 ml
Standard deviation		0.021

This product has been designed with coding band (according to ISO 1769) and according to ISO 835. Calibrated to deliver (TD, Ex).

Num. de lote : 29094

Date de Contrôle de Qualité : 23/06/2020

Référence : MPIA-010-005

Valeur nominale : 10 ml

Nom du produit : Pipette graduée en verre, classe A

Tests	Specifications	Results
Functional Testing	9.95 - 10.05 ml	10.021 ml
Déviation standard		0.021

Ce produit a été conçu avec bande de couleur (selon la norme ISO 1769), conforme à la norme ISO 835. Calibrée "pour écouler" (TD, Ex).

Num. de lote : 29094

Data del controllo qualità : 23/06/2020

Codice : MPIA-010-005

Valore nominale : 10 ml

Nome del prodotto : Pipetta in vetro graduata, classe A

Tests	Specifications	Results
Functional Testing	9.95 - 10.05 ml	10.021 ml
Deviazione standard		0.021

Questo prodotto è stato progettato con banda di colore (in base alla norma ISO 1769) e in base alla ISO 835. Calibrato "per scolamento" (TD, Ex)."