

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1706267882863/21160298 din 08.02.2024
Obiectul achiziției: <u>Deservirea dispozitivelor de ultrasonografie și hemodializă</u>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunurilor	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot//5 Dispozitiv de ultrasonografie portabil Mindray M7	M7	China	Mindray	Documente obligatorii Inginerul să dețină certificat de instruire Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documtele ulterioare specifice lucrării Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua de 2 ori pe an cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului, Lucrări de mentenanță preventivă Vor fi efectuate 2 vizite, pe parcursul anului Curățirea de praf a componentelor electronice și electrice, a trackbalului Înlocuirea pastei termice a procesorului Update al softului de bază Ajustarea preseturilor și elaborarea altor noi la solicitare Efectuarea backup a bazei de date și defragmentarea hardului	Conform cerinței producătorilor din manualul de utilizare	ISO/CE
Lot 6//Dispozitiv de ultrasonografie Mindray DC-80	DC-80	China	Mindray			ISO/CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Sveatoslav Prodan În calitate de: Director
Ofertantul: I.M. „Dutchmed-M” S.R.L. Adresa: mun. Chisinau, bd. Decebal 76, of 807/808